



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM GİYECEK ALIMLARI

13/09/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise

18/09/2024

saat

09:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyat yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 18/09/2024 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Hava AYCU
İdari ve Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA KOL BANDI ANNE BEBEK MAVİ	1.000	ADET				
2	HASTA KOL BANDI ANNE BEBEK PEMBE	1.000	ADET				
3	HASTA KOL BANDI KIRMIZI (HASTA BİLEKLİĞİ KIRMIZI YETİŞKİN)	1.500	ADET				
4	HASTA KOL BANDI YETİŞKİN BEYAZ	10.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e- Posta: m-satinalma@hotmail.com

e- Posta : manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ANNE BEBEK KOL BANDI ŞARTNAMESİ

- 1.HASTA KOL BANDI ANTİALLERJENİK DAYANIKLI PLASTİK MAMULDEN OLMALIDIR.
 - 2.ANNE BEBEK KOL BANTLARI BİRBİRİNE İLİŞİK İKİLİ OLMALIDIR.
 3. KOL BANTLARI İKİLİ OLARAK VE ÜZERİNDE SERİ NUMARALARI HERİKİSİN DE DE OLMALIDIR.
 - 4.PEMBE VE MAVİ RENKTE OLMALIDIR.ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARASI SİYAH RENKTE VE OKUNAKLI OLMALIDIR.
 - 5.KOL BANTLARINDAKİ YAZILAR ÇAMAŞIR SUYU DEZENFEKTAN VB. SOLÜSYONLARLA SİLİNMEMELİDİR.
 - 6.KOL BANTLARI BİLEĞE TAKILDIKTAN SONRA ESNEYİP ÇIKMAMALIDIR.
 - 7.ÇİT ÇİT KİLİTLENDİKTEN SONRA AÇILMAMALIDIR.
 8. HASTA KOLUNA AYARLANACAK DELİKLER OLMALIDIR.
 9. KOL BANTLARIYUMUŞAK MATERYALDEN YAPILMIŞ OLMALI,KENARLARI PÜTÜRLÜ OLMAMALI,ÖZELLİKLE HASSAS KİŞİ VE BEBEKLERDE CİLDE ZARAR VERMEMELİ,MASERASYON VE ALLERJİYE NEDEN OLMAMALIDIR.
 - 10.HATALI VE BOZUK ÇIKAN ÜRÜNLER FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
 - 11.HASTA İSMİNİN YAZMAK İÇİN KART VE KARTIN KONULACAĞI BİR CEP OLMALIDIR.
 - 12.ÜRÜNÜN KUTUŞU ÜZERİNDE ÜRETİM TARİHİREFARANS NUMARASI,LOT NUMARASI,FİRMA BİLGİLERİ,ÜRÜNÜNTİP VE RENGİ İLE İLGİLİ BÖLÜMLER İŞARETLENMİŞ OLMALIDIR.
 - 13.HASTA İSMİNİN YAZMAK İÇİN KARTVE KARTIN KONULACAĞI BİR CEP OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ FİRMA ÜRÜNE AİT CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- KOL BANDI ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN SERİ NO BEBEĞİN KİMLİK BİLGİLERİNİ KAPATMAYACAK ŞEKİLDEBASILMALIDIR.(EN ALTTA)
- TARAFİMİZA NUMUNE GETİRMEK ZORUNDADIR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Pinar ÜNAL
Doğum Salonu Sorumlusu

Pinar

HASTA KOL BANDI (YETİŞKİN BEYAZ/KIRMIZI) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hasta kol bandı antiallerjenik dayanıklı plastik mamulden olmalıdır.
2. Hasta kol bandında;
 - a- Hasta Adı Soyadı ,
 - b- Protokol no (Kalın ve büyük punto)
 - c- Dr. Adı Soyadı
 - d- Doğum Yeri
 - e- Doğum tarihi (gün/ay/yıl)
 - f- Hastanın T.C. kimlik numarası ve taraf kısmını belirten bilgiler koyu renkli ve okunaklı olmalıdır.Bilgiler alt alta gelecek şekilde çizgi ile ayrılmalıdır.
3. Yazıların yazılacağı alan en az 3 cm genişliğinde olmalıdır.
4. Hasta kol bandı rengi talebe göre beyaz ve kırmızı olmalıdır. Bu renk üzerindeki yazılar siyah koyu renkte rahat okunabilir olmalıdır.
5. Uzun kullanımdan dolayı renginde değişiklik olmamalıdır.
6. Hasta kol içerisine konulacak olan hasta bilgilerinin yazılmış olduğu barkodlar, istenilen sayı ve belirtilen renklerde (kırmızı, beyaz) olmalıdır.
7. Kol bantlarındaki yazılar çamaşır suyu, dezenfektan vb. solusyonlarla silinmemelidir.
8. Kol Bantlarının çit çit kısmı kolay kilitlenmeli, kilitlendikten sonra açılmamalıdır. Hasta koluna ayarlanacak delikler olmalıdır. Delikli kısım genişliği ise en az 1,5 cm olmalıdır. Bileklikler çocuklarda kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kol bantları yumuşak materyalden yapılmış olmalı, kenarları pütürlü olmamalı, özellikle de hassas kişilerde (yaşlı, bilinçsiz, çocuk) cilde zarar vermemeli, maserasyon ve alerjiye neden olmamalıdır.
10. Hatalı ve bozuk çıkan materyal firma tarafından değişime tabi olmalıdır.
11. Yüzeyi kir kan ilaç vb. maddeleri tutmayacak ve bozulmayacak özellikte olmalıdır
12. Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver ARDA AYDIN
Genel Cerrahi Servisi Sor.