



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 4793
KONU: 1 KALEM CERRAHİ ALET ALIM

27.09.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 2.10.2024 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka 2.10.2024 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 TIBBİ SARF DEPO DAHİLİ NO : 1403
--	--

Mehmet Faysal GÜNAŞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BİPOLAR MONOPOLAR REZEKTOSKOP TUR SETİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antaliasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik
şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

BİPOLAR - MONOPOLAR REZEKTOSKOP (TUR) SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

1. HD Teleskop :

1 Adet

1. 30 (otuz) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
2. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
3. Çapı 4 mm. olmalıdır.
4. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
5. Fiberoptik ışık transmisyonlu olmalıdır.
6. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
7. Panoview teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
8. Beraberinde sterilizasyon amaçlı aynı marka orjinal sterilizasyon basket sepeti ile birlikte verilmelidir.

2. Sürekli Yıkamalı Rezektoskop Dış Kılıfı :

1 Adet

1. Çapı 26 Fr. olmalıdır.
2. Sürekli yıkama ve emme için kullanılabilmelidir.
3. Aspirasyon-irrigasyon muslukları tamamen plastik olmalı, metal aksam içermemelidir ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökülüp-takılabilmelidir.
4. İç kılıfa , snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolaylıkla takılabilmelidir.
5. Dış kılıfın üzeri, hastaya daha az yüzeyin temas etmesini ve daha iyi bir kayganlık oluşturmamasını sağlaması ve prostat adenomu üzerinde yapılacak tedavide maksimum sulama sağlaması için komple oluk şekilli kanallarla kaplı olmalıdır.

3. Sürekli Yıkamalı Rezektoskop İç Kılıfı :

1 Adet

1. Çapı 24 Fr. olmalıdır.
2. Dış kılıfa ve çalışma elemanına snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolaylıkla takılabilmelidir.
3. Renk kodu sarı olmalıdır.
4. Kesme etkinliğini arttırması, yıpranma ve soyulmayı minimuma indirmesi için, uç kısım izolatörlü olmalıdır.
5. İç kılıfın uç kısmı daha hassas ve verimli bir irrigasyon yapılabilmesi için "Shark-tip" oblik dizayna sahip olmalıdır.
6. 24 Fr. looplar ile kullanılabilmelidir.

4. Standart Obturator :

1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Adem YÜCE
Üroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 78162

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin EREREN
Üroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 123625

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin EREREN
Üroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 14555

1. 24 Fr. lik rezektoskop iç kılıfı ile uyumlu olmalıdır.
2. Rezektoskop iç kılıfı snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolay ve pratik bir şekilde takılıp çıkarılabilmelidir.
3. Otoklavlanabilmelidir.

5. Visual Obturator :

1 Adet

1. 24 Fr. lik rezektoskop iç kılıfı ile uyumlu olmalıdır.
2. Rezektoskop iç kılıfına snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolay ve pratik bir şekilde takılıp çıkarılabilmelidir.
3. Teklif edilen 30 derece teleskop ile uyumlu olmalıdır.
4. Görerek girişe imkan sağlamalıdır.
5. Otoklavlanabilmelidir.

6. Bipolar Aktif Çalışma elemanı Seti :

1 Adet

1. Mekanizma yay sistemi ile hareket etmeli, parmak desteği hareketli ve aktif kesme hareketli olmalıdır. Loop çalışma elemanına takıldığında loop ucu kılıfın dışında kalmalıdır.
2. Tüm sistemin dayanıklı ve uzun ömürlü kullanımı için ergonomik bir dizayna sahip olmalıdır.
3. Kilit mekanizmaları kıvılcım kaçaklarını önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

7. Bipolar Yüksek Frekans Kablosu

5 Adet

1. En az 3 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.

8. Bipolar Kesici Elektrod, Yuvarlak

3 Adet

1. Bipolar olmalıdır.
2. Açılı ve yuvarlak şekilli olmalıdır.
3. Tel kalınlığı 0,3 mm'yi geçmemelidir.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
5. 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

9. Koagülasyon Elektrodu

3 Adet

- 1 Bipolar olmalıdır
- 2 Koagüle işlemini rahatlıkla yapabilmek için uç kısmı silindir şeklinde olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Adem YÜCE
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78692

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin EREN
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:723625

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Hüseyin EREN
Dip.Tes.No:723625

- 3 Silindir çapı 1.2 mm olmalıdır
- 4 Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
- 5 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

10. Bipolar Kesici Elektrod, Yuvarlak

1 Paket

1. Bipolar olmalıdır.
2. Açılı ve yuvarlak şekilli olmalıdır.
3. Tel kalınlığı 0,3 mm olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile kullanılabilirdir.
5. 3 adetten oluşan kutuda tekli steril paketlerde verilmelidir.
6. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
7. 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

11. Koagülasyon Elektrodu

1 Paket

1. Bipolar olmalıdır.
2. Uç kısmı silindir şeklinde olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile kullanılabilirdir.
4. Silindir çapı 1.2 mm olmalıdır.
5. 3 adetten oluşan kutuda tekli steril paketlerde verilmelidir.
6. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
7. 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

12. Bipolar Vaporizasyon Elektrodu (BIVAP)

1 Paket

1. Bipolar olmalıdır.
2. Bipolar vaporizasyon için, açılı ve teklif edilen iç kılıfa uygun yapıda olup 30° teleskop ile kullanılabilirdir.
3. 3'lü steril paketlerde verilmelidir.
4. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
5. 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

13. Hook (TUIP) Elektrod :

1 Paket

1. Bipolar olmalıdır.
2. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
3. Mesane boynu insizyonu için kullanılabilirdir.
4. 12, 25 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.
5. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

14. Monopolar Aktif Çalışma Elemanı :

1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Adem YİCE
Uroloji Uzmanı
Dip. Res. No: 78352

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin EREN
Uroloji Uzmanı
Dip. Res. No: 123625

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa YAKAR
Uroloji Uzmanı
Dip. Res. No: 14036

1. Mekanizma yay sistemi ile hareket etmeli, parmak desteği hareketli ve aktif kesme hareketli olmalıdır. Loop çalışma elemanına takıldığında loop ucu kılıfın dışında kalmalıdır.
2. Monopolar olmalıdır.
3. Ergonomik dizayn sayesinde tüm sistemin dayanıklı ve uzun ömürlü kullanımı sağlanmalıdır.
4. Kıvılcım kaçaklarını önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

15. Kesici Lup :

5 Adet

1. Transüretal rezeksiyon için kullanılabilmelidir.
2. Tek bacaklı, 24 Fr. ve açılı olmalıdır.
3. Loop un tel çapı 0,4 mm.'yi aşmamalıdır.
4. Prostat rezeksiyonları için uygun yapıda olmalıdır.
5. Monopolar olmalıdır.
6. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

16. Koagülasyon Ball Elektrod :

3 Adet

1. Transüretal rezeksiyon için kullanılabilmelidir.
2. Tek bacaklı, 22 Fr. ve top uçlu olmalıdır.
3. Monopolar olmalıdır.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

17. Hook (TUIP) Elektrod :

3 Adet

1. Transüretal rezeksiyon için kullanılabilmelidir.
2. Tek bacaklı, 24 Fr. ve açılı olmalıdır.
3. Mesane boynu insizyonu için kullanılabilmelidir.
4. Monopolar olmalıdır.
5. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

18. Knife Elektrod :

3 Adet

1. Transüretal rezeksiyon için kullanılabilmelidir.
2. Tek bacaklı, 22 Fr. ve açılı olmalıdır.
3. Monopolar olmalıdır.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

19. Koagülasyon Roller Elektrod :

3 Adet

1. Transüretal rezeksiyon için kullanılabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Adem YÜCE
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:70062

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin EREN
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:123625

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Hüseyin EREN
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:123625

2. Tek bacaklı, 22 Fr. ve roller uçlu olmalıdır.
3. Monopolar olmalıdır.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

20. Yüksek Frekans Koter Kablosu :

2 Adet

1. Monopolar olmalıdır.
2. 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.

21. Sterilizasyon Koruma Tüpü :

2 Adet

1. Elektrotların sterilizasyonu ve korunması için uygun olmalıdır.
2. Otoklavlanabilmelidir.
3. Tüm sistem ile aynı marka orijinal firma üretimi olmalıdır.
4. Dış çapı 20 mm olmalıdır.
5. Uzunluğu 328 mm olmalıdır

22. Mesane Şıngası :

1 Adet

1. 150 cc. olmalıdır.
2. Mesane Şıngası cam olmalıdır ve üzerinde ölçekleri belirten çizgiler bulunmalıdır.
3. Teklif edilen rezektoskop ve sistoskop kılıfları ile uyumlu olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.

23. Mesane Şıngası adaptörü :

1 Adet

1. Mesane şıngasının rezektoskop kılıfı ile bağlantısı için kullanılmalıdır.
2. Fleksible olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Adem YÜCE
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78662

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Hüseyin ERGEN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 128625

Manavgat Devlet Hastanesi
Bip. Tz. No: 128625