



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM DEZENFEKSİYON VE SOLÜSYON ALIM

16/10/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 21/10/2024 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 21/10/2024 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 STERİLİZASYON : 3544-3168 ENFEKSİYON : 1102
--	---

Mehmet Faysal GÜNAŞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI % 0,55 ORTOFİTALALDEHİT SIVI 5 LT'LİK	400	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN (OPA - ORTHOFİTALALDEHİT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon % 0,55 oranında OPA orthofitalaldehit içermelidir. Glutaraldehit, kuarterner amonyum, fenol , gümüş ve klor içermemelidir.
2. Solüsyon kullanıma hazır ve sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içerisinde tortu bulunmamalıdır.
3. Ürün aktive edildikten sonra 14 gün etki süresine sahip olmalı, 14 gün boyunca stabil kaldığı Sağlık Bakanlığı tarafından referans gösterilen laboratuvarlarda yapılmış bilimsel çalışmalar ile belgelendirmeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Solüsyon PH değerleri 7 —8,5 aralığında kalan değerlerde olmalıdır.
5. Dezenfektan solüsyonu bakteriler (mycobacterium, metisilin duyarlı ve dirençli stafılakoklar, enterekoklar, pseudomonas, aeruginosa ve acinobacter türleri ve dahil olmak üzere gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar ve benzeri... Mantarlar ve zarflı ve zarfsız virüsler (HBV, HCV, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. M. Tuberculosis dahil belirtilen mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi 5 dakika olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar bulunmalıdır.
6. Teklif edilen dezenfektan, “Yüksek düzey dezenfektan” şartlarını taşımaktadır.
7. Teklif edilen dezenfektan (Pentax, Olympus, Fujinon) (Hastanemiz envanterinde kayıtlı cihazlar FUJIFILM’DIR.) markalı endoskoplardan en az birine uyumluluğunu gösteren üretici firmadan alınmış veya T.C. Sağlık Bakanlığı Akredite Laboratuvarları tarafından hazırlanmış orijinal raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır. Dezenfektanın teknik servis raporu ile belirlenen herhangi bir hasara sebebiyet vermesi durumunda, firma kurumun zararını karşılayacağını garanti ve taahhüt etmelidir.
8. Solüsyonun toksik veya iritan etkisi bulunmamalı ve su da çözünmelidir.
9. Solüsyonun insanlarda mutajenik, embriyotoksik, teratojenik veya reproduktif etkisi olmamalıdır.
10. Solüsyonun rahatsız edici etkisi bulunmamalıdır.
11. Solüsyon hem dezenfektan kaplarında hem de otomatik yıkama makinelerinde kullanılabilir. Her iki kullanımda da köpürmemelidir.
12. Solüsyon 5 litrelik PVC içermeyen , sızdırmaz , kilit kapaklı ambalajlarda sunulmalıdır.
13. Ürün etiketleri Türkçe olmalı, etiket üzerinde gerekli tüm bilgiler yer almalıdır,(üretim-son kullanma tarihleri, içerikleri)
14. Solüsyonun raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.Üretim ve son kullanma tarihi bidon üzerinde değil etiketinde belirtilmiş olmalıdır.
15. Solüsyon hassas cerrahi aletlerde korozyona sebep olmayacağına dair yetkili laboratuvarlarca onaylanmış test raporları olmalıdır.
16. Dezenfektana ait test stripleri PH ölçer değil kimyasal tepkime ile minimum etkinlik konsantrasyonunu ölçen test stripleri (MEK) olmalıdır. Striplere ait şişe üzerinde, renk skalası bulunmalıdır. MEK seviyesi 0,3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir. MEK striplerinin CE belgesi olmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
17. Solüsyonlar ile birlikte her 1 litre için 1 adet olacak şekilde MEK stripleri bedelsiz olarak verilmelidir.
18. Dezenfektanın şişe/bidonlarının ağzında daha önce açılmadığını gösteren alüminyum güvenlik folyosu olmalıdır.

19. Dezenfektanın TİTUBB'da Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Yüksek düzey dezenfektan solüsyonu, kullanım sonrası çevresel atık prosedürü gerekliliğine dair nötralizan madde (5 litre / 25 gr. Glisin) ile kimyasal tehlikeli olmayan atık haline getirilebilmelidir. Firma alınan dezenfektanı nötralize edecek kadar gerekli nötralizan maddeyi (Glisin) ücretsiz olarak hastanemize teslim etmelidir.
20. Tıbbi alet dezenfektanları atık yönetmeliğine göre, tehlikeli kimyasal atıklar grubunda yer aldığından, Yüksek düzey dezenfektanın nötralizan madde (Glisin) ile zararsız hale getirildikten sonra kanalizasyon sistemine atılabilmeli ve bu özelliği; çevre örgütleri ve akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmeli ve belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır. Ürüne ait güvenlik veri belgesi (MSDS) verilmelidir.
21. Ürün 93/42/EEC Medikal Alet Direktifi kapsamında olmalı ve ürünün ÜTS' de kayıtlı olduğu belgelendirilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz.Dr. Okan KÖLGELİ
Enfeksiyon Hdst. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tes. No: 72238