

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 502
KONU: 2 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI


13.05.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **14.05.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **14.05.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks, **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Yalçın AYMAK
İdari Mali Hiz. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BÜRO TİPİ BUZDOLABI	1	ADET				
2	NOFROST BUZDOLABI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

BÜRO TİPİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ (MAYIS 2020)

Ürün Rengi Beyaz

Ürün Tipi Tezgâh Seviyesi

Enerji Sınıfı A+

Toplam Brüt Hacim 140

Dondurucu Bölme Net Hacmi (lt) 13

Soğutucu Bölme Net Hacmi (lt) 101

Ses Seviyesi (dBA) 40

Sıcaklık Yükselme Süresi (saat) 8

Şarj (kg) 0.018

Kontrol Sistemi Mekanik

Yıllık 25°C Enerji Sarfıyatı (kwh/yıl) 177

Kabin Genişliği 54.0 cm

Kabin Yüksekliği 84.0 cm

Toplam Brüt Hacmi (-) 121 L

Su Buz Seçimi Fonksiyonu Mevcut Değil

Soğutma Sistemi Statik

Kapı Yönü Çevirebilme Var

Aydınlatma Tipi Standart Ampul (Sarı)

Sebzelik Adedi 1

Günlük 25°C Enerji Sarfıyatı (kwh/24h)(CL) 0.485

Buzluk Tipi Buzluk

Günlük Dondurma Kapasitesi (24h/kg) 2

Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) 1

Doğru Seçim Sorumlusu
Manavgat İlçe Müdürü

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

NO FROST BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BUZDOLABI ÇİFT KAPILI ÜSTEN SOĞUTMALI NO FROST OLMALIDIR.
2. AŞI VE ANTİSERUMLARIN İDEAL SAKLAMA SICAKLIĞI OLAN +2/+8 DERECELER ARASINDA ÇALIŞMALI VE +4 DERECEDE SET EDİLMELİDİR.
3. TOPLAM BRÜT HACMI 350-450 Lt ARASI OLMALIDIR.
4. İÇ AYDINLATMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
5. RAF SAYISI EN AZ ÜÇ OLMALI VE KULANICININ İSTEĞİNE GÖRE AYARLANABİLMELİDİR.
6. RENGİ BEYAZ OLMALI.VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAPI YÖNÜ ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR.
7. CİHAZIN KAPISI AÇIK KALDIĞINDA ,ALT VE ÜST LİMİT SICAKLIKLAR AŞILDIĞINDA VE ELEKTRİK KESİNTİSİNDE SESLİ ALARM VERMELİDİR.
8. CİHAZIN ISO 9001:2008 ,CE,TSE HİZMETİ YETERLİLİK,SANAYİ TİCARET BAKANLIĞI GARANTİ VE HİZMET YETERLİLİK BELGELERİ BULUNMALIDIR.
9. 2009/17 NOLU GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI DAİMİ GENELGESİNDE GEÇEN AŞI SAKLAMA HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMALIDIR.(YUKARDAKİ MADELERİN TÜMÜ)
10. ÜRÜNÜN TESLİM YERİ AMBAR-AYNIYAT BİRİMİ DEPO OLMALIDIR.
11. GARANTİ SÜRESİ EN AZ İKİ YIL OLMALIDIR

NURSEL KEÇER

AŞI SORUMLUSU

