



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 5076
KONU: 1 KALEM GİYECEK ALIMI

15.11.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 20.11.2024 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususuna;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız 20.11.2024 BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 20.11.2024 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA BİLEKLİĞİ MOR	5.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta : m-satinalma@hotmail.com

e - Posta : manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

HASTA KOL BANDI (MOR) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hasta kol bandı antiallerjenik dayanıklı plastik mamulden olmalıdır.
2. Hasta kol bandında;
 - a- Hasta Adı Soyadı ,
 - b- Protokol no (Kalın ve büyük punto)
 - c- Dr. Adı Soyadı
 - d- Doğum Yeri
 - e- Doğum tarihi (gün/ay/yıl)
 - f- Hastanın T.C. kimlik numarası ve taraf kısmını belirten bilgiler koyu renkli ve okunaklı olmalıdır.Bilgiler alt alta gelecek şekilde çizgi ile ayrılmalıdır.
3. Yazıların yazılacağı alan en az 3 cm genişliğinde olmalıdır.
4. Bu renk üzerindeki yazılar siyah koyu renkte rahat okunabilir olmalıdır.
5. Uzun kullanımdan dolayı renginde değişiklik olmamalıdır.
6. Hasta kol içerisine konulacak olan hasta bilgilerinin yazılmış olduğu barkodlar, istenilen sayı ve belirtilen renklerde (kırmızı, beyaz) olmalıdır.
7. Kol bantlarındaki yazılar çamaşır suyu, dezenfektan vb. solusyonlarla silinmemelidir.
8. Kol Bantlarının çit çit kısmı kolay kilitlenmeli, kilitlendikten sonra açılmamalıdır. Hasta koluna ayarlanacak delikler olmalıdır. Delikli kısım genişliği ise en az 1,5 cm olmalıdır. Bileklikler çocuklarda kullanılabilecek şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
9. Kol bantları yumuşak materyalden yapılmış olmalı, kenarları pütürlü olmamalı, özellikle de hassas kişilerde (yaşlı, bilinçsiz, çocuk) cilde zarar vermemeli, maserasyon ve alerjiye neden olmamalıdır.
10. Hatalı ve bozuk çıkan materyal firma tarafından değişime tabi olmalıdır.
11. Yüzeyi kir kan ilaç vb. maddeleri tutmayacak ve bozulmayacak özellikte olmalıdır
12. Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Hasan Erdoğdu

Manavgat Devlet Hastanesi

Yeni Celil İŞİK

STK