



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU : 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

5160

25.11.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

28.11.2024

saat

12:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacaktır **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **28.11.2024** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşl.Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	ÜRETRO-RENEKOP KAVRAMA FORSEPSİ KALIN UZUN ÇENE	5	ADET				
2	ÜRETRO-RENEKOP KAVRAMA FORSEPSİ KALIN KISA ÇENE	2	ADET				
3	ÜRETRO-RENEKOP KAVRAMA FORSEPSİ İNCE UZUN ÇENE	2	ADET				
4	ÜRETRO-RENEKOP KAVRAMA FORSEPSİ İNCE KISA ÇENE	2	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ÜRETERO-RENOSKOP KAVRAMA FORSEPSİ TEKNİK ŞARTNAME


2 Kavrama Forsepsi Kısa Çene.

1. Çapı 5 Fr. olmalıdır.
2. Çalışma uzunluğu 550 mm. olmalıdır.
3. Rotasyonlu (360° dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilir özellikte olmalıdır.
4. Hastanemiz ameliyathane envanterinde bulunan İrrigasyon ve enstrüman kanalları 5,2 x 6,2 Fr çapında , çalışma kanalı distal uçta 8 Fr. proximal uçta ise 9,8 Fr. olan üretero renoskopların çalışma kanalından kullanılabilirdir.
5. Kısa çeneli ve alligatör dişli olmalıdır.
6. Küçük taş parçaları için kullanılabilirdir.
7. Otoklavlanabilirdir.
8. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
9. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

- 1 adet Handle, aşırı yüklenmelere karşı korumalı olmalıdır.
- 1 adet İnsert (Uç aksamı)

5 Adet Kavrama Forsepsi uzun çene

1. Çapı 5 Fr. olmalıdır.
2. Çalışma uzunluğu 550 mm. olmalıdır.
3. Rotasyonlu (360° dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilir özellikte olmalıdır.
4. Hastanemiz ameliyathane envanterinde bulunan İrrigasyon ve enstrüman kanalları 5,2 x 6,2 Fr çapında , çalışma kanalı distal uçta 8 Fr. proximal uçta ise 9,8 Fr. olan üretero renoskopların çalışma kanalından kullanılabilirdir.
5. Uzun çeneli ve alligatör dişli olmalıdır.
6. Steinstrasse için kullanılabilirdir.
7. Otoklavlanabilirdir.
8. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.


Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Adem YÜCE
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78662

9. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

- 1 adet Handle, aşırı yüklenmelere karşı korumalı olmalıdır.
- 1 adet İnsert (Uç aksamı)

2 Adet Kavrama Forsepsi Kısa Çene.

1. Çapı 4 Fr. olmalıdır.
2. Çalışma uzunluğu 550 mm. olmalıdır.
3. Rotasyonlu (360° dönebilen), “click” sistemli, handle’ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilir özellikte olmalıdır.
4. Hastanemiz ameliyathane envanterinde bulunan İrrigasyon ve enstruman kanalı 4,2 x 4,6 Fr çapında, çalışma kanalı distal uçta 6 Fr. proximal uçta ise 7,5 Fr. olan üretero renoskopların çalışma kanalından kullanılabilirdir.

5. Kısa çeneli ve alligator dişli olmalıdır.

6. Küçük taş parçaları için kullanılabilirdir.

7. Otoklavlanabilirdir.

8. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.

9. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

- 1 adet Handle, aşırı yüklenmelere karşı korumalı olmalıdır.
- 1 adet İnsert (Uç aksamı)

2 Adet Kavrama Forsepsi uzun çene

1. Çapı 4 Fr. olmalıdır.

2. Çalışma uzunluğu 550 mm. olmalıdır.

3. Rotasyonlu (360° dönebilen), “click” sistemli, handle’ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilir özellikte olmalıdır.

4. Hastanemiz ameliyathane envanterinde bulunan İrrigasyon ve enstruman kanalı 4,2 x 4,6 Fr çapında, çalışma kanalı distal uçta 6 Fr. proximal uçta ise 7,5 Fr. olan üretero renoskopların çalışma kanalından kullanılabilirdir.

5. Uzun çeneli ve alligator dişli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Adem YÜCE
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78592

6. Steinstrasse için kullanılabilirdir.

7. Otoklavlanabilirdir.

8. Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.

9. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır :

· 1 adet Handle, aşırı yüklenmelere karşı korumalı olmalıdır.

· 1 adet İnsert (Uç aksamı)

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Adem YÜCE
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78662