



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

03/03/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **07/03/2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07/03/2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DEFİBRİLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	1	ADET				
2	OTOKLAV EMNİYET- GÜVENLİK VENTİLİ	1	ADET				
3	KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU	60	ADET				
4	KOTERİZASYON AYAK PEDALI KABLOSU	3	ADET				
5	SU ARITMA- YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
DEFİBRİLLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PRIMEDİC marka, M290 - XD300xe model DEFİBRİLLATÖR cihazına uyumlu olmalıdır.
2. 13,2 VDC , 2,5 Ah olmalıdır.
3. Yaklaşık boyu 23 cm (+/- 2) olmalıdır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

01.03.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

01.03.2023
Yasemin ÖZCAN
Acil Servis Sorumlusu

01.03.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOKLAV EMNİYET - GÜVENLİK VENTİLİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ERYİĞİT marka, ERS6613D model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Maksimum sıcaklığı 215 C olmalıdır. Nikel kaplanmış olmalıdır. Membran yayı AISI 302 kalitede paslanmaz çelikten olmalıdır. Bağlantı kısmı dıştan dişli, ölçüsü '3/4" olmalıdır. 6 bar olmalıdır.
3. Basınç ayarı mühürlü olmalıdır ve kullanıcı tarafından ayarı değiştirilmemelidir.
Üreticinin önerdiği basınç ayarlarında teslim edilmelidir. Malzeme bakım firması tarafından takılacaktır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

01.03.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

01.03.2023
Tolga ÖZPIN
Biyomedikal Teknikeri

01.03.2023
İlkay UZ
Sterilizasyon Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU
KOTERİZASYON AYAK PEDALI KABLOLU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÜZÜMCÜ marka EK-410 model ve PETAŞ marka PETKOT 600 model koter cihazlarına uyumlu olacaktır.
Her iki marka için de 30 ar adet kablo verilecektir. Kablolar en az 250 cm olmalıdır. Çok kullanımlık olmalıdır.
2. ÜZÜMCÜ marka EK-410 model ve PETAŞ marka PETKOT 600 model koter cihazlarına uyumlu olacaktır.
Üzümcü cihaz için 1 adet, Petaş cihaz için 2 adet ürün verilecektir. Ayak pedalı kesme ve koagülasyon olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır. Sıvı temasından etkilenmemelidir. Kesme ve koagülasyon farklı renklerde olmalıdır. kablo uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
6. Fatura içeriği KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU ve KOTERİZASYON AYAK PEDALI KABLOLU şeklinde yazılacaktır. varsa UBB barkodu faturada belirtilecektir.

28.02.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

28.02.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

28.02.2023
Emine AVCI
Ameliyathane Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AQUALINE marka, ALFA 140 model yoğun bakım ünitesinde bulunan su arıtma-yumuşatma cihazına uyumlu olmalıdır.Temin edilen malzeme bakım firması tarafından takılacaktır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. UV lamba su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalıdır.
4. UV dalgaları üreten lambanın dezenfeksiyon sistemi bakteri, protona, virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalıdır.
5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

28.02.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

28.02.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

28.02.2023
Ayten ÇETİN
Diyaliz Sor.