



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 **5170**
KONU: 3 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

27.11.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **28.11.2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan almamız** **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **28.11.2024** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

HASTA : T KAY

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TİBİAL KOMPONENT	1	ADET	AP2800			
2	BAĞ KESEN FEMORAL KOMPONENT	1	ADET	AP2230			
3	BAĞ KESEN TİBİAL İNSERT	1	ADET	AP2580			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA
Firma bu alana kaşe-imza atarak almı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ÇİMENTOLU FEMUR ANATOMİK TİBİA ANATOMİK BAĞI KORUYAN ve BAĞ KESEN SABİT SİMETRİK HIGHFLEX İNŞERTLİ PRİMER TDP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No	SUT Kodu	Malzeme İeriği
1	AP2800	Tibial Komponent
2	AP2230	Bağ Kesen Femoral Komponent
3	AP2580	Bağ Kesen Tibial İnşert

- Femoral komponent Cocr alaşımından mamul olmalıdır
- Femoral component sağ ve sol olarak ayrılmalıdır
- Kondillerinde peg olmalıdır
- En az dokuz ayrı boyu olmalıdır
- Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir
- Femoral komponentin highflex özelliği olmalıdır
- Femoral komponent bağ koruyan ve kesen özellikte olmalıdır
- Kondillerinde peg olmalıdır
- Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir
- Tibial komponent fix ve mobil olmalıdır
- Tibial komponent Cocr veya titanyum alaşımından mamul olmalıdır
- Tibial komponent sağ ve sol olarak ayrılmalıdır
- Tibial component dizaynı en az 4 derece posterior slop içermelidir
- Tibial komponent en az 6 ayrı boyu olmalıdır
- Bağ koruyan tibial insert Uhmwpe veya highlycroslink den üretilmiş olmalıdır
- Bağ koruyan ve kesen özelliği olmalıdır
- Tibial insert en az beş ayrı boyu ve en az beş ayrı kalınlığı olmalıdır
- Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır
- Tibial insert bir küçük ya da büyük boy base plate ile kullanılabilir
- Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır

Marmara Devlet Hastanesi
Op.Dr. H. YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136851

Marmara Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:136851

Marmara Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ayhan YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972