

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01 - 525
KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

22.05.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **27.05.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız

BİRİM BEDEL

üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.05.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ENJEKTÖR 50CC LUER LOCK(PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ)	1.000	ADET				
2	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU 2000 CC	1.500	ADET	OR1310			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

İDRAR TORBASI MUSLUKLU NONSTERİL

1. İdrar torbası PVC'den imal edilmiş olup, 2 lt kapasiteli ve mililitre işaretli olmalıdır.
2. Bükülmeye karşı dirençli, 90 cm'lik şeffaf hortum ve ucunda konik bağlantı konnektörü ihtiva etmelidir.
3. İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.
4. İdrar torbası hortumunda, üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır. Konnektör kolayca çıkmamalıdır.
5. İdrar torbaları en az 100 adetlik kutularda non-steril olarak teslim edilecektir.

ENJEKTÖR 50CC LUER LOCK

1. Tek kullanımlık ve non toksik olmalıdır.
2. Ajutajı luer-locklu, ucu pürüzsüz olmalı, her çeşit iğne ucuna, katetere vb. malzemelere uyumlu olmalı, kendiliğinden ayrılmamalıdır.
3. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.
4. Cc ve dizyem çizgisi 0'dan başlamalıdır.
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemelidir.
6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun geri hareketiyle enjektör çizilmemelidir.
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
8. Enjektöre sıvı çekildiğinde, enjektörün pozisyonuna bağlı olarak, iğne ucundan dışarı sızdırma yapmamalıdır, tıkanıklığa sebebiyet vermemelidir.
9. Steril paket içinde disposable iğne ucu olmalıdır.
10. İğne uçları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
11. İğne uçları ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır.
12. Perfüzör cihazlarında kolay kullanıma uygun olmalıdır. (SADECE 50CC İÇİN GEÇERLİ)
13. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
14. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. Gövdesi üzerinde markası yazılı olmalıdır.
15. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.
16. Birim ambalaj üzerinde ve kutu üzerinde; yapılan sterilizasyonun tanımı, yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, lot numarası, paket içeriğinin tanımı yapılmış ve kolay açılabilir durumda olmalıdır.
17. Enjektörün ucu % 6 eğimli olmalıdır firma bunu belgelemelidir.
18. Enjektör iğnesinin ucu en az iki kesitli olmalıdır.

027 Kelen Basit S.H. İhtalesinden alınmıştır

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT

Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764