



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 5346

KONU: 3 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

23.12.2024

SAYIN.....


Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise 24.12.2024 saat 12:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 24.12.2024 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421

  
Esra ÇİZELMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

HASTA : B

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TİBİAL KOMPONENT	1	ADET	AP2800			
2	FEMORAL KOMPONENT	1	ADET	AP2230			
	TİBİAL İNSERT	1	ADET	AP2580			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

**Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.**

**KAŞE - İMZA**

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

# ÇİMENTOLU FEMUR ANATOMİK TİBİA ANATOMİK BAĞI KORUYAN ve BAĞ KESEN SABİT SİMETRİK HIGHFLEX İNSERTLİ PRİMER TDP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No	SUT Kodu	Malzeme İçeriği
1	AP2800	Tibial Komponent
2	AP2230	Bağ Kesin Femoral Komponent
3	AP2580	Bağ Kesin Tibial İnsert

Femoral komponent Cocr alaşımından mamul olmalıdır

Femoral component sağ ve sol olarak ayrılmalıdır

Kondillerinde peg olmalıdır

En az dokuz ayrı boyu olmalıdır

Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir

Femoral komponentin highflex özelliği olmalıdır

Femoral komponent bağ koruyan ve kesin özellikte olmalıdır

Kondillerinde peg olmalıdır

Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir

Tibial komponent fix ve mobil olmalıdır

Tibial komponent Cocr veya titanyum alaşımından mamul olmalıdır

Tibial komponent sağ ve sol olarak ayrılmalıdır

Tibial component dizaynı en az 4 derece posterior slop içermelidir

Tibial komponent en az 6 ayrı boyu olmalıdır

Bağ koruyan tibial insert Uhmwpe veya highcroslink den üretilmiş olmalıdır

Bağ koruyan ve kesin özelliği olmalıdır

Tibial insert en az beş ayrı boyu ve en az beş ayrı kalınlığı olmalıdır

Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır

Tibial insert bir küçük ya da büyük boy base plate ile kullanılabilmelidir

Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op.Dr. Aydın YILDIRIM  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:78972

ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ  
Op.Dr. Sarp BAYYURT  
Dip. No:126319  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Ali Volkan KAYA  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 147246/121919