



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 5347

KONU: 3 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

23.12.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 24.12.2024 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarı olması halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 24.12.2024 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
--	---

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

HASTA : H

SIRA NO	MALZEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TİBİAL KOMPONENT	1	ADET	AP2800			
2	FEMORAL KOMPONENT	1	ADET	AP2230			
	TİBİAL İNSERT	1	ADET	AP2580			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ÇİMENTOLU FEMUR ANATOMİK TİBİA ANATOMİK BAĞI KORUYAN ve BAĞ KESEN SABİT SİMETRİK HIGHFLEX İNSERTLİ PRİMER TDP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No	SUT Kodu	Malzeme İçeriği
1	AP2800	Tibial Komponent
2	AP2230	Bağ Kesen Femoral Komponent
3	AP2580	Bağ Kesen Tibial İnsert

- Femoral komponent Cocr alaşımından mamul olmalıdır
- Femoral component sağ ve sol olarak ayrılmalıdır
- Kondillerinde peg olmalıdır
- En az dokuz ayrı boyu olmalıdır
- Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir
- Femoral komponentin highflex özelliği olmalıdır
- Femoral komponent bağ koruyan ve kesen özellikte olmalıdır
- Kondillerinde peg olmalıdır
- Femoral komponentin patellaya temas eden yüzeyi en fazla altı derece açılanmaya izin vermelidir
- Tibial komponent fix ve mobil olmalıdır
- Tibial komponent Cocr veya titanyum alaşımından mamul olmalıdır
- Tibial komponent sağ ve sol olarak ayrılmalıdır
- Tibial component dizaynı en az 4 derece posterior slop içermelidir
- Tibial komponent en az 6 ayrı boyu olmalıdır
- Bağ koruyan tibial insert Uhmwpe veya highlycrosslink den üretilmiş olmalıdır
- Bağ koruyan ve kesen özelliği olmalıdır
- Tibial insert en az beş ayrı boyu ve en az beş ayrı kalınlığı olmalıdır
- Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır
- Tibial insert bir küçük ya da büyük boy base plate ile kullanılabilmelidir
- Tibial insert aynı boydaki femoral komponentle kullanılmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Arslan YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 47245/121819

ANTALYA KELEÇ DEVLETİ HASTANESİ
Op.Dr. Sarp BAYYURT
Dip. No: 126319
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Kemal KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 47245/121819