



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 5383  
KONU : 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

30.12.2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmamız tarafından temini mümkün ise **31.12.2024** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarı halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **31.12.2024** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

**11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

<b>ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN</b>	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL
	DAHİLİ : 1511

**ERDOĞAN**  
İdari ve Mali İşl. Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA  
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	MANOMETRE POZİTİF BASINÇ - KAPALI UÇLU KURU TİP	3	ADET				
2	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE ) Tüp için	50	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

<b>BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.</b>	<b>Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.</b>
	<b>KAŞE - İMZA</b>
	<b>BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.</b>

İletişim:  
ADRES : Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## MANOMETRE:(3ADET)


Ø63mm 16 bar G1/2

**Manometre Ø63mm 16 bar G1/2, kuru tip** bir manometredir ve **0-16 bar** (0-230 psi) basınç aralığında ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir. Manometre, **63 mm** çapında bir göstergeye sahip olup, **alttan bağlantılı** olarak tasarlanmıştır. **G1/2" bağlantı nipel** ile çeşitli sistemlere kolayca monte edilebilir.

- Ölçüm Aralığı: 0-16 bar / 0-230 psi
- Gösterge Çapı: 63 mm
- Bağlantı Tipi: G1/2" Alttan Bağlantılı
- Hassasiyet:1,6
- EN 837-1

**Manometre**, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aşağıdaki alanlarda güvenle kullanılabilir:

- ■ Basınç Düşürücü Vanalarda
- ■ Su Arıtma Sistemlerinde
- ■ Makina Üretiminde
- ■ Isıtma ve İklimlendirme Sistemlerinde
- ■ Pompalar ve Kompresörlerde
- ■ Hidrolik Sistemler ve Basınçlı Hatlarda



NOT: MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.

Sadek Bas Citaro  
ECC

Manavgat Devlet Hastanesi  
Araştırma CİRİK  
Müdür (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şerife ÖZGEN  
Biyomedikal Uzmanı

**MANAVGAT DEVLET HASTANESİ**  
**OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE) – TÜP İÇİN**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Genel Özellikler :**

- a) Oksijen tüpü başlığı, yüksek basınçtaki oksijen tüplerinden alınan oksijenin ayarlanabilen bir debide (akış oranında) nemlendirilerek hastaya verilmesi amacı ile kullanılacaktır.
- b) Oksijen başlığı imalat hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
- c) Üretici firmanın ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.
- d) Oksijen başlığı üretici firma tarafından kalibre edilmiş olmalı ve kalibrasyon belgesi ürün ile verilmelidir.
- e) Oksijen başlığı TSE ve CE sertifikalı olmalıdır.
- f) Ürünlerin UBB kaydı olmalıdır ve bu belgelendirilmelidir.

**Teknik Özellikler :**

1. Oksijen başlığının gövdesi krom kaplı pirinçten imal edilmiş olmalıdır.
2. Tüp basıncını gösterir manometresi olmalıdır.
3. Nemlendirme şişesi en az 200 ml hacminde olmalıdır.
4. Oksijen başlığının nemlendirme şişesi kırılma direnci yüksek polikarbon malzemeden imal edilmiş, şeffaf ve sağlam olmalıdır
5. Oksijen başlığının nemlendirme şişesi 121 °C sıcaklıkta 15 dakika süreyle otoklav cihazına sokularak sterilize edilebilmeli, kesinlikle erimemelidir
6. Oksijen başlığını oksijen tüpüne bağlamak için kullanılan rekor ¼ ' ölçüsünde ve pirinçten imal edilmiş ve nikel kaplanmış olmalıdır. İki adet conta ile birlikte verilmelidir.
7. Oksijen başlığının nemlendirme kavanozu üzerinde maksimum ve minimum su seviyesini gösteren işaretler bulunmalıdır
8. Oksijen başlığı ambalajlı olarak teslim edilmelidir. Bu ambalajlar üzerinde ürün kodu ve seri numaraları ile birlikte firma adres bilgileri yer almalıdır
9. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.
10. Malzemenin, **UBB barkod numarası yazılı faturanın** teslim yeri Biyomedikal depodur.  
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
11. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
12. Fatura içeriği "OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE)" şeklinde olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şehir Hastanesi  
Biyomedikal Mühendisi