

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF (ORTOPEDİ) MALZEMESİ ALIM

07/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **07/03/2022** saat **15:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- 1- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07/03/2022** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	1,5-2,4-2,7 MM MİNİ PLAK	1	ADET	TV1330			
2	1,5-2,4-2,7 MM MİNİ KİLİTLİ VİDA	15	ADET	TV1150			
3	1,5-2,4-2,7 MM MİNİ KİLİTSİZ VİDA	5	ADET	TV1010			
4	BİYOABSORBABLE PİN	3	ADET	TV5680			
5	MEMBRAN	1	ADET	SG1170			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

MİNİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * Plakların tamamı pure titanyum olup, firma ismi, lot no, ce ve ürünün delik sayısı plak üzerinde yazılı olmalıdır.
- * Plakların Titanyum kalitesi Tİ 6AL4V ELİ olmalıdır.
- * Mini plak setinin içerisinde 1.5 mm -2.0 mm- 2.4 mm-2.7 mm plakların tamamı aynı set içerisinde bulunmalıdır.
- * 1.5mm Mini Plaklar setinin içinde aşağıdaki plaklar bulunmalıdır.
- * **a-LCP Plate Straight**; 4 ve 6 delik olup, combi hole delik özelliğinde olmalıdır.
- * **b-Locking Plate Recons. Straight**; 6 ve 12 delik olup, tüm delikler kilitli olmalıdır.
- * **c-Locking T Plate**; 4 ve 8 delik olup, Plakların T başlarının kısmında 2 , 3 ve 4 delik seçenekleri olmalı ayrıca bütün plaklar AO delik olmalıdır.
- * **d-Locking Recons. Plate 8**; 8 delik olup delikler Ao kilitli olmalıdır.
- * **e-Lockin Y plate**; 4 ve 8 delik olup, plak baş kısmında en az 3 delik bulunmalıdır. Ao kilitli olmalıdır.
- * 2.0mm Mini Plaklar setinin içinde aşağıdaki plaklar bulunmalıdır.
- * **a-Lcp Plate Straight**; 4-5-6-7-8 delik olup hole delik özelliğinde olmalıdır.
- * **b-Lcp Plate Recons. Straight**; 6 ve 12 delik olup, tüm delikler combi hole olmalıdır.
- * **c-Lcp T Plate**; 3-5-7 delik olup, Plakların T başlarının kısmında 2 ve 3 delik seçenekleri olmalıdır. Ayrıca plaklar combi hole olmalıdır.
- * **d-Lcp Y Plate**; 3-5-7 delik olup, plaklar combi hole olmalıdır.
- * 6-2.4mm Mini Plaklar setinin içinde aşağıdaki plaklar bulunmalıdır.
- * **a-LCP Plate Straight**; 4-5-6-7-8-10 delik olup, bütün delikler combi hole delik özelliğinde olmalıdır.
- * **b-Lcp Plate Recons. Straight**; 6 ve 12 delik olup, tüm delikler combi hole olmalıdır.
- * **c-Lcp T Plate**; 3-5-7 delik olup, Plakların T başlarının kısmında 2 ve 3 delik seçenekleri olmalıdır. Ayrıca plaklar combi hole olmalıdır.
- * **d-Lcp Y Plate**; 3-5-7 delik olup, plaklar combi hole olmalıdır.
- * 7- 2.7 mm Mini plaklar setinin içinde aşağıdaki plaklar bulunmalıdır.
- * **a-LCP Plate Straight**; 4-5-6-7-8-10 delik olup, bütün delikler combi hole delik özelliğinde olmalıdır.
- * **b-Lcp Recons. T Plate**; 3-5-7 delik olup T başlarının kısmında en az 2 delik olmalı ayrıca, plak shaft kısmı combi hole olmalıdır.
- * **c-Lcp T Plate**; 3 ve 4 delik olup, T başlarının kısmında en az 2 delik olmalı ayrıca, plak shaft kısmı combi hole olmalıdır.
- * **d-Lcp L Plate**; 3 ve 4 delik olup, plak anatomik yapıda sağ ve sol olmalıdır. Plak baş kısmında en az 2 delik bulunmalı ayrıca, plak shaft kısmı combi hole olmalıdır.
- * **e-Lcp L Obligue Plate**; 3 ve 4 delik olup, plak anatomik yapıda sağ ve sol olmalıdır. Plak baş kısmında en az 2 delik bulunmalı ayrıca, plak shaft kısmı combi hole olmalıdır.
- * 1.5 mm kilitli ve kiltsiz vidalar 6-20 mm arası 1'er mm artarak gitmelidir. Kiltsiz vidalar için setde en az 3'er adet, kilitli vidalar için setde en az 6'şar adet bulunmalıdır. Ayrıca vida tepsisinin içinde 1 adet yıldız başlı tornavida ucu, 3 adet 1.1 mm drill, 2 adet sleeve, 1 adet tap, 1 adet serbest açılı sleeve olmalıdır.
- * 2.0 mm kilitli ve kiltsiz vidalar 6-20 mm arası 1'er mm artarak, 20-30 mm arası 2'şer mm artarak gitmelidir. Kiltsiz vidalar için setde en az 3'er adet, kilitli vidalar için setde en az 6'şar adet bulunmalıdır. Ayrıca vida tepsisinin içinde 1 adet yıldız başlı tornavida ucu , 3 adet 1.5 mm drill, 2 adet sleeve, 1 adet tap, 1 adet serbest açılı sleeve olmalıdır.
- * 2.4 mm kilitli ve kiltsiz vidalar 6-20 mm arası 1'er mm artarak, 20-30 mm arası 2'şer mm artarak gitmelidir. Kiltsiz vidalar için setde en az 3'er adet, kilitli vidalar için setde en az 6'şar adet bulunmalıdır. Ayrıca vida tepsisinin içinde 1 adet yıldız başlı tornavida ucu , 3 adet 1.8 mm drill, 2 adet sleeve, 1 adet tap, 1 adet serbest açılı sleeve olmalıdır.
- * 2.7 mm kilitli ve kiltsiz vidalar 6-20 mm arası 1'er mm artarak, 20-30 mm arası 2'şer mm artarak gitmelidir. Kiltsiz vidalar için setde en az 3'er adet, kilitli vidalar için setde en az 6'şar adet bulunmalıdır. Ayrıca vida tepsisinin içinde 1 adet yıldız başlı tornavida ucu , 3 adet 2.0 mm drill, 2 adet sleeve, 1 adet tap, 1 adet serbest açılı sleeve olmalıdır.
- * El aleti setinde her boy mini vidalar için ayrı ayrı tahta saplı tornavida, T handle, boy ölçer 2 adet, 1 adet plak bükücü, 2 adet torklu tornavida, 1 adet klemb, 1 adet kemik klembi, 1 adet plak tutucu, 3 adet değişik boylarda S ekartör, 2 adet tırmık ekartör, 2 adet doku sıyrıcı, 1 adet vida cımbızı bulunmalıdır.

MİNİ PLAK 1.5MM-2.0MM-2.4MM-2.7MM	1	TV1330
KİLİTLİ MİNİ VIDA 1.5 / 2.0 / 2.4 / 2.7 MM	15	TV1150
KİLİTSİZ MİNİ VIDA 1.5 / 2.0 / 2.4 / 2.7 MM	5	TV1010

İ.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıbbi Fizyoterapi Uzmanı
Dr. Tamer K. SİTİK - 122.169

Manavgat Devlet Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Güran GİRİSOY
Hip. Tec. No: 110298 - TR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Tamer K. SİTİK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
122.169

BİOABSORBABLE PİN

- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Pinler başlıklı olmalı ve tornavida ile rahatlıkla gönderilebilmelidir
- * Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir
- * 2,0 mm ve 3,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve boy seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * **BİOABSORBABLE SCREW**
- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünlerin kanüllü ve kanülsüz seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır
- * Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir
- * Vidaların kanüllü tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir

2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ve 5,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve her çap vidanın boy seçeneği olmalıdır.

SIRA NO	ÜRÜN ADI	SUT KODU	MİKTARI
1	BİOABSORBABLE PİN	TV5680	3 ADET

T.C. Sağlık Bakanlığı
Konya Devlet Hastanesi
Dr. Dr. Boşneli Tokdemir
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 15177 - 12.09

Dr. Mustafa K. Hastar - si
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dip. Teş. No: 10293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Mustafa K. Hastar - si
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dip. Teş. No: 10293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

