

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 56
KONU: KALEM ORTOPEĐİ TIBBİ SARF MALZEME ALIM

16.01.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 17.01.2020 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerlür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 17.01.2020 tarihinde saat 09:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

~~Şaban KARAHAN~~
İdare Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OMUZ PRİMER METAFİZİYAL KOMPONET TÛM BOYLAR	1	ADET	AP1130			
2	OMUZ PRİMER HUMERAL BAŞ CoCr TÛM BOYLAR TİTANYUM	1	ADET	AP1040			
3	OMUZ PRİMER GLENOİD KOMPONET TÛM BOYLAR	1	ADET	AP1010			
4	OMUZ PRİMER PROKSİMAL UZATMA PARÇASI TÛM BOYLAR	2	ADET	AP1140			
5	OMUZ PRİMER/REVİZYON TERS OMUZ ÇİMENTOLU HUMERAL KOMPONET ÇİMENTOLU TÛM BOYLAR KAPLAMALI-KAPLAMASIZ	1	ADET	AP3090			
6	OMUZ PRİMER HUMERAL KOMPONET ÇİMENTOSUZ TİTANYUM KAPLAMALI CoCr TÛM BOYLAR	1	ADET	AP1070			
7	OMUZ PRİMER REVİZYON TERS OMUZ GLENOİD KOMPONET TÛM MATERYALLER KAPLAMALI/KAPLAMASIZ TÛM BOYLAR	1	ADET	AP3070			
8	OMUZ PRİMER REVİZYON TERS OMUZ GLENOİD TÛM MATERYALLER KAPLAMALI/KAPLAMASIZ	1	ADET	AP3080			
9	OMUZ PRİMER REVİZYON TERS OMUZ CUP UHMW POLİETİLEN KAPLAMALI/KAPLAMASIZ	1	ADET	AP3060			
10	OMUZ PRİMER REVİZYON TERS OMUZ VİDA KİLİTLİ/KİLİTSİZ POLAKSİYEL, MONOAKSİYEL TÛM BOYLAR KAPLAMALI KAPLAMASIZ	5	ADET	AP3110			
11	OMUZ PRİMER HUMERAL STEM KİLİTLEME VİDASI TÛM BOYLAR coCr /TİTANYUM	3	ADET	AP1120			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ.... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

**PARSİYEL, TOTAL, REVERSE VE REVİZYON SEÇENEKLİ
ÇİMENTOLU VE ÇİMENTOSUZ UZUN VEYA KISA HUMERAL STEMLİ
TRAVMA VEYA PRİMER UYGULANABİLEN
MONOBLOK-MODÜLER OMUZ PROTEZİ ÖZELLİKLERİ**

- Sistemin hem Parsiyel hem Total hem de Reverse seçeneği olmalı ve hangisinin uygulanacağına intra-op olarak karar verilebilmelidir.
- Offsetli ve Centered parsiyel humeral başların ideal biomekanik için 4 farklı çap (39 mm, 43 mm, 46 mm, 50 mm) seçeneği olmalıdır.
- Total uygulama için glenoid komponent çimentolu UHMWPE'den imal edilmiş olmalı ve 3-4 pegli seçeneği olmalıdır.
- Reverse humeral kap ideal biomekanik için 2 farklı boy (36 mm, 40 mm,) ve 3 farklı boyun uzunluğunda (3 mm, 6 mm, 9 mm) olmalıdır, revizyon uygulamalarda +9 mm ayrıca modüler uzatma seçeneği ile +12,+15 ve +18 mm uzunluk opsiyonları sağlanabilmelidir..
- Reverse uygulama için glenoid komponent, titanyum (TiAl₆V₄) alaşımından imal edilmiş ve kemikle bütünleşen kısımları HA kaplı olmalıdır. Revizyon uygulamalar için 6mm ve 10 mm glenoid uzatmaları bulunmalıdır.
- Çimentosuz Glenoid komponent üzerinde 4 adet vida tespit deliği ve central stemi bulunmalıdır.
- Kullanılan vidalar Titanyum (TiAl₆V₄) alaşımından imal edilmiş olmalıdır, kilitli ve kilitsiz seçeneği olmalıdır. Kilitli vidalar 12 derece serbest açılı ile yollanabilmelidir.
- Glenosphere'ler CoCrMo den imal edilmiş olmalı, Centric ve Eccentric 2 ayrı seçenek sunmalı ve ideal biomekanik için humeral cuplar ile aynı boylarda, 2 değişik çap seçeneğine (36 mm, 40 mm,) sahip olmalıdır.
- Tüm stemler üzerinde daha iyi fiksasyon sağlanabilmesi için yumuşak dokuların, tendonların tutturulmasına imkan sağlayan suture deliği olmalıdır.
- Sistemde kas ve tendonların dikilebilmesi için güçlendirilmiş polyesterden imal edilmiş süturlar olmalıdır. Süturların ayrıca ameliyat esnasında kullanım kolaylığı sağlayan en az iki farklı renk seçeneği olmalıdır.
- Çimentolu humeral stem (TiAl₆V₄) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
- Çimentolu humeral stemin 4 farklı kalınlığı (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm) olmalıdır.
- Çimentosuz humeral stem titanyum (TiAl₆V₄) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
- Çimentosuz humeral stem Ti+HA çift kaplamalı olmalı ve 3 farklı kalınlıkta olmalıdır.
- Çimentolu ve Çimentosuz stemlerde humeral tuberosite kemik boşluklarında greftleme yapabilmek için farklı 5 boy ve çaplarda sisteme vidalanabilir modüler kafesler bulunmalıdır.
- Çimentosuz stemlerde 2 adet distal kilitleme deliği olmalı ve kilitleme için ekstarnel guideleri bulunmalıdır.
- Stemin epifizyel bölgeye oturan 32, 36 ve 40 mm proksimal genişlik seçeneği sunan çimentolu ve çimentosuz seçeneği de olmalıdır.
- Sistemde ayrıca kemik kalitesi iyi olan ya da genç hastalarda tercih edilen çimentosuz (Ti+HA) kısa stem (stemless) olmalıdır.
- Sistemin uygulamasını gösteren ameliyat videosu olmalıdır.
- Sistemin operasyon tekniğini gösteren kitapçığı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip. Tes. No: 110293 - Dr. 86057
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Mehmet ÖZGÜRGEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Mehmet ÖZGÜRGEN
Dip. Tes. No: 81447
Ortopedi ve Trav. Uzm.