

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 569
KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

06.05.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **08.05.2019** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08.05.2019** tarihinde saat **11:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- **3 VE 5. KALEMLERE NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK OLUP; NUMUNE GÖNDERMEYENLERİN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LAPROSKOPİK İĞNE TUTUCU (DÜZ)	1	ADET				
2	LAPROSKOPİK İĞNE TUTUCU (SAĞ AÇILI)	1	ADET				
3	UZATMA LİNE	100	ADET				
4	ANTİSEPTİK TÜL GRAS 10*10	100	ADET				
5	LAPROSKOPİK KLİPS ATICI	50	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

ANTİSEPTİK TL GRAS SARGI TEKNİK SARNAMESİ

- 1)Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuşak parafin BP ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir Leno bezinden meydana gelecektir.
- 2)Sıcak mhrle paketlenmiş alminyum poşetler içinde, parşömen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.
- 3)2,5 megarad'da Gama radyasyon ile sterilize edilmiş olacaktır.
- 4)Beher 10 cm. başına iplik sayısına bakıldığında çözg sayısı 74 'ten, atk sayısı 80'den az olmayacaktır.
- 5)Sargının beher birim alan başına ağırlığı 42 gm⁻² den az olmayacaktır.
- 6)Eterde eriyebilir maddelerin doyurulmuş yığın ağırlığı 100 gm⁻² den az olmayacaktır.
- 7)Ebatları;

5 cm x 5 cm	(1 kutuda 50 adet)
10 cm x 10 cm	(1 kutuda 10 adet)
15 cm x 20 cm	(1 kutuda 10 adet)
15 cm x 1 m	olacaktır. (1 kutuda 12 adet)

Uzm. Dr. Mehmet Erkan SONMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 01002367 Tes. No : 94377

Arterior Line Uzatma Hattı (M/F.) Teknik Şartnamesi

1. Malzeme pvc den imal edilmiş olmalıdır.
2. Non-toksik ve apirojen yapıda olmalıdır.
3. Şeffaf yapıda olmalıdır.
4. Set en az 140 en fazla 150 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Uzatma hattının her iki yanında dişi veya erkek ve dişi (luer kilit) konnektör bulunmalıdır.
6. Uzatma hattı 6 (altı) bar basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Uzatma hattı steril,tek tek paketlenmiş olmalı ve paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
8. Uzatma hattı üzerinde hattın 800 pcı basınca dayanıklı olduğunu gösterir renk bulunmalıdır.
9. Kullanım esnasında kink yapmayacak sertlikte olmalıdır.
- 10.Numune değerlendirildikten sonra kabulü yapılacaktır.

Uzm. Dr. Mehmet Ercan SONMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 01002167 Tes. No : 94377

KLİP ATICI LAPAROSKOPİK – ÇOK ATIMLI –(ŞAFT ÇAPI 10 MM. KLİP BOYUTU BÜYÜK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet büyük boy titanium klip ile ligasyon işlemi yapılmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
5. Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3.5 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 10.5 mm olmalıdır.
6. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının shaft çapı 10mm olmalıdır, 10'luk trocardan geçebilmelidir veya 10'luk trokardan geçmeyen klipler için her klip için uygun trocar verilmelidir.
8. Endoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
10. Endoskopik klip atıcısı tek bir hamle ile ligasyonu tamamlayan otomatik ya da yarı otomatik klip yükleme/atma mekanizmasına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Latex madde içermemelidir.
13. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
14. Numune değerlendirmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ŞAHİN
Dip.Tel.No: 21197
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ŞAHİN
Dip.Tel.No: 21197
Genel Cerrahi Uzmanı

LAPAROSKOPİK İĞNE TUTUCU (DÜZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek Laparoskopik İğne Tutucu (Düz) aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir olmalıdır.
2. Ergonomik ve aksiyal kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır.
3. Çenesi düz yapıda olmalıdır.
4. Uç kısmı iğneyi her pozisyonda yakaladığında iğneyi bırakmamalıdır.
5. Çapı 5mm, uzunluğu ise 330mm olmalıdır.
6. Handle ve shaft birbirinden ayrılmamalı ve yekpare şekilde olmalıdır.
7. Temizleme ve yağlama için shaftı üzerinde porta sahip olmalıdır.
8. Uç kısmı sertleştirilmiş tungsten karpit kaplama olmalıdır.
9. Handle ergonomik olmalı ve kilitlendiğinde açılması için başparmak için butonu olmalıdır.
10. Uzun süreli efektif kullanım için portegü iğne ve kendini korumaya yönelik olarak esneme ve stoplama özelliğine sahip olmalıdır.
11. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert yüksek kalite paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
12. Malzeme 134 derece buhar otoklavında ve dezenfektan solüsyonlar içinde sterilize ve dezenfekte edilebilmelidir.
13. Malzemenin üzerinde üretici adı, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır.
14. Firma, teklifleri ile birlikte bu teknik şartnamedeki teknik hususların görülebileceği orijinal dokümanları (katalog, broşür, teknik veri dosyası vb. gibi) teklif dosyasında sunacaktır.
15. Cihazlar malzeme, işçilik ve tasarım hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça temini garantisi altında olmalıdır. Tüm bu hususlar hem imalatçı, hem temsilci, hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı taahhüt edilmiş olmalıdır.
16. İmalatçı veya temsilci veya satıcı firmanın üzerinde ürünün markasının yazılı olduğu TSE belgesi olmalı ve bu belge teklif dosyasında sunulmuş olmalıdır.
17. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

Manisa Devlet Hastanesi
Op. Dr. Besi İMSEK
Genel Cerrahisi
Diy Tuz. No: 35
17/134360

LAPAROSKOPİK İĞNE TUTUCU (SAĞ AÇILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek Laparoskopik İğne Tutucu (Sağ Açılı) aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir olmalıdır.
2. Ergonomik ve aksiyal kilit mekanizmalı kabzası olmalıdır.
3. Çenesi sağa eğimli yapıda olmalıdır.
4. Uç kısmı iğneyi her pozisyonda yakaladığında iğneyi bırakmamalıdır.
5. Çapı 5mm, uzunluğu ise 330mm olmalıdır.
6. Handle ve shaft birbirinden ayrılmamalı ve yekpare şekilde olmalıdır.
7. Temizleme ve yağlama için shaftı üzerinde porta sahip olmalıdır.
8. Uç kısmı sertleştirilmiş tungsten karpit kaplama olmalıdır.
9. Handle ergonomik olmalı ve kilitlendiğinde açılması için başparmak için butonu olmalıdır.
10. Uzun süreli efektif kullanım için portegü iğne ve kendini korumaya yönelik olarak esneme ve stoplama özelliğine sahip olmalıdır.
11. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert yüksek kalite paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.
12. Malzeme 134 derece buhar otoklavında ve dezenfektan solüsyonlar içinde sterilize ve dezenfekte edilebilmelidir.
13. Malzemenin üzerinde üretici adı, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır.
14. Firma, teklifleri ile birlikte bu teknik şartnamedeki teknik hususların görülebileceği orijinal dokümanları (katalog, broşür, teknik veri dosyası vb. gibi) teklif dosyasında sunacaktır.
15. Cihazlar malzeme, işçilik ve tasarım hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminden sonra da en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça temini garantisi altında olmalıdır. Tüm bu hususlar hem imalatçı, hem temsilci, hem de satıcı firma tarafından ayrı ayrı taahhüt edilmiş olmalıdır.
16. İmalatçı veya temsilci veya satıcı firmanın üzerinde ürünün markasının yazılı olduğu TSE belgesi olmalı ve bu belge teklif dosyasında sunulmuş olmalıdır.
17. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.


Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Beşir ŞİMŞEK
Genel Cerrahisi
Dip Tes. No.: 35
Zmami
1 / 13436C