

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073/934.01 - 590  
KONU: 1 KALEM YDEK PARÇA ALIM

15.06.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **18.06.2020** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
  - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
  - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
  - 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
  - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
  - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
  - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18.06.2020** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

**Yalçın AYMAK**  
İdari Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ	8	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

**BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.**

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

## ISI VE NEM ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.
- CİHAZDA 3 SATIR EKRAK OLMALIDIR.
- SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -40C + 80 C OLMALIDIR.
- SICAKLIK HASSASİYETİ (+ /- 0,5 C ) OLMALI
- NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %0 - %99.9 OLMALIDIR.
- NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 3 OLMALIDIR.
- ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MİN ALARM ARALIĞI OLMALIDIR
- CİHAZ EKRAKINDAN İP BİLGİLERİNE ULAŞILABİLMELİDİR
- CİHAZ EKRAKINDAN ANLIK ISI VE NEM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLMELİDİR.
- ISI NEM CİHAZININ EKRAKINDAKİ İP DEN ISI VE NEM BİLGİLERİNE ULAŞILABİLDİĞİ GİBİ NE KADAR SÜREDİR AÇIK OLDUGUNUN BİLGİLERİNE DE ULAŞILABİLMELİDİR
- CİHAZ ADAPTÖRLE ÇALIŞMALI VE ADAPTÖRÜ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
- ISI VE NEM TAKİP CİHAZI DEPOLANAN VERİLERE İNTERNET ORTAMINDAN ULAŞILABİLMELİDİR.
- CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 5 SN OLMALIDIR
- CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR. DUVARA ASILABİLMESİ İÇİN ÖZEL ASKI APARATINA SAHİP OLMALIDIR
- CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR
- CİHAZ SENSÖRÜ SOKETLİ OLMALIDIR SON KULLANICI TARAFINDAN RAHATCA SÖKÜLÜP TAKILABİLMELİDİR. SENSÖR KABLOLU OLMALI VE KABLO UZUNLUĞU 3 METRE OLMALIDIR.
- CİHAZ ISI VE NEM SENSÖRÜ TEK PARÇA OLMALIDIR
- CİHAZ ISI VE NEM SENSÖRÜ KORUMALI PLASTİK KILIF İÇİNDE OLMALIDIR.
- CİHAZDA YAZILIMA MÜDAHALEYİ ENGELLEYEN ŞİFRE BULUNMAMALI VARSADA BU ŞİFRE KURUMUMUZA VERİLMELİDİR.
- ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KULLANILAN MERKEZİ ISI NEM TAKİP PROGRAMI İLE UYUMLU OLMALIDIR.

Ramazan AKSOY

Bilgi İşlem Şörm.

Ayşe ÖZDEMİR

BiyoMedikal-TKY