

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

16.07.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **27.07.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.07.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

11-ALIM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK OLUP; NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Malî Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BATIN KOMPRESİ (PEDİ) X RAYLI 45X 45 12 KATLI	5.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

BATIN KOMPRES 45x45 CM X-RAY ŞERİTLİ 10 KAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Batın kompreslerde radyolojik incelemelerde görülebilen her iki yüzünde x-ray ipi içeren şerit olmalıdır.**
- 2-X-Ray şerit en üst katın bir altındaki kata sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır ve görünebilir olmalıdır.**
- 3-X-ray şeritlerin herhangi bir toksik etkisi olmamalıdır.**
- 4-Batın kompresler 45x45cm(+/-2 cm) ebatında ve 10 kat olmalıdır.**
- 5-Batın kompresde kullanılan gazlı bezi TS EN 14079 a uygun olmalıdır.**
- 6-Batın kompres atkı-çözgü teli sayısı değerleri ;çözgü teli sayısı cm başına en az 10,atkı teli sayısı başına en az 10 olmalıdır.**
- 7-Batın kompres ,beyaz,temiz ve kokusuz olmalıdır.**
- 8-Batın kompres üzerinde kir,elyaf artıkları,yağ lekesi ,yabancı cisimler,delik,kesik,yırtık ve ek yeri bulunmamalıdır.**
- 9-Batın kompres non-steril olmalıdır.**
- 10-Batın kompres,kenarlarından kesinlikle iplik vermeyecek şekilde bir biye ile kapatılmış olmalı,köşelerden çapraz dikişi olmalı ve kenarlarıda dahil olmak üzere dokuları tahriş etmemelidir,alerjik etkisi olmamalıdır.**
- 11-Yıkandığında dağılmamalı ve tiftiklenmemelidir.**
- 12-Batın kompres için fiyat veren firmalar 2 adet numune verecek ve numune muayene komisyonunun onayından sonra kabulü yapılacaktır.**

İLKAY UZ
STERİLİZASYON SORUMLUSU
du

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AVCI
Ameliyathane Sorumlu Hemşire