

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073- 934.01

625

KONU: 1 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

22.06.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **24.06.2020** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme hizmet yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrur etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır
 - 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **24.06.2020** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EDTALİ TÜP (10 ML)	700	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK SARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

VAKUMLU EDTALI TÜP ŞARTNAMESİ

1. Tüpler Polietilentereftalat (PET) malzemedan yapılmış, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. 16x100mm boyutlarında, 10 ml hacimli olmalı ve 18.0 mg K2 EDTA antikoagülan içermelidir ve her marka holder ve kan alma iğnesi ile uyumlu olmalıdır.
3. Tüplerin içinde antikoagülan olarak K2 EDTA veya K3 EDTA bulunmalı ve bu madde, homojen bir karışım sağlamak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş olmalıdır.
4. Tüpler vakumlu kan alım sistemine uygun olmalı, vakumu koruyacak şekilde lastik tıpa ve bunun üzerinde kapağın açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde koruyucu hemogard kapak (iğnenin girdiği kauçuğun ele değmemesi için uygun kapak sistemi) ile kapatılmış olmalı ve etikette belirtilen miktarda kan çekmelidir.
5. Tüp kapaklarının kauçuk kısımları, iğnenin tüpe kolay girmesini sağlayacak, iğnenin kendiliğinden geri atmasına sebep olmayacak, iğnenin ikinci ucundaki kauçuğa zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
6. Kapaklı olarak tüplerin yerleştirildiği cihazlarda prob takılmasını önlemek için tüp kapaklarını hemogard yüzeyleri düz olmalı, herhangi bir delik veya girinti olmamalıdır.
7. Tüplerin üzerinde, alınacak kan miktarını belirlemek için çizgi bulunmalıdır.
8. Tüplerin kapakları uluslararası renk kod sistemine göre mor renkte olmalıdır.
9. Tüplerin miadı en az 1 (bir) sene olmalıdır. Miat bitimine 2 ay kala yenileriyle değiştirilmelidir.
10. Tüplerin alt ucu kapalı yarımküre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
11. Tüpün kan alma iğnesine girişi kolayca yapılmalı, sert olmamalıdır.
12. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
13. Tüpler üretici firmaya ait orjinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, tek kullanımlık işareti, dolum hacmi ve saklama koşulları belirtilmiş olmalı ve CE işareti, ürün adı ve üretici firma ismi/logosu bulunmalıdır.
14. Teklif edilecek ürünlerin tamamı aynı marka olmalıdır.
15. Tüpler yetkililer tarafından denenip uygun görülürse alınacaktır. Tüpler istenilen kriterleri sağlamıyorsa (vakumun yetersiz oluşu, yavaş kan çekmesi ve eksik kan alması vb.) ve uygun olmadığı düşünülüyorsa diğer firmaların ürünleri talep edilecektir.
16. Kullanımdan kaynaklanan hataları asgari seviyeye indirmek amacıyla yüklenici firma tarafından kan alma ve laboratuvar personeline laboratuvar idari sorumlusunun uygun gördüğü tarihlerde ve istediği miktarda eğitim verilmeli ve bu eğitimler belgelendirilmelidir.

Hassan Demir
Hemşire
