



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

6250

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

21.03.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

25.03.2025

saat

10:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız** **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirilmeyecektir.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25.03.2025** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya **elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.**

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uydugunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	HİDROFOBİK LENS, AKRİLİK, KATLANABİLİR, ASFERİK, SU İÇERİĞİ %5,+15.00D	1	ADET				
2	HİDROFOBİK LENS, AKRİLİK, KATLANABİLİR, ASFERİK, SU İÇERİĞİ %5,+15.50D	2	ADET				
3	HİDROFOBİK LENS, AKRİLİK, KATLANABİLİR, ASFERİK, SU İÇERİĞİ %5,+23.00D	3	ADET				
4	HİDROFOBİK LENS, AKRİLİK, KATLANABİLİR, ASFERİK, SU İÇERİĞİ %5,+24.50D	3	ADET				
5	HİDROFOBİK LENS, AKRİLİK, KATLANABİLİR, ASFERİK, SU İÇERİĞİ %5,+25.00D	3	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şecale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

PRELOADED HİDROFOBİK LENS

ŞARTNAMESİ

1-Lensler Hidrofobik akrilik meteryalden üretilmiş olmalıdır.(Hidrofobik yüzey,kaplama olmamalıdır.)

2-Lensin su içeriği en fazla %5 olmalıdır.

3-Lensler kullanıcı katlama hatalarına karşı Preloded sistem kullanıma hazır olmalıdır.

4-Lenslerin Optik yapısı asferik olmalıdır.

5-Lensler Türkiye +6D ile +35D arasında olmalıdır.İstenmesi halinde 12 saat içerisinde istenilen numara ile değişim yapılmalıdır.

6-Lensin A Konstant değeri 118.4 ile 120.2 arasında olmalıdır.

7-Teklif edilecek ürün aşağıdaki üç maddenin birisini karşılamalıdır.Bu husus orijinal web sitesinde ve kataloğunda gösterilmelidir.

a)Refraktif indeksi 1.55,Modifiye L haptik,Zararlı Mavi ışık Filtreli,kullanıma hazır Preloaded, ve aynı marka Hidrofobik 3 parçalı lens üretimi olmalıdır.

b)Hidrofobik Akrilik Heparin kaplı meteryalden üretilmiş olmalı,kullanıma hazır Preoladed,ve aynı marka Hidrofobik 3 parçalı lens üretimi olmalıdır.

c)Reftaktif indeksi 1.47 A Konstantı 118.4,kullanıma hazır Preoladed ve aynı marka Hidrofobik 3 parçalı lens üretimi olmalıdır.

8-Lensler Yag Lazere dayanıklı olmalıdır.

9-Teklif edilen ürün için 1 adet 6D ve 1 adet 30.00D Lens numunesi verilecektir.Verilen numune ameliyatta Doktorlar tarafından kullanılarak nihai karar