



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01 6258
KONU: 2 KALEM BİYOKİMYASAL MALZEME ALIM

21.03.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **25.03.2025** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız** **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25.03.2025** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17
	STERİLİZASYON : 3544-3168 ENFEKSİYON : 1102

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTAN ALDEHİTSİZ FENOLSÜZ SPREY 1 LİTRE	300	LİTRE				
2	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI KATYONİK REÇİNE 25 LİTRE	50	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalvasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI SPREY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon en az 750ml, en fazla 1000ml'lik kullanıma hazır olup, sprey formunda silme metodu ile püskürtme şeklinde kullanılabilirmeli, Sprey başlıkları her şişe için 1(bir) adet olacak şekilde sunulmalıdır.
2. Ürün **etil alkol/etanol veya İzopropil alkol /2-propanol alkol içermelidir.** Ürün aldehit, klor, fenol, fosfat vb. türevleri içermemelidir.
3. Ürünün Etki süresi **en fazla 5 dakika** olmalıdır. Etkinlik çalışmaları ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Ürünün etken maddesi/maddeleri Bakterisid, Virusid, Fungusid olmalıdır. Bu etkinlikleri gösteren Ulusal/uluslararası akredite edilmiş laboratuvarların birinden son 10(on)yıl içerisinde yapılmış analiz raporları Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş olarak sunulmalıdır.
5. Ürün, dezenfeksiyon etkisinin yanında temizleme gücüne de sahip olmalıdır.
6. Ürünün koroziv etkisi olmamalıdır. Kalıntı bırakmadan kısa sürede kuruyabilmelidir.
7. Yüksek enfeksiyon riski bulunan dezenfeksiyonu istenilen; Islanmasında sakınca bulunmayan her türlü cihaz ve yüzeylere (monitörler vb.)uygun olmalıdır. Yüksek materyal uyumu olmalı, tıbbi cihazlar, optik, metal, plastik, cam vb. malzemeleri olumsuz etkilememeli fonksiyonunu bozmamalıdır.
8. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı, kullanım alanları ve kullanma talimatı, uyarıcı tehlike sembolleri, korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti seri(lot) no, barkod no ve etiketi Türkçe olmalıdır. Açıldıktan sonraki tüketim süresi belirtilmelidir.
9. Ürün Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip olmalıdır.
10. Ürün toksikolojik testlerden geçmiş olmalı raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.
11. Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında sunulmalı, birer nüsha kullanıcılara verilmelidir. Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının TSE onaylı sertifikası olmalıdır.
12. Firma, 2 adet numuneyi muayene aşamasında teslim edecektir. Numuneler muayene komisyonunun uygun gördüğü ünitelerde kullanılacaktır. Kullanan sağlık personelinin ürün hakkındaki görüşleri, yazılı belge ile alınacaktır.
13. Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde numune, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuvarıda mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Üründe uygunsuzluk tespit edildiği durumunda, farklı seri numaralı ürünler aynı miktarda ücretsiz değiştirilecektir.. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
14. Ürünün teslim tarihinden itibaren, raf ömrü en az 2(iki)yıl olmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanım tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Meryem Meltem AKGÜN
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz.Dr.Okan KÖLGELİ
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Dip. Tıp. No:72238

REÇİNE MİNERALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen Reçine minerali katyonik yapıda olmalıdır.
- 2- Teklif edilen reçine minerali 25 lt lik darbeye dayanıklı PP veya PE ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen reçine minerali -10 & + 40 °C de 2 yıl süre ile depolanabilmelidir.
- 4- Teklif edilen reçine minerali % 42-48 oranında nemli olmalıdır. Ambalajında nem oranını düşürecek yırtıklar veya deformasyon bulunmamalıdır.
- 5- Teklif edilen reçine minerali tane boyutu eşit olmalı ve tuzlu su ile rejenarasyona sokulabilmelidir.
- 6- Gıda ve içme suyu standartlarında (Food Grade) olmalıdır. Reçine kalite belgeleri teklif ile beraber komisyona sunulmalıdır. Montaj esnasında beyan edilen marka ve model reçine kullanılmalıdır.
- 7 - Teklif edilen malzemenin montajı bakım firması tarafından yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.
İlkay UZ