

SAYI: 98177073 / 934.01 - 636

06.08.2021

KONU: 3 KALEM SARF MALZEME ALIMI

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **06.08.2021** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda:
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içersinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak. bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırmanın tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimlen kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06.08.2021** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEYİRTAŞ
İdari ve Mali Hk. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HFO KANÜLÜ	100	ADET				
2	HFO CHEMBER	100	ADET				
3	HFO ISITICILI HORTUM	100	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

HUMUDİFER CHAMBER TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Disposable (Tek kullanımlık) olmalıdır.
2. Hava giriş ve çıkış bölmeleri 22 mm çapında olmalıdır.
3. Hastaya ilaç verebilmek amacıyla ilaç koyabilme bölümü olmalıdır.
4. Boş olarak hacmi 560 ml olmalıdır.
5. Su seviyesine kadar alacağı su hacmi 300 ml olmalıdır.
6. Su dolu iken hava hacmi 260 ml olmalıdır.
7. Dayanıklılık basınç testi 100 mbar olmalıdır.
8. Nemlendirici temas yüzeyi eloksallı kaplı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
9. Ana malzemesi polistirenden yapılmış olmalıdır.
10. Kapakları açıldığında tekrar kapanmayacak şekilde yapılmış olmalıdır.
11. Sleepas marka;elit model portable yüksek akım oksijen cihazı ve biyovent marka ;biyovent r model ventilatör e uyumlu olmalıdır.

Ecz. Mustafa Bakkal



ISITICILI HORTUM SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hortum boyu 160 cm olmalıdır.
2. Hortum uçları 22mm Female şekilde olmalıdır.
3. Hortum içerisindeki ısıtıcı tel spiral şekilde olmalıdır.
4. Isıtıcı bağlantı noktası 3 pin (yonca giriş) şeklinde olmalıdır.
5. Hortumlar P.P EVA malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Nemlenirici ara bağlantısını sağlamak için 60 cm (+/-%10) hortum bulunmalıdır.
7. Sleepas marka;elit model portable yüksek akım oksijen cihazı ve biyoment marka ;biyoment r model ventilatör e uyumlu olmalıdır.

HFO KANÜL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kanül hortum çapı 10mm olmalıdır.
2. Hasta burun deliklerine takılan kısmı ve hastaya temas eden kısmı silikon yapıda olmalıdır.
3. Hortumu tutan plastik klipsi olmalıdır.
4. Esnek lastikli kafa bandı şeridi mevcut olmalıdır.
5. Sleepas marka elit model ve biyoment ventilatör ısıtıcı hortumlara uyumlu bağlantı için gereken konnektörleri mevcut olmalıdır.

For Mustafa Berk