



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01 6376
KONU: 4 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

11.04.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 15.04.2025 saat 09.00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırırların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 15.04.2025 tarihinde saat 09.00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNIYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ 80X110	1.000	RULO				
2	ÇÖP TORBASİ SİYAH (70*95 CM)	2.000	RULO				
3	KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU (30 L)	150	ADET				
4	KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU (5 LT)	150	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ÇÖP TORBASİ 70*95 SİYAH

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- b. Ambalaj üzerinde firma adı ve marka adı olmalıdır.
- c. Boyutları 70x95cm (+0,5cm), mavi, torba kalınlığı en az 50 mikron olmalıdır.
- d. Bir ruloda en az 10, en fazla 20 adet atık torbası olmalıdır.
- e. Bir rulo 10 adet atık torbasının ağırlığı en az 300gr olmalıdır.
- f. Her rulo orijinal plastik ambalaj ile kaplı veya rulo sarılı kâğıt paketli olmalıdır. Rulo üzerinde üretici adı ve marka yazılı olmalıdır.
- g. Bir kolide en çok 20 rulo olmalı, koliler en az 5 sıra istiflemeye uygun olmalıdır.
- h. Dayanıklı su sızdırmaz ve kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- i. Hurda plastik ve hurda katkılı plastikten üretilmiş olmamalıdır.
- j. Orta yoğunluklu polietilenden üretilmiş olmalıdır.
- k. Poşet renkleri parlak mavi, düz ve pütürlü dokuya sahip olmalı, poşet ışığa tutulduğunda lekelenmeler olmamalıdır.
- l. Poşet esnek ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- m. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- n. Hastane idaresi ürün numunesi talep edebilir.
- o. Ürünler 5 sıra istiflenmiş, euro paletli, kenarları çıtlalar ile desteklenmiş ve streç film ile sarılı şekilde olmalı, araçtan indirme işi folklift ile paletlerle yapılmalı, ürün ve kutuların taşıma sırasında ezilme ve dağılması engellenmelidir.
- p. İdare atık torbası ile ilgili uygunsuzluk görmesi halinde ürünleri istediği laboratuvara tetkik amaçlı gönderebilir. Yapılacak tüm analiz bedellerini yüklenici firma karşılamak zorundadır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Veli Celil İŞİK
T.C.K.K.

Manavgat Devlet Hastanesi
Bedir GÖÇMEN
Sorumlu Kurul Başkanı

KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU (5 LT)

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb.muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- b. Ambalaj üzerinde firma adı, kapasitesi ve ürün marka adı olmalıdır.
- c. Ürüne ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- d. Tıbbi atık kutusunun hacmi en az 5 LT olmalıdır.
- e. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
- f. Kilitli kapak diğer ana kapağa takıldığında hiçbir suretle, her türlü müdahaleye rağmen çıkmamalıdır.
- g. Kova üzerinde kapasitesi net olarak yazmalıdır.
- h. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ana renklerde kırmızı, gövde rengi ana renklerde sarı olmalıdır.
- i. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, kapandığında açılması mümkün olmayan, üzerinde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi bulunmalıdır.
- j. Kutunun iç kapağı iğnelerin; bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabileceği tırnak taşımalıdır. Bu tırnak iğnenin rahat çıkarılabilmesine uygun şekilde imal edilmiş ve esneme yapmayacak sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
- k. Kutuların tedavi arabalarında ve hasta başlarında rahat kullanılması için kutu saplarının kolayca kopmayacak sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kutu taşıma sapının kutunun gövdesinde bulunuyor olması gerekir.
- l. Kutu tercihen silindir şeklinde olmalıdır.
- m. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
- n. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra açılmayacak şekilde olmalıdır.
- o. Üründen kaynaklanan tüm problemlerde (kapağı kapanmayan veya arızalı çıkan kutular vb) geri iade ve yenisi ile değiştirme işlemleri üretici ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- p. Ürün kolileri en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
- q. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- r. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır


Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver ÇAVGA
Atık Sorumlusu



KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU (30 LT)

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb.muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- b. Ambalaj üzerinde firma adı, kapasitesi ve ürün marka adı olmalıdır.
- c. Ürüne ait TSE/TSEK belgesi olmalıdır.
- d. Tıbbi atık kutusunun hacmi en az 30 LT olmalıdır.
- e. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
- f. Kilitli kapak diğer ana kapağa takıldığında hiçbir suretle, her türlü müdahaleye rağmen çıkmamalıdır.
- g. Kova üzerinde kapasitesi net olarak yazmalıdır.
- h. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ana renklerde kırmızı, gövde rengi ana renklerde sarı olmalıdır.
- i. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, kapandığında açılması mümkün olmayan, üzerinde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ile “KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmalıdır.
- j. Kutunun iç kapağı iğnelerin; bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabileceği tırnak taşımalıdır. Bu tırnak iğnenin rahat çıkarılabilmesine uygun şekilde imal edilmiş ve esneme yapmayacak sert malzemeden yapılmış olmalıdır.
- k. Kutuların tedavi arabalarında ve hasta başlarında rahat kullanılması için kutu saplarının kolayca kopmayacak sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Kutu taşıma sapının kutunun gövdesinde bulunuyor olması gerekir.
- l. Kutu tercihen silindir şeklinde olmalıdır.
- m. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
- n. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra açılmayacak şekilde olmalıdır.
- o. Üründen kaynaklanan tüm problemlerde (kapağı kapanmayan veya arızalı çıkan kutular vb) geri iade ve yenisi ile değiştirme işlemleri üretici ve yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- p. Ürün kolileri en az 6 sıra istiflenebilir olmalıdır.
- q. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- r. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver ÇAVGA
Atık Sorumlusu



TIBBİ ATIK ÇÖP TORBASİ 80X110 KIRMIZI

- a. Ürüne ait katalog veya resimli broşür vb. muayene kabul aşamasında sunulması zorunludur.
- b. Ambalaj üzerinde marka adı olmalıdır.
- c. Boyutları 80x110cm(+0,5cm), kırmızı, torba kalınlığı çift kat en az 100 mikron olmalı, 10 adet atık torbası içeren rulonun, net ağırlığı 100 mikron için en az 800gr olmalıdır. 10 kg atığı güvenli taşıyabilmelidir.
- d. Bir ruloda en az 10 adet atık torbası olmalıdır.
- e. Her rulo ayrı ayrı orijinal ambalajında veya rulo sarılı kâğıt paketli olmalıdır.
- f. Bir kolide en çok 20 rulo olmalıdır.
- g. Tıbbi atık torbası delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
- h. Ürün perforjeli- koparılmalı ise ek yerlerinden ne şekilde koparılsa koparılsın poşetler zarar görmemelidir. Ya da her poşet kullanıma hazır ek yerlerinden ayrılmış şekilde paketli olmalıdır.
- i. Hurda plastik ve hurda katkılı plastikten üretilmiş olmamalıdır.
- j. Orta yoğunluklu polietilen üretilmiş olmalıdır.
- k. Poşet renkleri parlak kırmızı, düz ve pütürsüz dokuya sahip olmalı, poşet ışığa tutulduğunda lekelenmeler olmamalıdır.
- l. Poşet esnek ve yırtılmaya karşı extra dayanıklı olmalıdır.
- m. Ürünün alt kısmı çift taban dikişli, körüksüz, düz olmalıdır.
- n. Poşet sayısı kadar tekrar açılmayan sağlam, poşetin ağzını bağlama amaçlı klips kelepçe verilmelidir.
- o. Her bir tıbbi atık torbası üzerinde her iki yüzünde silinmeyecek şekilde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı olacaktır.
- p. Ürünler 5 sıra istiflenmiş, euro paletli, kenarları çıtlalar ile desteklenmiş ve streç film ile sarılı şekilde olmalı, araçtan indirme işi folklift ile paletlerle yapılmalı, ürün ve kutuların taşıma sırasında ezilme ve dağılması engellenmelidir.
- q. Ürünler depo raf teslimi olup taşıma işi firma tarafından yapılacaktır.
- r. Ürün NUMUNE üzerinden değerlendirilecektir.
- s. İdare atık torbası ile ilgili uygunsuzluk görmesi halinde ürünleri istediği laboratuvara (Akdeniz üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği vb.) tetkik amaçlı gönderebilir. Yapılacak tüm analiz bedellerini yüklenici firma karşılamak zorundadır.
- t. TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver MAVGA
Atık Sorumlusu