

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 660
KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

17.05.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **21.05.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **21.05.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa **m-satinalma@hotmail.com** 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hakan KARAHAN
Bari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AŞI ENJEKTÖRÜ	2.500	ADET					
2	LAPROSKOPİK KLİPS ATICI	50	ADET					
3	STERİL STRİP 12 MM-100 MM	200	ADET					
4	STERİL STRİP 6 MM-100 MM	500	ADET					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/at/0/0/>

KAŞE İMZA

ASI ENJEKTÖRÜ 2 ML. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Steril, plastik contalı olmalıdır.
2. İğne birleşim yeri sıvı kaçırmamalıdır.
3. İğne takılan uç kısmı enjektörün tam merkezinde olmalıdır.
4. Non toksik aprojen olmalıdır.
5. Pistonu kolay çıkmamalıdır.
6. İğne rengi turuncu ve 0,50x24 mm. olmalıdır.
7. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
8. Birim ambalaj üzerinde ve kutu üzerinde; yapılan sterilizasyonun tanımı, yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, lot numarası, paket içeriğinin tanımı yapılmış ve kolay açılabilir durumda olmalıdır.

Steril Strip (12mm X 100mm) Teknik Şartnamesi

1. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaf dan yapılmış olmalıdır
3. Hipoallerjenik olmalıdır.
4. Mikro gözenekli yapıda olmalı (Non - woven) cilt nefes alabilmelidir.
5. Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı sıkıca kapatabilmelidir.
6. Stapler ve dikiş metaryali ile beraber kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilmelidir;
7. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
8. Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
10. Gama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
12. Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.
13. Boyutları en az 12mm x 100 mm olmalıdır.
14. Miat problemi ya da ürünle alakalı herhangi bir sorun olduğu takdirde değişim için firma garantisi verilmelidir.

Steril Strip (6mm X 100mm) Teknik Şartnamesi

1. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaf dan yapılmış olmalıdır
3. Hipoallerjenik olmalıdır.
4. Mikro gözenekli yapıda olmalı (Non - woven) cilt nefes alabilmelidir.
5. Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı sıkıca kapatabilmelidir.
6. Stapler ve dikiş metaryali ile beraber kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilmelidir.
7. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
8. Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
10. Gama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
12. Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.
13. Boyutları en az 6mm x 100 mm olmalıdır.
14. Miat problemi ya da ürünle alakalı herhangi bir sorun olduğu takdirde değişim firma garantisi verilmelidir.

Sardisneler Artalya 11 Sağlık Müd. ihalekalanı alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Ezgi TOPÇU OTAY
Dip Tes. No. 40742

Faz. Mustafa Berkurk

KLİP ATICI LAPAROSKOPİK – ÇOK ATIMLI –(ŞAFT ÇAPI 10 MM. KLİP BOYUTU BÜYÜK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet büyük boy titanyum klip ile ligasyon işlemi yapılmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
5. Endoskopik klip atıcısındaki klabin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3.5 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 10.5 mm olmalıdır.
6. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının shaft çapı 10mm olmalıdır, 10'luk trocardan geçebilmelidir veya 10'luk trokardan geçmeyen klipler için her klip için uygun trocar verilmelidir.
8. Endoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
10. Endoskopik klip atıcısı tek bir hamle ile ligasyonu tamamlayan otomatik ya da yarı otomatik klip yükleme/atma mekanizmasına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Latex madde içermemelidir.
13. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
14. Numune değerlendirmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ŞAHİN
Dip.Tel.No: 41655

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa ŞAHİN
Dip.Tel.No: 71197
Genel Cerrahi Uzmanı