



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

17.04.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **21.04.2025** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **21.04.2025** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BANYO KAYDIRMAZI	6	ADET				
2	İDRAR VE GAİTA ÖRNEĞİ TAŞIMA ÇANTASI	20	ADET				
3	İDRAR TORBASİ ASKISI	66	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

BANYO KAYDIRMAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gri renk olmalıdır.
2. Doğal kimyasallara, deterjan ve suya karşı yüksek dirençli olmalıdır.
3. Silikon esaslı akrilik yapışkanlı olmalı, zemine çok kuvvetli yapışmalı, kolayca uygulanabilmelidir.
4. -30 dereceden +80 dereceye kadar ısı direncine sahip olmalıdır.
5. 50 mm genişliğinde olmalıdır.
6. En az 1 mm en fazla 1,5 mm kalınlığında olmalıdır.
7. İnsanların çok yoğun olduğu hastane gibi binaların merdivenlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
8. Yüksek kaliteli zımpara özelliği sayesinde kaydırmazlık sağlayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. TSE standartlarında olmalıdır.
10. Mermer, granit ve pve gibi her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilirdir.
11. İç ve dış mekan kullanma uygun olmalıdır.
12. En az 1 metre kaydırmaz bant umune olarak teslim edilmelidir.
13. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. 6 Adet 100x105 cm büyüklüğünde olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
- Rabia Görsün HEMİŞ
Doğum Salonu Sorumlu Ebe



İDRAR VE GAİTA ÖRNEĞİ TAŞIMA ÇANTASI ŞARTNAMESİ

- 1-İdrar ve gaita örnek taşıma seti çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.
- 2- **30 x 17 x 16 cm** ölçülerinde olmalıdır. Çanta üzerinde ürün hususunda gerekli uyarıların bulunduğu etiketler yer almalıdır.
- 3-Taşıma kulpu hareketli , kulpu taşıma setinin ortasında olmalı kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.
- 4-Çanta kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi olmalıdır. Ayrıca kapağının kapandığı kısımdaki plastik kilit yeri sağlam ve çıkmayan dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 5-Çantanın üst, ön ve arka tarafında "İdrar ve Gaita Örnek Taşıma Seti" ibaresi yer alan sarı renk baskılı etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı olmalı.
- 6-Hammaddesi orijinal pp (polipropilen) olmalıdır.
- 7-Çanta **renği sarı** olmalıdır. Temizliği kolay olmalı.
- 8-Set aynı anda idrar ve gaita örneklerini taşıyabilir olmalıdır. Akmaya ve sızmaya dayanıklı olmalı. En az 7 adet idrar kabı ve 6 adet gaita kabı kapasitesi içindeki sporda mevcut olmalı.
- 9-Örneklerin set içinde oynamaması ve devrilmemesi için **dik yerleştirilebilir ve portatif yataklı çanta içerisinde bulunan sporun çantadan bağımsız şekilde kullanılabilir olmalıdır.** Temizliği kolay olmalı.
- 10-İdrar ve gaita taşıma setinin zemine sağlam oturması ve hareket etmemesi için dört köşeden ayakları olmalıdır.
- 11-Üretici Firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalı. Firmanın Türkiye’de satış yetki belgesi olmalıdır veTSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- 12-Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
- 13- Yüklenci firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile ücretsiz olarak değişim yapmalıdır.
- 14-Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, kullanıma uygun değilse kabul edilmeyecektir.

(20 Adet talep edilmektedir)

SEDA D. YÖNDEN
HEMŞİRE

Manisa Devlet Hastanesi
Hasan DEMİR
Kan Alma Birim Sorumlusu

İDRAR VE GAİTA ÖRNEĞİ TAŞIMA ÇANTASI ŞARTNAMESİ

- 1-İdrar ve gaita örnek taşıma seti çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.
- 2- **30 x 17 x 16** cm ölçülerinde olmalıdır. Çanta üzerinde ürün hususunda gerekli uyarıların bulunduğu etiketler yer almalıdır.
- 3-Taşıma kulpu hareketli , kulpu taşıma setinin ortasında olmalı kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.
- 4-Çanta kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi olmalıdır. Ayrıca kapağının kapandığı kısımdaki plastik kilit yeri sağlam ve çıkmayan dayanıklı özellikte olmalıdır.
- 5-Çantanın üst, ön ve arka tarafında "İdrar ve Gaita Örnek Taşıma Seti" ibaresi yer alan sarı renk baskılı etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı olmalı.
- 6-Hammaddesi orijinal pp (polipropilen) olmalıdır.
- 7-Çanta **renği sarı** olmalıdır. Temizliği kolay olmalı.
- 8-Set aynı anda idrar ve gaita örneklerini taşıyabilir olmalıdır. Akmaya ve sızmaya dayanıklı olmalı. En az 7 adet idrar kabı ve 6 adet gaita kabı kapasitesi içindeki sporda mevcut olmalı.
- 9-Örneklerin set içinde oynamaması ve devrilmemesi için dik yerleştirilebilir ve portatif yataklı çanta içerisinde bulunan sporun çantadan bağımsız şekilde kullanılabilir olmalıdır. Temizliği kolay olmalı.
- 10-İdrar ve gaita taşıma setinin zemine sağlam oturması ve hareket etmemesi için dört köşeden ayakları olmalıdır.
- 11-Üretici Firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalı. Firmanın Türkiye’de satış yetki belgesi olmalıdır veTSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- 12-Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
- 13- Yüklenci firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile ücretsiz olarak değişim yapmalıdır.
- 14-Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, kullanıma uygun değilse kabul edilmeyecektir.


SEDA D. YÖNDEN
MEMSİRE

Manavgat Devlet Hastanesi
HASAN DEMİR
Kan Alma Birim Sorumlusu

İDRAR TORBASİ ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kalınlığı 5 mm transmisyon demirinden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Pas ve korozyon için özel olarak kromaj yapılmış olmalıdır.
- 3.Su, rutubet , temizlik maddesi vb. diğer etken maddelerden dolayı paslanma, kromajında dökülme yapmamalıdır.
- 4.Ürün her çeşit yatak profiline uyumlu olmalıdır.
- 5.Ürün torbanın hortumunun bükülmesini önlemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Gülsüm Korkmaz KAHRAMAN
Palyatif Bakım Sorumlusu Hemşiresi



Manavgat Devlet Hastanesi
Gülsüm Korkmaz KAHRAMAN
Talyatlı Bakım Sorumlusu Hemşiresi