

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 - 649

KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF (ORTOPEDİ) MALZEMESİ ALIM

15/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16/03/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16/03/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİSTAL FİBULA PLAK	1	ADET	TV1930			
2	3,5 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1170			
3	3,5 MM KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1030			
4	2,4-2,7 MM KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1150			
5	2,4-2,7 MM KİLİTSİZ VİDA	5	ADET	TV1010			
6	4,0 MM KİLİTLİ CANCELLOUS VİDA	3	ADET	TV1210			
7	3,5 KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2990			
8	4,0 MM CANCELLOUS VİDA	3	ADET	TV1130			
9	ORTHO FLEXIBLE FOAM	1	ADET	SG1170			
10	BİO EMİLEBİLİR PİN	2	ADET	TV5680			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

3.5mm Distal Fibula Plak Teknik Özellikler

- Distal Fibula Plaklar Sağ Ve Sol (,4,5,7,9) Delik Seçenekleri Olmadır.
- Plağın Baş kısmında Kilitli En Az 4 Adet 3.5mm Kilitli Vida Deliği Olmalıdır.
- Plağın Baş kısmında Kilitli Vida Deliklerinin Her Biri Farklı Açılarda Olmalıdır.
- Plağın Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes) Olmalıdır.
- Plakların Alt Yüzeyleri Periosteumdaki Baskıyı Azaltmak İçin Düşük Temas Yüzeyine Haiz Olmalıdır.
- Plağın Kalınlığı 2.7mm,Genişliği 9mm Olmalıdır. .(-+ 0.1mm)
- Plakların Baş kısmında En Az 3 Ad.Kirchner Deliği,Alt Uç kısmında 1 Ad. Kirchner Deliği Bulunmalıdır.
- Plağın Materyali Pure Titanyumdan Üretilmiş Olmalıdır.
- Plaklar Anatomik Yapıda Olmalıdır.
- Plak 3.5mm Kilitli ,3.5mm Kortikal , 4.0 Mm Spongioz,3.5mm kanüllü kilitli Vidalar İle Kullanılmalıdır.
- Kilitli Kilitsiz Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
- 3.5mm Kilitli Vidalar 12mm-60mm Aralığında 3.5mm Kortikal Vidalar 12-60mm Aralığında İkişer Mm ,4.0mm Spongioz Vida 12-60mm Aralığında İkişer Mm Artan Ölçülerde Olmalıdır.
- Vidaların 3.5mm Kilitli Olanlar 5mm Yıldız Kafa Çapında ,3.5mm Diş Üstü Çapında ,3.5mm Kortikal Olanlar 6mm Ao Kafa Çapında,3.5mm Diş Üstü Çapında Olmalıdır
- Plağın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası,Üretici Firma Amblemi Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
- Vidaların Kilitli Yapıda Olanları Plağa Tam Olarak Gömülebilmesi İçin 20 Derece Açıya Sahip Ve Yivli Olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
- **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
- **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**

Distal Fibula Plak Sut Kodu : TV1930

3.5mm Kilitli Vida Sut Kodu: TV1170

3.5mm Kortikal Vida Sut Kodu:TV1030

2,7-2,4 Kilitli Vida Sut Kodu: TV1150

2,7-2,4 Kilitsiz Vida Sut Kodu: TV1010

4.0mm Kilitli Cancellous Vida Sut Kodu : TV1210

4.0 mm Cancellous Vida Sut Kodu :TV1130

3.5mm Kilitli Kanüllü Vida Sut Kodu :TV2990

ORTOPEDİ VE FİZYOLOJİ HASTANESİ
Op. Dr. Ali Kemal KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 17245/121619

Op. Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92015

Op. Dr. GURSOY
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 17245/121619

▪ 3.5 mm Kanüllü Vida Teknik Özellikler

- 3,5 mm kanüllü vidalar tepleme gerektirmemelidir. Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm olmalıdır.
- 3.5mm kanüllü vida boyları 20mm - 50mm arası 2 şer mm artan boylarda olmalıdır.
- Düz Pul 4.5 çapında olmalıdır.
- Ucu yivli Kirschner teli 1.0mm Çapında 280mm uzunluğunda olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynır İçinde Olmalıdır.
- Vidaların Üzerinde Firma Amblemi ve Lot Numarası Yazılı Olmalıdır.
- **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
- **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**

3.5 mm Kanüllü Vida Sut Kodu : TV2930

Pul Sut Kodu : TV5740

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Op. Dr. Alişkan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Yardımcı Doçent Dr. GİRİSOY
Op. Dr. Alişkan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

ORTHO FLEXIBLE FOAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
 - Ürün osteokondüktif özellikte olmalıdır.
 - Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
 - Ürün insizyon alanlarında rahatça kullanılabilirdir.
 - Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
 - Uyumlaştırılmış saf atelokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücrelerine tamamen nüfuz edebilmeli ve alerjik olmamalıdır. Ürün membran olmalıdır.
 - Post-op evrede doku eksikliğini gidererek kaliteli yara iyileşmesini sağlar
 - İnsizyon hatlarında hızlı iyileşme etkisi sağlar
 - Rejenerasyon, Granülasyon ve Epitalizasyon oluşumu sağlar
 - Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
 - Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
 - Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
 - Vücutta kaldığı zaman imünno alerjik reaksiyona neden olmamalı.
 - Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
 - 15. Ürün ölçüleri 75x100x4 mm +/-5 mm olmalıdır.
 - Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
 - Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.
- SUT: SG1170**

BİO EMİLEBİLİR PİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilmiş olmalıdır.
 - Düz ve tam eksen yiv seçeneği olmalıdır.
 - Düz pinler için 1,5-2,0mm çap ve 50mm boy seçeneği olmalıdır.
 - Yivli pinler için 2,0-2,7mm çap ve 2,0mm için 40mm , 2,7mm için 50mm boy seçeneği olmalıdır.
 - Yivli pinlerin arkası kemiği tutmak ve yaklaştırmak için geniş başlı olmalıdır.
 - Gama steril alüminyum paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
- SUT:TV5680**

Dr. Mustafa Kemal KAYI
Op. Dr. Mustafa Kemal KAYI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 14724S/121619

MANAVGATİCİ MET HASTANESİ
Op. Dr. Mustafa Kemal KAYI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 14724S/121619

Dr. Mustafa Kemal KAYI
Op. Dr. Mustafa Kemal KAYI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 14724S/121619

ORTHO FLEXIBLE FOAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
 - Ürün osteokondüktif özellikte olmalıdır.
 - Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
 - Ürün insizyon alanlarında rahatça kullanılabilirdir.
 - Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
 - Uyumlaştırılmış saf atelokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücrelerine tamamen nüfuz edebilmeli ve alerjik olmamalıdır. Ürün membran olmalıdır.
 - Post-op evrede doku eksikliğini gidererek kaliteli yara iyileşmesini sağlar
 - İnsizyon hatlarında hızlı iyileşme etkisi sağlar
 - Rejenerasyon, Granülasyon ve Epitalizasyon oluşumu sağlar
 - Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
 - Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
 - Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
 - Vücutta kaldığı zaman imünno alerjik reaksiyona neden olmamalı.
 - Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
 - 15. Ürün ölçüleri 75x100x4 mm +/-5 mm olmalıdır.
 - Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
 - Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.
- SUT: SG1170**

BİO EMİLEBİLİR PİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilmiş olmalıdır.
- Düz ve tam eksen yiv seçeneği olmalıdır.
- Düz pinler için 1,5-2,0mm çap ve 50mm boy seçeneği olmalıdır.
- Yivli pinler için 2,0-2,7mm çap ve 2,0mm için 40mm , 2,7mm için 50mm boy seçeneği olmalıdır.
- Yivli pinlerin arkası kemiği tutmak ve yaklaştırmak için geniş başlı olmalıdır.
- Gama steril alüminyum paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

SUT:TV5680

MANAVGATİ HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 447245/121619

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Arkan ÖZKAN
Dip. Tes. No: 92075

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Arkan ÖZKAN
Dip. Tes. No: 92075