



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 6572

KONU: 8 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

29.04.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **29.04.2025** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacaktır **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29.04.2025** tarihinde saat **16:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

E. Özdemir
Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

HASTA : S KAR

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	VOLAR PLAK	1	ADET	TV1450			
2	KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1150			
3	KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	5	ADET	TV1010			
4	TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR	1	ADET	TV3116			
5	EL BİLEK FİKSATÖR	1	ADET	TV4970			
6	KORTİKAL KİLİTSİZ VİDA	5	ADET	TV1030			
7	KORTİKAL KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1170			
8	ANATOMİK KENDİNDEN KILAVUZLU SCHANZ	4	ADET	TV5120			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

1	VOLAR DİSTAL RADIUS PLAK TİTANYUM	TV1450	1	ADET
2	TİTANYUM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 3,5MM	TV1170	10	ADET
3	TİTANYUM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA 3,5MM	TV1030	5	ADET
4	TİTANYUM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 2,4MM-2,7MM	TV1150	10	ADET
5	TİTANYUM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA 2,7MM	TV1010	5	ADET
6	TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, UZUN KEMİK, STANDART	PAKET KODU:TV 3116	1	PAKET
7	EL BİLEK EKSTERNAL FİKSATÖR (L) (NON STERİL)	TV4970	1	ADET
8	Anatomi Kendinden Kılavuzlu şanz	TV5120	4	ADET

VOLAR DİSTAL RADIUS PLAK TİTANYUM

- ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır.
- Volar Plakların baş kısmı 1nci sıra 4, 2nci sıra 4 delik, 3üncü sırada 2 delik, şafta uzanan kısmı 3, 4, 5, 6 delikli olmalı ve sağ, sol anatomik olarak hazır bulunmalıdır.
- Düşük plak ve vida profili ve yuvarlatılmış köşeli olmalı, tendon ve diğer yumuşak doku irritasyonunu minimize edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Plakların şaft bölgelerinde en az 1 adet DCP delik bulunmalı ve vida en az 30 derece açı ile çekirme yaptırmaya müsait olmalıdır.
- Çakma seti içinde plak bükücüler, tornavida topuz sapı ve altıgen tornavida uçları, kırık vida oyucuları bulunmalıdır.
- Plak üzerinde hem kilitli hem kilitsiz delikler olmalıdır.
- Plak vidaları konik olmalı, uçları self taping ve trokar uçlu olmalıdır.
- Vida başları konik ve yivli olmalı, çakma setinde uygun kılavuzlar ve tornavida olmalıdır.
- Kilitsiz vidalar plak üzerinde toplam 30(±5) açılanabilmelidir.
- Set içerisinde 3.5MM kilitli kanüllü ve 2.7MM kilitli kilitsiz kortikal vida olmalıdır.
- Set içerisinde 3.5MM kilitli kilitsiz kortikal vida olmalıdır.
- 2.7MM kilitli kortikal vidaların 12MM-40MM arası boyları olmalıdır
- 2.7MM kilitsiz kortikal vidaların 12MM – 40MM arası boyları olmalıdır.
- 3.5MM kilitsiz kortikal vidaların 12MM–70MM arası boyları olmalıdır.
- 3.5MM kilitli kanüllü vidaların 12MM – 40MM arası boyları olmalıdır.
- 3.5MM kilitli vidaların 12MM – 70MM arası boyları olmalıdır.
- Set içerisindeki kanüllü vidalar üzerinde boy ve çap belirtilmelidir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Aydın KARADENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 14725/121019

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KARADENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 14725/121019

TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, , STANDART

1. Sistem Radius Distal Metafiz kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Fiksatorün ana gövdesi alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. El bileğine istenen pozisyonu verebilmek için eklem hizasında 2 başlı küresel eklem bulunmalıdır.
4. Proksimal ve distal klempler, birbirine paralel 2 adet şanz pini tutabilir yapıda en az 4 adet pin olmalıdır.
5. Setteki şanz pinleri radius ve metakarplar için uygun dizayn edilmiş ve üretilmiş olmalıdır.
6. Distal komponent üzerinde distraksiyon sağlayabilecek özellikte bir vidası olmalıdır.
7. Sistem hem sağ hem de sol tarafa adapte edilebilir özellikte olmalıdır.
8. Radius distal fragmanını tutacak pinler 1.8 mm çapında ve ucu yivli özellikte olmalıdır.
9. Distal fragmanı tutan halka, 2 adet çiftli mini hibrid pin klemplerini taşıyacak özellikte olmalıdır.
10. Sistem hem sağ hem de sol tarafa adapte edilebilir özellikte olmalıdır.
11. Sistem kullanıma hazır paket halinde sunulmuş olmalıdır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Aydın KARADENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 156816

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Aydın KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 15245/121619

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa GÖNÜL
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 81447