



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 6577

KONU: 9 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

29.04.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 29.04.2025 saat 16:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifi esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 29.04.2025 tarihinde saat 16:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

HASTA : B

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	3,5 ŞAFT PLAK	1	ADET	TV1490			
2	HUMERUS ÇİVİ	1	ADET	TV5240			
3	KİLİT VİDASI	5	ADET	TV5500			
4	TEPE VİDASI	2	ADET	TV5380			
5	ORTOPEDİ SERKLAJ BANT SİSTEMİ	8	ADET	TV5750			
6	DİSTAL TALON BOLT VİDASI	2	ADET	TV5660			
7	DİSTAL TALON VİDA 3 LÜ PİN	2	ADET	TV5700			
8	KORTİKAL KİLİTSİZ VİDA	5	ADET	TV1030			
9	KORTİKAL KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1170			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta :

m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ:

www.manavgatdh.gov.tr

1	3,5 ŞAFT PLAK TİTANYUM	TV1490	1	ADET
2	HUMERUS ÇİVİ	TV5240	1	ADET
3	KİLİT VİDASI	TV5500	5	ADET
4	TEPE VİDASI (DİSTAL+PROKSİMAL	TV5380	2	ADET
5	DİSTAL TALON BOLT VİDASI	TV5660	2	ADET
6	DİSTAL TALON VİDA 3 LÜ PİN	TV5700	2	ADET
7	ORTOPEDİ SERKLAJ BANT SİSTEMİ	TV5750	8	ADET
8	TİTANYUM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA 3,5MM	TV1030	5	ADET
9	TİTANYUM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA 3,5MM	TV1170	10	ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Aydın
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tec. No: 155816

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Aydın
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tec. No: 155816

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ali Aydın
Dip. Tec. No: 155816
Ortopedi ve Travmatoloji

DİSTAL İNTERNAL KİLİTLENEBİLEN HUMERUS İNTRAMEDULLER ÇİVİLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çivi ve end capler titanyum alaşım, Ti6Al4V2 malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Çivi ve vidalar MRI uyumlu olmalıdır.
- 3- Humerus çivi çapı 8,9,10 mm, boyu ise 200 mm.' den başlayıp 300 mm.'ye kadar 20 mm. artan ölçülerde olmalıdır.
- 4- Tüm humerus çivilerde distal kilitleme sistemi, çividen ayrı vidalardan oluşmamalıdır.
- 5- Pençe sistemi için 2 adet distal talon vida pin (3'lü) ve vida pinlerin hareketi için 1 adet talon bolt vidası olmalıdır.

- 6- Sistemde 0, 5 ve 10 mm'lik Proksimal endcapların yanında distal uç için de endcaplerde bulunmalıdır. Endcap'ın oturacağı kısım da yivli olmalıdır.
- 7- Sistem minimal invazive cerrahiye uygun olmalıdır.
- 8- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan, çivinin üzerindeki pençe sistemleri açılmalı ve sistem otomatik olarak kilitlenebilmelidir.

UHMWPE SERKLAJ BANT SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

- BAND UHMWPE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE) GÜÇLENDİRİLMİŞ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- BAND TÜM KEMİK KIRIKLARI VE STERNUM SABİTLEMESİNE UYGUN YAPIDA OLMALIDIR.
- BAND EN AZ 6 MM GENİŞLİKTE OLMALIDIR. BAND UZUNLUĞU EN AZ 450 MM, EN FAZLA 650 MM ARASINDA, FARKLI BOYLARDA OLMALIDIR.
- BANDIN BİR UCUNDA TİTANYUM ALAŞIMLI KİLİT, KİLİT ÜZERİNDE SABİTLEYİCİ VİDA, DİĞER UCUNDA İSE SPESİFİK ENDİKASYONLAR DA KULLANILMAK İÇİN AÇILI VE BANDA YERLEŞTİRİLMİŞ TİTANYUM ALAŞIMLI KILAVUZ İĞNESİ OLMALIDIR. İĞNENİN UCU STERNUMU GEÇEBİLMESİ İÇİN KESİCİ-DELİCİ ÖZELLİKTE OLMALI, GÖVDESİ KOLAY İLERLETİLEBİLMEK İÇİN YUVARLAK OLMALIDIR.
- BAND KIRIK ALANINA UYGULANABİLMELİDİR. FEMUR PROKSİMAL VE ŞAFT İÇİN BANTA ÖZEL PLAKLAR OLMALIDIR.
- BAND POLİETİLEN YAPISIYLA PERİOSTU KAVRAYACAK ŞEKİLDE OLMALI VE PERİOSTA SIKIŞTIRMA SONRASI ZARAR VERMEMELİDİR.
- BAND SİSTEMİ GERİLMEYEN ÖNCE EN FAZLA 0,4 MM ENİNDE, GERİLDİKTEN SONRA İSE EN AZ 0.3 MM YÜKSEKLİKTE OLMALIDIR.
- BAND GERDİRME GÜCÜ EN AZ 700-1200 ARASI KNW OLMALIDIR.
- SİSTEM GERDİRİLDİKTEN SONRA TEKRAR AÇILIP, BAŞKA BİR BÖLGEDEN TEKRAR GERDİRİLMEME İZİN VERMELİDİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Aydın KARADENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 156816

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Ali Aydın KARAYİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 15645121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Ali Aydın KARAYİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 01447

3,5 ŞAFT PLAK TİTANYUM

- 1 ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır
- 2 Plaklar Ø 3.0 mm kalınlığına ve 12mm genişliğinde Düşük Profil olmalıdır.
- 3 Plaklar 4- 12 delik arası olmalıdır.
- Çakma seti içinde plak bükücüler, tornavida topuz sapı ve altıgen tornavida uçları, kırık vida oyucular
- 4 bulunmalıdır.
- 5 Plak üzerinde hem kilitli hem kilitsiz delikler olmalıdır.
- 6 Plak vidaları konik olmalı, uçları self taping ve trokar uçlu olmalıdır.
- 7 Vida başları konik ve yivli olmalı, çakma setinde uygun kılavuzlar ve tornavida olmalıdır.
- 8 Kilitsiz vidalar plak üzerinde toplam 30°(±5°) açılabilenlidir.
- 9 Set içerisinde 3.5MM kilitli kanüllü ve 2.7MM kilitli kilitsiz kortikal vida olmalıdır.
- 10 Set içerisinde 3.5MM kilitli kilitsiz kortikal vida olmalıdır.
- 11 2.7MM kilitli kortikal vidaların 12MM-40MM arası boyları olmalıdır
- 12 2.7MM kilitsiz kortikal vidaların 12MM – 40MM arası boyları olmalıdır.
- 13 3.5MM kilitsiz kortikal vidaların 12MM-70MM arası boyları olmalıdır.

- 14 3.5MM kilitli kanüllü vidaların 12MM – 40MM arası boyları olmalıdır.
- 15 3.5MM kilitli vidaların 12MM – 70MM arası boyları olmalıdır.
- 16 Set içerisindeki kanüllü vidalar üzerinde boy ve çap belirtilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Ali Aydın KARADENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 156816

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 147245/121519

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mustafa Gökçen
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 011497