

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01 - 675
KONU: 13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

18.08.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firanız tarafından temini mümkün ise **19.08.2021** saat **15:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak. bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak. benzer, muadil vb ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalemi için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19.08.2021** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faksas, **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın YAMAK
Denetim ve Mali Hiz. Müdür V

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BPAP-CPAP MASKESİ KÜÇÜK	20	ADET	OR4310			
2	BPAP-CPAP MASKESİ MEDIUM	40	ADET	OR4310			
3	BPAP-CPAP MASKESİ LARGE	30	ADET	OR4310			
4	SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (SİROMETRE)	60	ADET	OR2710			
5	BRANÜL NO:22 (MAVİ)	10.000	ADET	OR2510			
6	NAZOGASTRİK SONDA NO:18	50	ADET	OR1440			
7	WREP KAĞIDI 26*26 CM	30.000	ADET				
8	ENTÜBASYON TUPÜ KAFSIZ NO:2	5	ADET				
9	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7	1.000	ADET	OR4190			
10	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:7,5	1.000	ADET	OR4190			
11	ELDİVEN STERİL NO:7,5 CERRAHİ	1.000	ADET	OR4190			
12	FOLEY SONDA ÜÇ YOLLU NO:20 FF	50	ADET	OR1220			
13	PAMUK 1 KG'LIK	200	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KASE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tasdikli Türkçeye çevirilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur.** Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.
10. Teklif edilen ürünler UBB üzerinden, ihtiyaç duyulursa fiziki numune üstünden değerlendirilecektir.

KALEMLER BIPAP MASKESİ DISPOSABLE(S-M-L)

1. Maske kullanıcının ağız ve burnunu hava kaçağı olmadan, cilde yapışmayı önleyici pürüzlü yüzeyi bulunan kaliteli yumuşak bir silikon yastık ile kapatacak tasarım ve yapıda olmalıdır.
2. Maske yana kaymayı önlemek amacıyla hastanın çenesini alttan tamamen kavrayacak ve kapatacak tasarım ve yapıda olmalıdır. Çeneyi alttan kavramayan maskeler kabul edilmeyecektir.
3. Maskede silikon alın desteği olmalıdır.
4. Maske en az üç ayrı boyda farklı hastalara uygulanabilecek boyutta küçük (S), orta (M) ve büyük (L) boylarda teslim edilmelidir.
5. Maskeye takılan hortumun saat yönünde ve tersi yönünde dönmesi sırasında maskeye kuvvet uygulamaması için, maske üzerinde rotasyonu sağlayan 360 derece dönebilen bir hava hortum girişi konektörü bulunmalıdır.
6. Maske üzerinde bulunan antiasfiksi valfi (AAV) sayesinde herhangi bir nedenle cihaz durduğunda hasta oda havasından solunum yapabilmelidir.
7. Maskenin üzerinde gerektiğinde çıkartılıp yıkanabilir özellikte ayarlanabilir bir baş bandı bulunmalıdır.
8. Maskenin baş bandı uzunluğu kullanıcının başına göre ayarlanabilir olmalı ve yapılan ayar bozulmadan maskenin kolayca çıkartılıp takılmasını sağlayan bir kilit sistemini bulundurmalıdır.
9. Maske üzerinde CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon delikleri bulunmalıdır. (V ented maske)
10. Maske üzerinde bulunan çıkış delikleri yüksek basınçta kullanım sırasında dahi ses yapmayacak özellikte olmalıdır.

11. Maske üzerinde kullanıcıya gerektiğinde oksijen vermeyi sağlayacak en az iki adet oksijen girişi bulunmalıdır. Bu girişler kullanılmadığında maskeye sabit olarak bağlı kapakçıklar ile kapatılabilmelidir.
12. Maske dezenfekte edilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
13. Hava hortumu girişleri standart olup her türlü maske ve ventilatör cihazına uygun yapıda olmalıdır.
14. Hava hortumu şeffaf olmalı, rahatça kıvrılabilmeli ancak kink yapmamalıdır. Hortum içinde biriken sekresyonların net bir şekilde görülebilmemesine imkan vermemelidir.
15. Çapı 22 mm, Uzunluğu 180 cm olmalıdır.
16. Her maske ile birlikte bir adet hava hortumu ücretsiz olarak verilecektir.

Spirometre Teknik Şartnamesi

1. 3 adet sütun içerisine yerleşmiş toptan oluşmalı
2. Hem üfleyerek, hem de nefes alma ile toplar hareket ettirilebilmeli.
3. Hasta ağzına uyumlu hortumu olmalı.

KALEMLER BRANÜL

1. Silikonlu, düzgün damar girişi sağlayan iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu ve çift taraflı keskin iğne olmalıdır,
2. Ek doz uygulamaları için portu olmalıdır,
3. Aseptik, dengeli ve güvenli tutuşu olmalıdır,
4. Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash back'i olmalıdır,
5. Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, esnek ve yumuşak tespit kanatları, kan durdurucu ara parça, boyutları tanımlayan renk kodlu port kapağı olmalıdır.
6. Tek tek steril pakette disposable olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
7. Kanatları kırılmamalıdır, sızıntıya mahal vermemelidir.
8. Kanül bükülmeye karşı dirençli, kink yapmayan, damarda daha uzun kalış süresine sahip, vücutla uyumlu olan PUR (Poliüretan) veya Vialon biyomateryalden yapılmış olmalıdır.
9. Kanül materyali teflon dan yapılmış olmamalıdır.
10. Kanül, biyometaryalinden dolayı damar içinde yumuşayarak damar yapısına uygun hale gelir ve bu sayede sepsis ve trombofilebit riskini azaltmaktadır. Bu çalışmalarla desteklenmelidir.

NAZOGASTRİK SONDA

1. Nazogastrik sonda giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.
2. Nazogastrik sonda bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
3. Nazogastrik sonda travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
4. Nazogastrik sonda da doku emilmesini önleyen çapraz dört yan delik bulunmalıdır.
5. Nazogastrik sonda üzerinde derinlik işaretleri bulunmalıdır.
6. Nazogastrik sonda renk kodlu funnel konnektöre sahip olmalıdır.
7. Nazogastrik sonda talep edilen boyutlarında olmalıdır.
8. Nazogastrik sondanın uzunluğu en az 120 cm olmalıdır.
9. Tekli ambalajlarda steril olmalı, ambalaj üzerinde Marka, Son kullanım tarihi, Referans numarası, Lot(seri) numarası ve sterilizasyon türü belirtilmiş olmalıdır.

Wrap Kağıdı Teknik Şartnamesi

1. Buhar sterilizasyonunununa uygun olmalıdır.
2. Mertekaresi 60 gr.(+/- 3) ağırlığında olmalıdır.
3. Paketleme ve sterilizasyon esnasında açma süreçlerinde hiçbir kat bırakmayacak yumuşaklığa ve esnekliğe sahip olmalıdır.
4. Ambalajın hiçbir yüzeyinde kesinlikle tüylenme ve tiftiklenme olmamalıdır.
5. Çift kat ambalaj içinde olmalıdır. İlk ambalaj plastik poşet olmalı, ikinci ambalaj dayanıklı karton paket olacak, depo yerleştirmelerinde kutular ezilmeyecek sağlamlıkta olacaktır.
6. Paket içindeki wrap kağıtları (büyük boy kağıtlar) sadece bir yönde katlanacaktır.
7. Paket içindeki wrap sayısı paket üzerine mutlaka yazılacak, paketler bir kişinin rahatça taşıyabileceği ağırlıkta ve sayıda olacaktır.

ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ

1. Tüp Medikal PVC'den yapılmış ve iç kımı görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
3. Nontoksit ve ajirojen olmalıdır.
4. Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-Ray opak çizgi bulunmalıdır.
5. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
6. Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
7. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
8. Tüpler steril tekli paketlerde olmalıdır.
9. En fazla 20 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir

KALEMLER ELDİVEN STERİL

1. Pudralı olmalıdır.
2. Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 61 ug/gr'dan küçük olmalıdır. Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı allerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
4. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozan ışınlarından korumalıdır,
5. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
6. İç paketlerde eldivenin boyu ve markası yazılı olmalıdır.
7. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
8. En fazla 100 adetlik kutularda teslim edilmelidir.
9. Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır

STERİL ELDİVEN PUDRASIZ

1. Pudrasız olmalıdır,
2. Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 61 ug/gr'dan küçük olmalıdır. Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı allerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

3. Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır,
4. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
5. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozan ışınlarından korumalıdır,
6. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
7. İç paketlerde eldivenin boyu ve maskası yazılı olmalıdır.
8. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9. En fazla 100 adetlik kutularda teslim edilmelidir.

FOLEY SONDA 3 YOLLU

1. Kateter üç yollu olmalıdır
 2. Silikon kaplı lateksten yapılmış olmalıdır.
 3. Tek kullanımlık olmalıdır.
 4. Silindirik tip, travmatik olmayan, yuvarlatılmış ve uygulama sırasında kıvrılmayacak kadar sertleştirilmiş uca sahip olmalıdır.
 5. Kataterin karşılıklı 2 deliği bulunmalıdır.
 6. Ürün plastik luer lock valfli ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır.
 7. Kataterin uzunluğu 40-42 cm olup, 20 ile 22 F.in balonları 50 ml.ye kadar şişebilmelidir.
 8. Kateterler tek tek steril paketlenmiş olmalı ve en az 2 yıl sterilizasyon miadlı olmalıdır.
 9. Balon şişince kendiliğinden simetrik olarak şekillenmelidir.
- Paketlerin üzerinde sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir

PAMUK

1. Beyaz ve tam hidrofili olmalıdır.
2. % 100 pamuk olmalıdır.
3. Sıvı emme özelliği tam olmalıdır.
4. Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.
5. Bir (1) kg.'lık su ve nem geçirmeyen paketler halinde olmalıdır.
6. Rulolar düzgün olarak sonuna kadar açılmalı, kopmalar olmamalıdır.
7. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşmamalıdır.

İhale şartnamesinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. / Ecz 8764