

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 934.01

675

KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

02.07.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **06.07.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından

yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır

**Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız**

**BİRİM BEDEL**

üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06.07.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

**İsmail KARAHAN**  
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEMODİYALİZ SIVI FİLTRESİ U9000(GAMBRO AK 96 MODELİ İÇİN)	30	ADET	NF1039			
2	HEMODİYALİZ SIVI FİLTRESİ U9000(GAMBRO AK 98 MODELİ İÇİN)	15	ADET	NF1039			
3	KATADER GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ	2.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

**BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.**

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

## 28. Kalem HEMODİYALİZ SIVI FİLTRESİ U9000 (GAMBRO AK 96 MODEL İÇİN) ENDOTOKSİN FİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Filtre Hallow fiber yapıda olmalıdır
2. Membran materyali sentetik (polyamix veya PAES/PVP) olmalıdır.
3. Filtrenin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Efektif membran yüzeyi alanı 2.0 metre kareden yüksek olmalıdır
5. Filtre ortalama 600 mmhg basınca dayanıklı olmalı bu basınçlarda rüptür görülmemelidir
6. Filtre 90 gün ömürlü olmalı

7. Filtre 150 ısı yıkamasına dayanıklı olmalıdır.
8. Steril ambalajında olmalıdır.
9. Üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.
10. Filtre Gambro marka AK96 model cihazlara uyumlu olmalı sorunsuz çalışabilmelidir.
11. Filtre Buhar veya gamma steril olmalı teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım ömrü olmalıdır.

## 29. Kalem HEMODİYALİZ SIVI FİLTRESİ U9000 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GAMBRO AK 98 MODEL İÇİN)

1. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürün endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Gambro marka AK 96-98 model cihazlara uygun olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2.4 metre kare olmalıdır.
5. Membran yapısı PAES / PVP olmalıdır.
6. Teklif edilecek ürünün perasidik asit, sodyum karbonat, sodyum hipoklorit ve sitrik asitle dezenfekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.

## 32. Kalem KATATER GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Teklif edilen katater setleri, giriş ve çıkış olacak şekilde ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır. Paket perforeli olarak birleşik olmalı istenildiğinde kolayca birbirinden ayrılmalıdır.
- 2- Teklif edilen katater set, içeriği son kullanma tarihi gibi bilgiler tam ve eksiksiz olarak paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 3- Teklif edilen setler etilenoksit gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

### Katater Giriş Setinin Özellikleri:

Katater giriş seti ürünleri aseptik tekniğe uygun olarak bohçalanmış olmalıdır.

### Bohça dışı

- 2 adet nonwovendan manul 4 kat spanç olmalıdır.
- 4 adet medium beden mavi anti-alerjik yapıda nitril pudrasız eldiven olmalıdır.(2 bohça içi, 2 bohça dışı)
- 2 adet maske olmalıdır.
- 2 adet anti-alerjik yapıda esnek flaster olmalıdır.

### Bohça içi

- 1 adet en az 30\*40 cm ölçülerinde yüksek emicilik özelliği olan katater altı örtüsü olmalıdır.
- 2 adet 5 cc enjektör.
- 1 Adet en az 10 x 8 x 2 cm ölçülerinde plastik kap olmalıdır.
- 4 adet nonwovendan manul 4 kat spanç olmalıdır.
- 4 adet medium beden mavi anti-alerjik yapıda nitril pudrasız eldiven olmalıdır.(2 bohça içi, 2 bohça dışı)
- 1 adet 40\*50 cm (bohçalama örtüsü)
- 1 adet en az 9\*10 cm özelliğinde yara kapama pedi olmalıdır.

### Katater Çıkış Setinin Özellikleri:

Katater çıkış seti ürünleri aseptik tekniğe uygun olarak bohçalanmış olmalıdır.

- 6 adet nonwovendan manul 4 kat spanç olmalıdır.(4 bohça içi, 2 bohça dışı)
- 2 adet medium beden mavi anti-alerjik yapıda nitril pudrasız eldiven olmalıdır ( bohça içi)
- 1 adet kateter kesesi olmalıdır. 6\*20 cm ebatlarında minimum 70 gr /m2 spulance kumaştan imal edilmiş.( bohça içi)

**Set ile birlikte ilave olarak verilecek malzemeler:**

- Her katater kiti ile birlikte %2 klorhexidin içerikli 8 adet 13\*18 cm ebatlarında mendil verilmelidir.
- Her katater kiti ile birlikte 1 adet poşet önlük teslim edilmelidir.
- Her bir katater ile elastik file bandaj (size:3 boyut:10 cm)

**Genel Özellikler:**

- Teklif edilen ürün, steril ve orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı veya ticari adı, adresi, son kullanma tarihi, üretim parti(LOT) ve seri numarası, ürünün kullanım sayısını (tek ve çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel depolama şartları, ikazlar veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
- Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 18 ay olmalıdır.
- Yüklenici firma idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
- Yüklenici firma ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası, üretici firma adı, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.

*İhale şartname benzeri alınmıştır.*

**Manavgat Devlet Hastanesi**  
**Mustafa BOZKURT**  
**Eczacı**  
Sic. No.. Ecz 8764