

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 8 KALEM TIBBİ SARF (ORTOPEDİ) MALZEMESİ ALIMI

17/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f. (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **17/03/2022** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17/03/2022** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa, **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROKSİMAL TİBİA MEDİAL PLAK	1	ADET	TV1810			
2	PROKSİMAL TİBİA LATERAL PLAK	1	ADET	TV1810			
3	KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	30	ADET	TV1190			
4	KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1050			
5	KANÜLLÜ VİDA	3	ADET	TV2950			
6	PUL	3	ADET	TV5740			
7	MATRİX MEMBRAN	1	ADET	SG1170			
8	EMİLEBİLİR PİN	2	ADET	TV5680			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

* **PROKSİMAL TİBİA MEDİAL KİLİTLİ TİTANYUM ANATOMİK PLAKLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- * Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli ve kilitsiz vidalar, ISO5832-3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünün izlenebilirlik lot numarası olmalıdır.
- * Tibianın proksimal medial anatomisine uyması için bükülmüş olmalı, anatomik olarak sağ ve sol çeşitleri bulunmalıdır. Kilitli anatomik plaklar düşük temas yüzeyli olarak imal edilmiş olmalıdır.
- * Proksimal vidalar, tibia platosunu daha iyi destekleyebilmek için tibia proksimaline paralel ve birbirlerine göre konverjan açılarda yollanabilmelidir.
- * Anatomik kilitli plakların sağ-sol seçenekleri 5,7,9,11,13,15,17,19 ve 21 delikleri arasındaki plak boy seçenekleri olmalıdır. Plakların baş kısmına 6 adet kilitli kilitsiz vida uygulanabilmelidir. Anatomik plakların gövde kısmındaki delikler kombine ve kilitli yapıda (aynı delikte kilitli sabit açılı ve serbest açılı kompresyon amaçlı vida uygulaması) delik olmalıdır.
- * Proksimal kısımda eklem yüzeyine paralel en az 3 adet K-Teli yuvası bulunmalıdır. Plaklar üzerinde de geçici tespit için kirschner teli delikleri olmalıdır.
- * Kilitli plağın minimal invazif ve perkütan uygulanabilme seçenekleri olmalıdır. Minimal invazif uygulamalarda, kendinden yiv açan vidalar ile karbon kılavuz sette bulunmalıdır.

* Proksimal Tibia Medial Kilitli Anatomik Plak	Sut Kodu : TV1810	2 ADET
* 4,5 mm Kilitli Kortikal Vida	Sut Kodu : TV1190	30 ADET
* 4,5 mm Kilitsiz Kortikal Vida	Sut Kodu : TV1050	10 ADET

(Faint stamp and signature)

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
İp. Tels. No: 151717 - 122169

MANİSA DEVLET HASTANESİ
OP. DR. ALI VOLKAN KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
İp. Tels. No: 151717/121619

* **PROKSİMAL TİBİA LATERAL KİLİTLİ TİTANYUM ANATOMİK PLAKLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- * Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli ve kilitsiz vidalar, ISO5832-3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammadden imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünün izlenebilirlik lot numarası olmalıdır.
- * Tibianın proksimal lateral anatomisine uyması için bükülmüş olmalı, anatomik olarak sağ ve sol çeşitleri bulunmalıdır. Kilitli anatomik plaklar düşük temas yüzeyli olarak imal edilmiş olmalıdır.
- * Proksimal vidalar, tibia platosunu daha iyi destekleyebilmek için tibia proksimaline paralel ve birbirlerine göre konverjan açılarda yollanabilmelidir.
- * Anatomik kilitli plakların sağ-sol seçenekleri 5,7,9,11,13,15,17,19 ve 21 delikleri arasındaki plak boy seçenekleri olmalıdır. Plakların baş kısmına 4 adet kilitli kilitsiz vida uygulanabilmelidir. Anatomik plakların gövde kısmındaki delikler kombine ve kilitli yapıda (aynı delikte kilitli sabit açılı ve serbest açılı kompresyon amaçlı vida uygulaması) delik olmalıdır.
- * Proksimal kısımda eklem yüzeyine paralel en az 3 adet K-Teli yuvası bulunmalıdır. Plaklar üzerinde de geçici tespit için kirschner teli delikleri olmalıdır.
- * Kilitli plağın minimal invazif ve perkütan uygulanabilme seçenekleri olmalıdır. Minimal invazif uygulamalarda, kendinden yiv açan vidalar ile karbon kılavuz sette bulunmalıdır.

* Proksimal Tibia Lateral Kilitli Anatomik Plak

Sut Kodu : TV1810

MANANGAT DENİZLİ HASTAHANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 141317 - 122169

MANANGAT DENİZLİ HASTAHANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 141317 - 122169

MANANGAT DENİZLİ HASTAHANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Teş. No: 141317 - 122169

Nano-Mineralize Matrix Teknik Şartnamesi

SG1170

- * Teklif edilecek ürün Nano-Mineralize $Ca_3(PO_4)_2$ ve Silisyum iyonları ihtiva eden homojen bir matrix yapıda olmalıdır.
- * Ürün içerisinde kemik ve doku ile iletişimi artırmak için Propylene homopolymer'leri serbest halde bulunmalı ve böylece osteoblast'ların etkileşimini inhibite etmelidir.
- * Ürün makroporoz gözenek yapıda olmalı ve tutunuma mukavemet göstermelidir.
- * Ürün hastanın kemik iliği, kanı veya serum fizyolojik ile muamele edilip implantasyon'a uygun olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün ışığı geçirmeyen medikal grade alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
- * Kullanmadan önce herhangi bir ön hazırlık veya dehidrasyon gerektirmemeli, steril ambalajından çıktığı gibi tatbik edilmeli, uygulanır uygulanmaz kemik ile etkileşerek osteointegrasyon ve iyileşme prosedürünü başlatmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün Kranial, Spinal ve Ortopedi her türlü kemik defektinde suture ile veya suture kullanmadan güvenle kullanılabilir, tüm defektlere endike olmalıdır. Suture kullanılan vakalarda herhangi extra bir işleme gerek kalmadan kolaylıkla suturelenmelidir.
- * Ürün oda sıcaklığında saklanabilir kesinlikle soğuk zincir gerektirmemeli ilave soğutucuya gerek kalmadan depoda veya ameliyathane dolaplarında saklanabilir.
- * Greftler ASTM F 1538-94 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün 25 kGy minimum dozda Gama ışını kullanılarak steril edilmiş olmalı, gerektiğinde Bioburden testi ve Doz Haritalama raporları sunulmalıdır.
- * İnsan kemiğine çok yakın bir mekanik dirence sahip olmalıdırlar.
- * Greftler Tümör boşluklarının doldurulmasında Spinal cerrahide Travma cerrahisinde, Osteotomi'de eklem protezleriyle, patella cerrahisinde ve travma ürünleri ile, ve psödoartroz vakalarında kullanılabilir.
- * %100 Biyoyumlu osteokondüktif ve biyoaktif sentetik greft olmalıdır.
- * Teklif edilecek ürün Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD'de satılabilir olmalıdır.
- * UTS kaydı Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- * Ürün FDA ve CE Belgesine haiz olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Maden ve Enerji Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tez. No: 41245/121619

T.C. Sağlık Bakanlığı
Maden ve Enerji Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tez. No: 41245/121619

MADEN VE ENERJİ BAKANLIĞI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tez. No: 41245/121619

BİOABSORBABLE PİN

- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Pinler başlıklı olmalı ve tornavida ile rahatlıkla gönderilebilmelidir
- * Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir
- * 2,0 mm ve 3,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve boy seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * **BİOABSORBABLE SCREW**
- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünlerin kanüllü ve kanülsüz seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır
- * Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir
- * Vidaların kanüllü tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir

2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ve 5,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve her çap vidanın boy seçeneği olmalıdır.

SIRA NO	ÜRÜN ADI	SUT KODU	MİKTARI
1	BİOABSORBABLE PİN	TV5680	2 ADET

Dr. Mustafa Sı
Güroy
1980/01/01
T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Bölgesi T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122 169

T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Bölgesi T.C. Sağlık Bakanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122 169

MANİCATI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619