

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF (ORTOPEDİ) MALZEMESİ ALIM

17/03/2022

SAYIN.....

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **18/03/2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18/03/2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ORTHOFLEXIBLE FOAM	1	ADET	SG1170			
2	BİOEMİLEBİLİR PİN	2	ADET	TV5680			
3	KANÜLLÜ VİDA 3,5 MM	2	ADET	TV2930			
4	KANÜLLÜ VİDA 4,5 MM	2	ADET	TV2930			
5	PUL	4	ADET	TV5740			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ai/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

ORTHO FLEXIBLE FOAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
 - Ürün osteokondüktif özellikte olmalıdır.
 - Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
 - Ürün insizyon alanlarında rahatça kullanılabilirdir.
 - Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
 - Uyumlaştırılmış saf atelokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücrelerine tamamen nüfuz edebilmeli ve alerjik olmamalıdır. Ürün membran olmalıdır.
 - Post-op evrede doku eksikliğini gidererek kaliteli yara iyileşmesini sağlar
 - İnsizyon hatlarında hızlı iyileşme etkisi sağlar
 - Rejenerasyon, Granülasyon ve Epitalizasyon oluşumu sağlar
 - Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
 - Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
 - Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
 - Vücutta kaldığı zaman imünno alerjik reaksiyona neden olmamalı.
 - Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
 - 15. Ürün ölçüleri 75x100x4 mm +/-5 mm olmalıdır.
 - Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
 - Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.
- SUT: SG1170**

BİO EMİLEBİLİR PİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilmiş olmalıdır.
 - Düz ve tam eksen yiv seçeneği olmalıdır.
 - Düz pinler için 1,5-2,0mm çap ve 50mm boy seçeneği olmalıdır.
 - Yivli pinler için 2,0-2,7mm çap ve 2,0mm için 40mm , 2,7mm için 50mm boy seçeneği olmalıdır.
 - Yivli pinlerin arkası kemiği tutmak ve yaklaştırmak için geniş başlı olmalıdır.
 - Gama steril alüminyum paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
- SUT:TV5680**

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güneş GÜNEŞOY
Dip. Tes. No: 110293 - 122169
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Başakhan TOKATMAN
Ortopedi Ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Kemal KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 12245/121619

▪ **3.5 mm Kanüllü Vida Teknik Özellikler**

- 3,5 mm kanüllü vidalar tepleme gerektirmemelidir. Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm olmalıdır.
- 3.5mm kanüllü vida boyları 20mm - 50mm arası 2 şer mm artan boylarda olmalıdır.
- Düz Pul 4.5 çapında olmalıdır.
- Ucu yivli Kirschner teli 1.0mm Çapında 280mm uzunluğunda olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynır İçinde Olmalıdır.
- Vidaların Üzerinde Firma Amblemi ve Lot Numarası Yazılı Olmalıdır.
- **Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.**
- **Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.**

3.5 mm Kanüllü Vida Sut Kodu : TV2930

Pul Sut Kodu : TV5740

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güçen GÜRSOY
Dip. Tes. No: 147245/121619 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Başarhan TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

▪ **4.5 mm Kanüllü Vida Teknik Özellikler**

- 4,5mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir.
 - Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm -32mm ve full yivli olmalıdır. 16mm yivli vidalar 30-70mm arası boylarda olmalıdır.
 - 32 yivli kanüllü vidalar 35mm – 70mm arası boylarda.
 - Full yivli kanüllü vidalar 50mm – 65mm arası boylarda olmalıdır.
 - Düz Pul; 4.5/4,5mm çapında olmalıdır.
 - Ucu yivli Kirschner teli 1.5mm çapında, 280mm uzunluğunda olmalıdır.
 - Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
 - Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
 - Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
 - Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.
 - Ürün Ulusal Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
 - Ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlıdır.
-
- 4.5 mm Kanüllü Vida Sut Kodu : TV2930
 - Pul Sut Kodu : TV5740

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip.Tes.No: 110203 - 88667
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Bogaçhan TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Veli KARAYAYRA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110203/121619