

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 685
KONU: 3 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

03/07/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 07/07/2020 saat 16:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 07/07/2020 tarihinde saat 16:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- 3. KALEM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAN TAŞIMA ÇANTASI(TERMOMETRELİ)	6	ADET				
2	HAVLU DISPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)	2.500	PAKET				
3	SIVI EL SABUNU	500	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

TERMOMETRELİ KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Kapak üzerine monte edilmiş ve probu kap içine uzayan digital derecesi olmalıdır. Dijital termometre sayesinde KAN taşıma çantası iç sıcaklığı izlenebilmelidir.
2. Çanta içinde kan ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek karşılıklı 2 ayrı ayırıcı sistemi olmalıdır. ayırıcılar hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır. ayırıcılar kabın yan yüzeylerinde olmalıdır. Her ayırıcı bölmeye 2 adet standart buz aküsü yerleştirilebilmelidir. Buz aküleri çanta ile beraber verilmelidir.
3. Kan taşıma çantasının tüm yüzeyleri sıcaklık izolasyonlu olmalıdır.
4. Kan taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır
5. Kan taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
6. Çanta hem elde hem omuzda taşınabilmelidir. Omuz kemeri ayarlanabilir olmalıdır.
7. Kapak yukarı doğru açılmalıdır.
8. Hacmi 6 litre olmalıdır.
9. Bir adet paslanmaz çelik kilitleme sistemi olmalı, kendiliğinden açılmalar önlenabilmelidir.
10. Kan torbası taşınmasına uygun olmalıdır.
11. Çantanın yan taraflarında "Kan Taşıma Çantası" ibaresi yer alan kırmızı zemine beyaz puntolarla yazılmış etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı selefon ile kaplı olmalıdır.
12. Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
13. Taşıma çantasının rengi kırmızı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Abdurrahman DÜNMEZ
Anestezi ve Reanimasyon
Dip Tes. No: 79237



56. Kalem. HAVLU DİSPENSER Z KATLI KAĞIT (200 YAPRAKLI PAKET)

- a. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, üretim tarihi, depolama/saklanma koşulları olmalıdır.
- b. Üretici firmaya ait TS 11668 belgesi olmalıdır.
- c. Çift katlı, yaprak boyutu en az 225x230 mm olmalıdır.
- d. Paketler şeffaf naylon ile her yeri kaplanmış olmalıdır. Açıkta bir alan olmamalıdır.
- e. Bir paketteki yaprak adedi en az 200 olmalıdır.
- f. Ürün yumuşak, dayanıklı, beyaz renkli, parfümsüz, cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
- g. Z katlı havlu kağıt %100 selüloz olmalıdır.
- h. Islaklık emme gücü yüksek, doğada parçalanabilirliği kolay olmalıdır.
- i. Evrakları olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- j. Ürüne ait tüm belgeler onaylı imzalı, kaşeli olacaktır.
- k. 1 adet paket ağırlığı en az 375 gr olmalıdır. (+/- 15 gr)
- l. ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 18001:2007 standartları bulunmalıdır.

Yeter Şekir



SIVI EL SABUNU teknik şartnamesi

1. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bildirim belgesi olmalıdır.
2. Üretici firmaya ait ISO 9001:2015 –ISO 14001:2015-ISO 18001:2007 standartları bulunmalı ve belgelendirilmelidir.
3. Ürün 13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formu hakkındaki yönetmeliğe" uygun 16 maddelik Ürün güvenlik bilgi formu sertifikalı bir hazırlayıcı tarafından onaylı, imzalı ve kaşeli olarak Türkçe olmalıdır.
4. Ürün TSEK / TSE belgeleri olmalıdır. Orjinal ambalaj (etiket üzerinde) TSEK / TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ürün kolay köpürmeli, elleri kurutmamalı, tahriş etmemeli, güzel kokulu olmalıdır. Dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır ve bu rapor muayene komisyonuna sunulmalıdır.
6. Ürün kansorejen, alerjen madde içermemelidir.
7. Ürün PH değeri 5,5-7 civarında olmalıdır.
8. Sıvı sabun aparatları ile kullanılabilmelidir.
9. Ürün akışkan olmalı ve görünümü tortu içermemelidir.
10. Ürün emniyet kilitli orjinal ambalajlarda bulunmalıdır.
11. Türkçe Ürün Güvenlik Bilgi Formu sertifikalı bir hazırlayıcı tarafından onaylı, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmalıdır.
12. Orjinal etiket üzerinde üretici firma adı, adresi, ürün adı, markası, etken maddenin adı ve yüzde aralığı, kullanım alanları ve kullanma talimatı, uyarıcı tehlike sembolleri ve korunma önlemleri, üretim tarihi ve son kullanma tarihi, parti, seri, kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak işaret, depolama/saklama koşulları olmalıdır. Bu bilgiler orjinal ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapışmalar kabul edilmeyecektir.
13. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
14. 1 adet numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
15. Evrakları olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Üründen kaynaklı olarak karşılaşılan problemlerde tüm sorumluluk satıcı ve yüklenici firmaya ait olacaktır.
17. Ürün muayene aşamasında ve hastane deposuna teslim edilirken enfeksiyon kontrol komitesi tarafından gerekli görülürse analiz için halk sağlığı kurumuna gönderilir, analiz maliyetleri üretici firmaya aittir.

Yeter Geçim

