



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

24/03/2023

SAYIN.....

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 29/03/2023 saat 10:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka 29/03/2023 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	SARF DEPO BİRİMİ
	DAHİLİ : 1403 - 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDİ (M)	3	ADET				
2	ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDİ (L)	3	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki
teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ UZUN SÜREN AMELİYATLARDA BASINÇTAN DOLAYI OLUŞAN SİNİR ZEDELENMESİ,DOKU TRAVMASI VE VÜCUTTA OLUŞABİLECEK DEKÜBİT YARA OLUŞUMUNU ÖNLEMELİDİR.
- 2.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ HASTAYA VERİLEN POZİSYON ESNASINDA SABİT BİR ŞEKİLDE DURABİLMELİ DAĞILMA VE KAYMA YAPMAMALIDIR.İNSAN DOKUSUYLA UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ CİLDE TEMAS ETTİĞİNDE CİLT İLE BİRLİKTE HAREKET EDEREK SÜRTÜNMEDEN DOLAYI OLUŞABİLECEK DOKU TAHRİŞİNİ ÖNLEMELİDİR.
- 4.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİNİN KESİLMESİ DELİNMESİ YADA YIRTILMASI GİBİ DURUMLARDA DIŞ ORTAMA SIVI AKIŞI OLMAMALIDIR.
- 5.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ ALEVE MARUZ KALSA BİLE TUTUŞMA YANMA VE ALEV YÜRÜMESİ OLMAMALIDIR.BU DURUM DURUM YAPILAN TESTLER İLE BELGELENMELİDİR.
- 6.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ X-İŞİNİ GEÇİRGEN VE MR UYUMLU OLMALIDIR.
- 7.ÇALIŞMA SICAKLIĞI -10/50 DERECE ARALIĞINDA OLMALIDIR.
- 8.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ REASUBLE OLMALIDIR.KOLAY TEMİZLENEBİLİR VE UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.
- 9.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ SİLİKON,LATEKS,VİNİL,HAVA,KÖPÜK SÜNGER ,LİKİT ESASLI VB. AKMA, DAĞILMA VE ALLERJİ YAPABİLEN MADDELERDEN YAPILMIŞ OLMAMALIDIR.VİSKOELASTİK POLİMER JELDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 10.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ Ce BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 11.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ NEME VE MİKROORGANİZMALARA KARŞI DİRENÇLİ OLMALIDIR.
- 12.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ İÇİN NUMUNE DEĞERLENDİRME YAPILMALI VE BÖLÜM UYGUNLUK ONAYI ALINMALIDIR.
- 13.ENTÜBASYONLU KAFA SABİTLEME PEDLERİ İÇİN HER ÜRÜN ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA İSİM VE AÇIKLAMA BASKISI OLMALIDIR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr.Barış ŞİMŞEK
Dip.Tes.No.: 10414 - 99785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm.

Uzm. Dr. Mehmet Ercan SÖNMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 01002367 Tes. No : 9437

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Halil ÇİÇEK
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip Tes. No. 109398