



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

6956

KONU: 1 KALEM AMELİYATHANE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

14.05.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 20.05.2025 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 20.05.2025 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com ' a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 BİYOMEDİKAL DEPO DAHİLİ NO :1511
--	--

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CERRAHİ KESİCİ-DELİCİ CİHAZLAR, DELİCİ VE KESİCİ MOTOR ELEKTRİKLİ- ŞARJLI(KESİCİ MOTOR)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: 1 SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

MOTOR SİSTEMİ ,KESİCİ ELCEĞİ	1 ADET
SAGGİTAL HIZLI KESİM BİÇAĞI 90(86) x 19 x 1,27 mm	3ADET
KECİCİ VE DELİCİ İÇİN BATARYA	2 ADET
BATARYA MUHAFAZASI (BATARYA YUVASI)	1 ADET
BATARYA İÇİN ÜNİVERSAL PİL ŞARJ CİHAZI ŞARJ YUVALARI	2 ADET
BATARYALAR İÇİN EVRENSEL BATARYA ŞARJ ÜNİTESİ	1 ADET

Yeni Sistem elektrikli ya da bataryalı özellikte olmalıdır.

KESİCİ MOTOR ELCEĞİ

- 1) Elcek tabanca şeklinde olmalı ve ağırlığı 1100gr dan fazla olmamalıdır.
- 2) Elcek tabanca şeklinde olmalı ve ağırlığı 1475gr dan fazla olmamalıdır.
- 3) Elcekte düşük ve yüksek olmak üzere iki hız seçeneği modu bulunmalıdır.Düşük seviyede en az 11.00cpm yüksek seviyede ise en az 14.000cpm hız ile işlem yapabilmelidir.Hız seçimi elcek üzerindeki mekanizmadan ayarlanabilmelidir.
- 4) Elcekte düşük ve yüksek olmak üzere iki hız seçeneği modu bulunmalıdır.Düşük seviyede en az 11.00cpm yüksek seviyede ise en az 14.000cpm hız ile işlem yada elcek 13.000cpm'ye kadar bu işlemi yapabilmelidir.Hız seçimi elcek üzerindeki mekanizmadan ayarlanabilmelidir.
- 5) Saggital hızlı kesim bıçağı 90(86) x 19 x 1,27 mm çaplarında kesici sisteme uyumlu olmalıdır
- 6) .İsteklilerin teklif edeceği ürünler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır.2 yıllık garanti süresi sonrasındaki en az 5 yıl ücreti mukabil teknik servis ve yedek parça hizmeti verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ahmet YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa KÖSTEKÇİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No:83399-56410

Batarya ,Şarj Cihazı

1. Batarya şarj cihazı 220V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
2. Sistem ile birlikte verilecek olan batarya şarj cihazı 4 adet Lithium-Ion bataryayı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Batarya 10,8V kapasiteye sahip Lithium-Ion özellikte olmalıdır.
4. Teklif edilen batarya şarj cihazının ağırlığı 2.65kg geçmemelidir.
5. Bataryalar maksimum 1 saatte sarj olmalıdır.

Ekran üzerinden bataryanın sarj olup olmadığı , ne kadar sarj olduğu, batarya arizası gibi tüm gerekli bilgileri gösterebilmelidir

6. Her batarya yuvası için ayrı ayrı takip ,gozlem ve kontrol amaçlı lcd ekranı bulunmalıdır.

7. Batarya ile ilgili kullanım ve arıza bildirimlerini okuyabilecek teknolojiye sahip olmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda cihaz uyarı vermelidir.Batarya şarj durumu ekrandan takip edilebilmelidir.

- 8) .İsteklilerin teklif edeceği ürünler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır.2 yıllık garanti süresi sonrasındaki en az 5 yıl ücreti mukabil teknik servis ve yedek parça hizmeti verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Ayçin YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Aydin KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Metin KOSTEKCI
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No:85399-56410