

SAYI: : 98177073 / 934.01 -697
KONU: 12 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

08/07/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 10/07/2020 saat 16:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 10/07/2020 tarihinde saat 16:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KABATAHAN
İdari ve Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	VENTİLATOR CİHAZI AKIŞ-FLOW TRANSDÜSERİ	2	ADET				
2	VENTİLATOR BASINÇ FARK DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ- TRANSDÜSERİ	1	ADET				
3	VENTİLATOR CİHAZI ÜFLEME POMPASI- BLOWER	1	ADET				
4	VENTİLATOR CİHAZI ANA KARTI	1	ADET				
5	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI ADAPTÖRÜ	1	ADET				
6	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI MOTOR KAPASİTÖRÜ	1	ADET				
7	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI VANA REKORU	1	ADET				
8	ASANSÖRLERE YEDEKLİ OTOMATİK KAT KAPI YAY ALIMI (YUMUŞAK ÇELİK TEL ÇEKİMLİ GALVANİZ KAPLAMA YAPIMI.ASANSÖRLERİMİZ KAPILARINA UYGUN OLMALI)	15	ADET				
9	ASANSÖR DİŞ KAT BUTON ALIMI (ASANSÖRLERİMİZ KAPILARINA UYGUN OLMALI)	5	ADET				
10	SELCOM KAPI ESİK PATEN ALIMI (ASANSÖRLERİMİZ KAPILARINA UYGUN OLMALI)	20	ADET				
11	KLİMA İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ALIMI	6	ADET				
12	DEMİRDÖKÜM MODEL DDA2-12 BTULUK KLİMANIN DİŞ ÜNİTE KOMPRESÖRÜNÜN ALIMI (22 GAZLI)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

TRANSÜDER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CAREFUSION marka VELA model cihaza uyumlu olacaktır.
2. Orijinal parça olmalıdır. Yeni nesil vela ventilatörlerin ana kartına tam uyumlu olmalıdır
3. Parça takıldıktan sonra cihaz tüm kalibrasyonları ve testleri geçmelidir
4. Malzemenin montajı periyodik bakım anlaşmalı firmamız tarafından yapılacaktır.
5. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

06.07.2020
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
CAREFUSION marka VELA model VENTİLATÖR CİHAZI YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Blower (Türbin motoru- PCB kart dahil) yeni tip cihazlara uygun olacaktır.Parça no : PN: 16349.
Orijinal ve sıfır ürün olmalıdır.
2. Ana kart (main board) Parça no : 5285OA . Üç adet transüder (sensör) üzerinde takılı olacaktır.
Sıfır hiç kullanılmamış, tamir görmemiş ve orijinal ürün olacaktır.
3. Parçaların montajı anlaşmalı bakım firmamız tarafından yapılacaktır.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi
yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
5. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka,
model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde malzeme isimleri talebimizde yazıldığı şekilde olacaktır.

06.07.2020
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vana rekoru 32 lik olacaktır
2. Adaptör 32 lik dış dişli olacaktır.
3. Kapasitör AQUALINE marka arıtma cihazına uyumlu olacaktır.
4. Montajı bakım anlaşmalı firmamız tarafından yapılacaktır.
5. Orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
- 10 Fatura içeriği SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ADAPTÖRÜ şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

06.07.2020
İlkay UZ
Sterilizasyon Sor.