



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7006

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

20.05.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

23.05.2025

saat

10:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlarız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **23.05.2025** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Emir Bütühan ŞEN
İdari ve Mali İşler Müdür Vekili

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	RADYOFREKANS UÇLARI BİPOLAR EĞRİLEBİLEN TÜM BOYLAR (AE2400)	50	ADET	AE2400			
2	SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340)	50	ADET	AE2340			
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)


e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ARTROSKOPİK SHAVER UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Artroskopik shaver bıçakları cerrahlar tarafından diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere ortopedik eklemlerde ve temporomandibular eklemlerde dokuyu rezekte etmek ve kemiği oymak için kullanılır.
- 2) Shaver uçları renk koduna sahiptir.
- 3) Artroskopik shaver bıçakları set halinde paketlenmiştir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir.
- 4) Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- 5) Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmektedir.
- 6) Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamaktadır.
- 7) Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmaktadır.
- 8) Shaver uçları 5 adetlik kutularda ambalajlanmıştır.
- 9) Formula Shaver'ları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içerir. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilir.
- 10) Tek kullanımlık artroskopi bıçakları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerinden biri ile sterilize edilmiştir.
- 11) Stryker marka cihaza uyumludur.

Dr. Ali Volkan Kaya.



Dr. Behri Demirel



Manisa Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Bilgiye 19972

BİPOLAR RF PROBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Cihaza takılan probu cihaz otomatik olarak tanımaktadır ve ilgili çalışma aralığını otomatik olarak ayarlamaktadır.
- 2) SERFAS Energy Probu, yumuşak dokuların rezeksiyonu, ablasyonu ve koagülasyonu ile diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği artroskopik ameliyatı olan hastalardaki kan damarlarının hemostazı için elektrocerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tek kullanımlık bir radyo-frekans probudur.
- 3) Prob, eş zamanlı sıvı aspirasyonu sağlayabilen birkaç farklı uç yapılandırması ve emme probunun yanı sıra enerji aktarımı kablosu da içermektedir.
- 4) Bu aletin üretilmesi için kullanılan malzeme aşağıdaki ftalatlardan birini veya daha fazlasını içermektedir.
 - a. BBP = benzil butil ftalat
 - b. DBP = dibutil ftalat
 - c. DEHP = di (2-etilheksil) ftalat
 - d. DMEP = di (2-metoksieksil) ftalat
 - e. DnPP = di-n-pentil ftalat
- 5) Cihaz ile uyumlu olan RF Probları bipolar özelliktedir ve bu özelliği ile hasta altı plağına ihtiyaç duymamaktadır.
- 6) 11 seviyeli kesme ve 3 seviyeli (Low-Med-Hi) Koagülasyon yapmaktadır.
- 7) Probların üzerinde el kumandası için butonlar bulunmaktadır.
- 8) Değişik boy ve çapta problemler seçeneği bulunmaktadır.
- 9) Hafif ve kullanımı kolaydır.
- 10) Stryker marka cihaza uyumlu ve aynı markadır.

Dr. Ali Volkan Kaya



Dr. Bahri Demir



Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydın ALTINIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diyadin: 78072

