

26/08/2021

SAYI: 98177073 / 934.01
KONU: 13 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 31.08.2021 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımların 31.08.2021 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OTOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI	3	ADET				
2	ENDOSKOPİK TELESKOP LAPAROSKOPİ OPTİK 30°	1	ADET				
3	OTOSKOP AMPÜLÜ 2.7 VOLT	10	ADET				
4	EMG ELOKTRODU VELCRO (KÜNYE NO:1007997941)	5	ADET				
5	KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU BİPOLAR- ÇİFT KUTUPLU (ÜZÜMCÜ MARKAYA UYUMLU)	25	ADET				
6	KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU BİPOLAR- ÇİFT KUTUPLU (PETAŞ MARKAYA UYUMLU)	25	ADET				
7	ELEKTRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EİLEBİLİR BATARYA	2	ADET				
8	ELEKTRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EİLEBİLİR BATARYA KUTUSU	2	ADET				
9	TIBBİ MONİTÖR APARATI DUVARA MONTE	5	ADET				
10	RÖNTGEN KASETİ 35*43 CM	15	ADET				
11	RANFANSATÖR MAVİ 35*43	15	ADET				
12	TIBBİ MONİTÖR SPO2 PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK	30	ADET				
13	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NİBL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN	60	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR SARF MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SPO2 probu TMS marka FX1 model hastabaşı monitör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Manşon tek hortumlu, tüm marka monitörlerde kullanılabilecek, hortum ucu ara kabloya bağlanabilecek şekilde **dişi ve erkek metal bağlantı aparatı ile birlikte** verilecektir.
3. En az bir yıl garantili olmalıdır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR TAŞIMA APARATI DUVARA MONTE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TMS marka FX1 model hastabaşı monitör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Montaj ve monitörlerin merkezi sisteme tanıtılması yüklenici firmaya aittir.
3. En az bir yıl garantili olmalıdır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.


Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yogun Bakım Sgr.


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİKLİ KESİCİ VE DELİCİ MOTOR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lityum ion batarya 14.8 volt 1500 mAh 22.2 Wh değerlerinde olacaktır.
2. SYNTHES marka kesici ve delici motorlara uyumlu olacaktır.
3. Kutu bataryayı içine almaya ve elceğe takılan kısma uyumlu olacaktır.
4. Batarya çıkarılmadan kutu çıkarılamayacak şekilde kilitli olacaktır.
5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

23.08.2021
Emine AVCI
Ameliyathane Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
RÖNTGEN KASETİ 35 X 43 CM ve RANFANSATÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CARESTREAM Marka Classic ve elite model CR cihazına uyumlu olacaktır.
2. Kaset 35x43 cm ölçüsünde olacaktır. Ebatına uygun barkod etiket üzerinde yapışık olacaktır. Her kaset ile birlikte - yapışık olan etiket hariç- 1 adet yedek etiket verilecektir. Kaset kilit sistemli olacaktır.
3. Ranfansatör düz plaka halinde esnemeyen tip ve maviye duyarlı olmalıdır. 30000 çekim yapılabilir olacaktır.
4. Ranfansatör kasete montajlı olarak verilecektir.
5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.



19.08.2021
Şahin ATEŞ
Radyoloji Sor.