



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7030

KONU : 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

22.05.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **27.05.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **27.05.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNIYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

İdris ZEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	12V, 9 Ah KURU TİP AKÜ	25	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

N MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAİL

: m-satinalma@hotmail.com

12 V , 9 Ah KURU TİP AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gerekçe : Hastanemiz ultrason 4 (Merve TARHAN odası) , ultrason 5 odası ve patoloji labaratuvarlarında cihazların bağlı olduğu UPS cihazlarının akülerinin ömrü dolduğu için değiştirilmesi gerekmektedir.

1. Kesintisiz güç kaynağı için kullanılacak aküler tamamen bakımsız, gaz kaçırmayan kuru tipte olmalıdır.
2. Aküler çevreye zarar vermeyen asit sızdırmaz özellikte olacaktır.
3. Yeni akülerin her biri 12 V 9 Ah gücünde olmalıdır.
4. Alınacak aküler kesintisiz güç kaynaklarına uygun imal edilmiş olmalıdır.
5. Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olacak ve çekilecek maksimum akıma dayanıklı olmalıdır.
6. Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup açılabilir kapağı olmayacaktır. Dış kılıf, şeffaf olmayan POLİPROPİLEN veya ABS gibi sert plastikten, aside ve patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Teklif edilen ürünler yeni, orjinal ambalajında, defosuz ve hatasız olacaktır.
8. Akülerin çalışma aralığı en az ; -10 °C ile +40°C arasında olmalıdır.
9. Akülerin her birinin üzerinde okunabilir ve çıkmayacak şekilde yazıyla üretim tarihini belirtir yazı olmalı, Üretim tarihi, teslim tarihi itibarıyla 6 ayı geçmemiş olmalıdır.
10. Akülerin hepsi aynı marka olmalıdır. Akü imalatçısı firmanın CE, UL, ISO9001 ve ISO14001 belgesine sahip olmalıdır.
11. Aküler en az 2 yıl garantili olmalı ve en az 5 yıl ömür beklentili olmalıdır.
12. Aküler TSE, CE ve UL belgeli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi