

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 9 KALEM TIBBİ SARF ALIMI İŞİ

31.08.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **02.09.2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **02.09.2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mat Hız. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAN ALMA TÜPÜ	3.000	ADET				
2	EL ALETİ SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	150	LİTRE				
3	EL ALETİ SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	125	LİTRE				
4	IVKATATER ÖRTÜSÜ (KLORHEKSDİN GLUKONAT İÇEREN)	100	ADET				
5	İDRAR TORBASI MUSLUKLULU 2000 CC	15.000	ADET				
6	STERİL DİSTİLE SU CAM ŞİŞE 1000 CC	400	ADET				
7	OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI YETİŞKİN	1.500	ADET				
8	İNHALASON TEDAVİ ÇEMBERİ (AERO CHAMBER)	100	ADET				
9	BRANÜL NO:20 (PEMPE)	4.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

Vakumlu Sodyum Fluorid ve EDTA lı Tüp Teknik Şartnamesi

1. Tüm vakumlu tüpler, steril, Polyethylene Teraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş, kırılmaz ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.
2. Tüplerin üzerindeki etikette lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
3. Tüpün kapağı açılırken kanın sıçramasına engel olmak için ve iğnenin girdiği kauçuğun ele değmemesi için uygun kapak sistemi mutlaka olmalıdır.
4. Tüplerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olmalıdır.
5. Tüpler, son kullanma tarihinden 2 (iki) ay öncesinde haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından ücretsiz olarak uzun miyadlılarla değiştirilecektir.
6. Tüpler, hastanenin tüketim miktarları göz önünde bulundurularak, hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir.
7. Tüpler her marka kan alma iğnesi ve holder ile uyumlu olmalı, kan alma sırasında oluşabilecek olumsuzluklara neden olmamalıdır.
8. Tüpler vakumlu 13*75 mm boyutlarında, en az 4 ml kan çekmelidir.
9. Tüpün alacağı kan miktarı etiketin üzerinde bir çizgi ile gösterilmelidir.
10. Tüplerin içinde antikoagülan olarak sodyum florid ve EDTA bulunmalıdır.
11. Tüpler delinebilen kauçuk kapakların üstünde sert plastikten hemogard kapaklı olmalı, kauçuk bölümü iğnenin tüpe kolay girmesini sağlayacak iğnenin kendiliğinden geri atmasına neden olmayacak, iğnenin ikinci ucundaki kauçuğa zarar vermeyecek yapıda ve tüp kapağı açıldığında kanın sıçramasını engelleyecek sertlikte olmalı ve etikette belirtilen miktarda kan çekmelidir.
12. Teklif edilecek ürünlerin tamamı aynı marka olmalıdır.
13. Kullanımdan kaynaklanan hataları aşgari seviyeye indirmek amacıyla yüklenici tarafından kan alma ve laboratuvar personeline laboratuvar idari sorumlusunun uygun gördüğü tarihlerde ve istediği miktarda eğitim verilmeli ve bu eğitimler belgelendirilmelidir.

il Sağlık Müdürlüğü ihalesinden alınmıştır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Acil Servis Sorumlusu
Sağık Memuru
Hasan DAĞ

ALKALİ ŞARTNAMESİ

- 1-Ürün likid kıvamında olmalı,iyi kokulu veya kokusuz olmalıdır.
- 2-Alkalin solüsyon,sodyum hidroksit,ositildimetilamin oksit,2_fosfon-1,2,4_butanetrikarboksilik asit,sodyum oktilsulfat ı birlikte bulundurmamalıdır.
- 3-Ultrasonik yıkama makinelerinde yıkama amaçlı ve otomatik yıkama makinelerinde ön yıkama ve yıkama amaçlı kullanılabilmemelidir.
- 4-Çevreye zarar vermemelidir.Özel bir atık politikasına gerek duymadan şebekeye bırakılabilmelidir.
- 5-Aletlere ve yıkama makinelerine zarar vermemelidir.Zaman içerisinde aletlerde kararma yapmamalıdır.Gerekli testlerden geçirilmiş olmalıdır.Uluslararası standartlarda zararsız olduğu belgelenebilmelidir.
- 6-Solüsyon 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.Ürün ambalajları kapağın ilk kez kullanıcı tarafından açıldığını gösterecek şekilde kelepçeli kilitlerle koruma altında olmalıdır.
- 7-Ameliyathanelerde kullanılan her türlü materyalle,plastik,çelik ve alüminyumda dahil uyumlu olmalıdır.
- 8-En sert sularda bile etkinliği koruyabilmeli ve etkili temizlik sağlayabilmelidir,pas oluşumunu engellemelidir.Aletleri paslandırmadan koruyucu ve yağlayıcı özelliği olmalıdır.
- 9-Ürün köpürmemelidir.Kan,mukus,yağ gibi artıkları,ortopedi gibi zor çıkan ameliyat artıklarını rahatlıkla temizleyebilmelidir.
- 10-Ürün 1-4 ml oranında otomatik sulandırma yapılarak kullanılabilmeli,otomatik yıkama programlarına uygun olmalıdır.
- 11-Konsantre çözeltinin Ph'ı yaklaşık 12,7 olmalıdır.%1 lik çözeltinin pH'ı yaklaşık 11,2 olmalıdır.Bazik çözelti olup yıkama makinesinin pompalarına zarar vermemelidir.
- 12-Ürün normal oda koşullarında saklanabilmelidir.
- 13- Alkalin solüsyon ardından kullanılacak olan solüsyonla uyumlu olmalıdır.
- 14-Ürün miadı üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
- 15-Fiyat veren firma 1 er adet numune gönderecek.Numune denemesi ünite tarafından yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi

İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlu Memşuresi

NÖTRALİZAN ŞARTNAMESİ

- 1-Ürün sitrik asit,oksalik asit içermelidir.
- 2-Ürün pH ı yaklaşık 1,2 olmalıdır.
- 3-Ürün paslanmaz çelik yüzeylerinin pasif tabaka bütünlüğünü korumalı ve yenilemelidir.
- 4-Ürün sert su derecesi kalıntılarını,pas ve lekeleri yok etmelidir.
- 5-Ürün aletleri,yıkayıcıları ve çevreyi korumalıdır.
- 6-Ürün yüksek alkalın deterjan tortusunu nötrlemelidir.
- 7-Ürün diğer deterjan ve dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.
- 8-Ürün fosfat içermemelidir.
- 9-Ürün düşük köpürme oranına sahip olmalıdır.
- 10-Ürün 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.Ürün ambalajları kapağın ilk kez kullanıcı tarafından açıldığını gösterecek şekilde kelepçeli kilitlerle koruma altında olmalıdır.
- 11-Ürün manuel,ultrasonik ve yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılabilmelidir.
- 12-Nötralizan solüsyon kullanılan alkali solüsyonla uyumlu olmalıdır.
- 13- Ürün 1-4 ml oranında sulandırma yapılarak kullanılabilmeli,otomatik yıkama programlarına uygun olmalıdır.
- 14-Ürün miadı üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.Son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
- 15-Fiyat veren firma 1 er adet numune gönderecek.Numune denemesi ünite tarafından yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tasdikli Türkçeye çevirilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur.** Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.
10. Teklif edilen ürünler UBB üzerinden, ihtiyaç duyulursa fiziki numune üstünden değerlendirilecektir.

İDRAR TORBASI MUSLUKLU NONSTERİL

1. İdrar torbası PVC'den imal edilmiş olup, 2 lt kapasiteli ve mililitre işaretli olmalıdır.
2. Bükülmeye karşı dirençli, 90 cm'lik şeffaf hortum ve ucunda konik bağlantı konnektörü ihtiva etmelidir.
3. İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.
4. İdrar torbası hortumunda, üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır. Konnektör kolayca çıkamalıdır.
5. İdrar torbaları en az 100 adetlik kutularda non-steril olarak teslim edilecektir.

STERİL DİSTİLE SU 1000 CC CAM ŞİŞE

1. Distile su 1000 cc'lik cam şişe içinde olmalıdır.
2. Şişe içeriği steril ve distile olmalıdır.
3. Ağız kısmı serum şişelerinde olduğu gibi tıpalı olmalı, serum seti takmaya uygun olmalıdır. Şişe kapağında otomatik Chamber sistemine ait dolum ucunun tam olarak girişini sağlayacak ve sızıntı yapmayacak düzenecek bulunmalıdır.
4. Her şişenin yanında 1'er adet serum askısı olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, seri ve lot numarası, üretici firma açık adresi bulunmalıdır.
6. Distile suları teslim eden firma suyun kullanıldığı otomatik chamber sistemlerinde bir sorun yaşandığında hiçbir ücret talep etmeden müdahale edecek ve chamber ünitelerini bedelsiz olarak değiştireceğini taahhüt edecektir.
7. Malzeme depo tesliminden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.

BRANÜL

1. Silikonlu, düzgün damar girişı sađlayan iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu ve çift taraflı keskin iğne olmalıdır,
2. Ek doz uygulamaları için portu olmalıdır,
3. Aseptik, dengeli ve güvenli tutuşu olmalıdır,
4. Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash back'i olmalıdır,
5. Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, esnek ve yumuşak tespit kanatları, kan durdurucu ara parca, boyutları tanımlayan renk kodlu port kapağı olmalıdır.
6. Tek tek steril pakette disposable olmalı ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.
7. Kanatları kırılmamalıdır, sızıntıya mahal vermemelidir.
8. Kanül bükülmeye karşı dirençli, kink yapmayan, damarda daha uzun kalış süresine sahip, vücutla uyumlu olan PUR (Poliüretan) veya Vialon biyomateryalden yapılmış olmalıdır.
9. Kanül materyali teflon dan yapılmış olmamalıdır.
10. Kanül, biyometaryalinden dolayı damar içinde yumuşayarak damar yapısına uygun hale gelir ve bu sayede sepsis ve trombofilebit riskini azaltmaktadır. Bu çalışmalarla desteklenmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ

1. Ürün ventilasyon cihazına bağlı hastayı ventilatörden ayırmadan inhale etmek için kullanılmalıdır.
2. Ürün solunum devresinin Y konnektörüyle inspirasyon hattı arasına takılabilir.
3. Katlanabilir yapıda açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır. Açıldığında inhale için aktif, kapandığında pasif durumda olmalı ve dışarı ile teması tam olarak kesilmelidir.
4. Ürün kullanılmadığı zaman kapalı konumda olup, kilitlenebilmelidir. Bu sayede ölü boşluğu en aza indirilmelidir.
5. Ürün kapalı konumdayken inspirasyon hattını engellemeksizin hastanın solunumuna izin vermelidir.
6. Ürün üzerindeki port sayesinde spreyl formundaki inhalasyon yoluyla hastanın akciğerine maksimum seviyede ulaşmasını sağlamalıdır.
7. Ürün uygulama esnasında körüklü ve geniş iç yapısı sayesinde sistem içine yapışmasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Hastada kullanılmadığında devreden ayrılabilir özellikte olmalıdır.
9. Numune değerlendirildikten sonra kabulü yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Şeffaf non toksik pvc den üretim olmalıdır.
- 2.Standrt bağlantı konektörü olmalıdır.
- 3.Ayarlanabilir burun klipsi elastik baş şeridi olmalıdır.
- 4.Rezervuar torbalı olmalıdır.
- 5.Geri dönüşü engelleyen sübapı olmalıdır.
- 6.200 cm +- 10 cm uzunluğuda hortumu olmalıdır.
- 7.Tek kullanımlık olmalıdır.
- 8.Ekshalasyon filtresi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764