



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

SAYIN.....

10.06.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 13.06.2025 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirme alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 13.06.2025 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.							
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	AMELİYAT MİKROSKOBU KILIFI L TEK KULLANIMLIK	250	ADET				
2	ENDOSKOPİK KAMERA KORUYUCU KILIF 14 CM X 250 CM	2.000	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf ve steril paketlerde olacaktır.
2. Skopi kamera optik ve kablolarının steril olarak muhafazasını sağlama amacına yönelik olacaktır.
3. Kılıf uzunluğu 250 cm $\pm$ 20 cm boyunda olacaktır.
4. PE materyalden imal edilmiş olup, yeterli miktarda yapışkan bantlar ve klipsler olacaktır.
5. Tek kullanımlık olacaktır.
6. Etiket üzerinde imal tarihi, son kullanım tarihi ve seri numaraları belirtilmelidir.
7. Etiket hücreli olmalıdır. Her hücrede imal tarihi, lot numarası ve son kullanım tarihleri olmalıdır"
8. Ürün kabulü numune değerlendirmesinden sonra yapılacaktır.

Ameliyathane Sorm.Hemş.

Emine AVCI
Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AVCI
Ameliyathane Sorumlusu

MİKROSKOP KILIFI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Zeiss marka beyin cerrahi mikroskobunun, ameliyat sırasında aksesuarlarıyla birlikte steril olarak kullanımını sağlamalıdır. Hastaneler talep ettiği taktirde hastanelerin elindeki cihazlara uyumlu ürün teslim edilmelidir.
2. Kılıf naylonu polietilen malzemeden üretilmiş olmalı, ameliyat sırasında her türlü ayarın kolaylıkla yapılabilmesi için uygun incelikte ve yumuşaklıkta olmalıdır.
3. Yapıştırma bantları kolay yapışmalı ve binoküler ayarları yapmayı engellememelidir.
4. Mikroskop kılıfının objektif deliği ve mercek koruyucu camı mikroskop objektifiyle uyumlu olmalıdır.
5. Binokülerin kolay ayarlanması için kılıfın objektif deliği ile binoküler arasındaki uzaklık $60\text{cm} \pm 2\text{ cm}$ olmalı ve naylon boyu en az 260cm olmalıdır.

Emine AVCI
Ameliyathane Sorumlusu
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu