



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

7326

SAYIN.....

24.06.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

27.06.2025

saat

10:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27.06.2025** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Ezra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	SÜT SAĞMA SETİ	300	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://haleportal.antalvasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

SMT3881 SÜT SAĞMA SETİ

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün bebek emme ritmine yakın bir şekilde anne göğsünden süt sağabilen, taşınması kolay yapıda klinik tip olarak imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">2. Sağım setinin süt toplama şişesi ml. ölçekli olmalı, böylelikle anne sütünün miktarı gözlenebilmelidir. Süt toplama şişesi en az 100 ml' lik kapasiteli, derecelendirilmiş olmalıdır.3. Ürünü sağlayacak firma anne sütü sağım setleri ile beraber, sete uygun her 300 sete karşılık 1 adet anne sütü sağım pompa cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">4. Tüm parçaları anne ve bebeğe non-toksik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.5. Süt sağma seti temiz oda koşullarında üretilmiş olmalıdır ve yüklenici firma ürünün temiz odada üretildiğine dair validasyon raporlarını sunabilmelidir.6. Süt sağım setini oluşturan tüm parçalar polipropilenden ve/veya steril edilebilen farklı bir materyalden imal edilmiş ve bileşiminde anne sütünün özelliğini bozacak hiçbir madde olmamalı ve bu özellik belgelendirilebilmelidir.7. Sağım setinin parçaları birbirinden kolaylıkla ayrılır nitelikte olmalı ve kolaylıkla da monte edilmelidir.8. Set aynı hastanın tekrarlayan kullanımları için tekrar steril edilebilir özellikte olmalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">9. Set karşılığı kullanıma bırakılan cihazların mülkiyeti firmada kalmak kaydı ile her türlü bakım ve onarımı yükleniciye aittir.10. Ürün üts kaydı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

A. ZORLU

Eczacı
ECZB119

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. RUMEYSA GÜL
Dip.Tes. No: 50775