

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 255
KONU: 6 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIMI

20/06/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **20/06/2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20/06/2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

H. KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MODÜLER SERAMİK HEAD	1	ADET	AP1730			
2	CUP POLETİLEN	1	ADET	AP1410			
3	ASETABULAR CUP	1	ADET	AP1490			
4	POLİETİLEN LİNER	1	ADET	AP1610			
5	SERAMİK LİNER	1	ADET	AP1650			
6	ASETABULAR VİDA TÜM BOY	3	ADET	AP1670			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

T: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

TOTAL KALÇA PROTEZİ (POLİETİLEN VE SERAMİK ÖZELLİKLİ)

- * Setin içerisindeki raspalar modular olup aynı zamanda test stem olarak da kullanılabilir.
- * 28 mm Küreler ASTM F75 veya ISO 5832-IV standardına uygun CrCoMo veya seramik alaşımlı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- * 28 mm Küreler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
- * Acetabular Cup ISO 5832-11 standardında titanyum alaşımından imal edilmiş yarım küre şeklinde üzeri hidroksiapatit kaplı 42 ve 64 mm arasındaki çaplarda olmalıdır.
- * Acetabular Cup hem vidalı hem pres fit kullanıma uygun olmalıdır.
- * Acetabular cup üzerinde vidalı kilitleme için iki delik ve pres fit kullanımda tutunmayı sağlamak için 6 veya 9 arasında yiv olmalıdır.
- * Acetabular cup üzerindeki vida deliklerini kapatmak için tıkaç olmalıdır.
- * Kabin orta kısmına çıkartma deliği açılmış olmalıdır.
- * İçine liner for acetabular cup takılabilmelidir.
- * Liner for acetabular cup in malzemesi ASTM F648 veya ISO 5834 standardına uygun güçlendirilmiş UHMW-PE ve seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Seramik malzemeden olanlar 0° açılı, polietilen malzemeden üretilmiş olanlar 0°, 10°, 15° ve 20 derece seçenekli açılara sahip olmalıdır.
- * İç yüzeyleri 28 mm küreye oturacak şekilde olmalıdır.
- * Liner for acetabular cuplar en az iki kere çıkarılıp takılabilir özellikte olmalıdır.
- * Titanyum vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standardına uygun Ti6Al4V alaşımında olmalıdır.
- * Vida çapları 6,2 mm spongiöz dişli ve self taping olmalıdır.
- * Vida boyları 25-30-35-40 ve 45 mm uzunlukta olmalıdır.
- * Cuplar ve İnserter steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.

MODULAR SERAMİK HEAD	AP1730
CUP POLİETİLEN	AP1410
ACETABULAR CUP	AP1490
POLİETİLEN LINER	AP1610
SERAMİK LINER	AP1650
ACETABULAR VIDA TÜM BOYLAR	AP1670

Merkezi Hastanesi
Op. Dr. **ÖZKAN**
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

Merkezi Hastanesi
Op. Dr. **ÖZKAN**
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075