



SAYI: 98177073 / 934.01 7551
KONU: 11 KALEM DEZENFEKSİYON VE SOLÜSYON ALIM

23.07.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 29.07.2025 saat 12:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 29.07.2025 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 STERİLİZASYON : 3544-3168 ENFEKSİYON : 1102
--	---

Esat Özdemir
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI (LÜMENLİ ASPIRATÖR VE LAPAROSKOPİK MALZEMELER İÇİN) TOTAL UZUNLUK:12" FIRÇA UZUNLUK: 2,75" FIRÇA ÇAPI : 118"	20	ADET				
2	TOTAL UZUNLUK:24" FIRÇA UZUNLUK: 2" FIRÇA ÇAPI : 200"	15	ADET				
3	TOTAL UZUNLUK:16" FIRÇA UZUNLUK: 3" FIRÇA ÇAPI : 393"	15	ADET				
4	TOTAL UZUNLUK:18" FIRÇA UZUNLUK: 2" FIRÇA ÇAPI : 591"	15	ADET				
5	TOTAL UZUNLUK:18" FIRÇA UZUNLUK: 2" FIRÇA ÇAPI : 197"	15	ADET				
6	TOTAL UZUNLUK:18" FIRÇA UZUNLUK: 1" FIRÇA ÇAPI : 062"	15	ADET				
7	TOTAL UZUNLUK:75 CM FIRÇA UZUNLUK: 2 CM FIRÇA ÇAPI : 1.8 CM	15	ADET				
8	CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI (LÜMENSİZ MALZEMELER İÇİN) EL VE TIRNAK FIRÇASI	30	ADET				
9	MİKRO OPTALMİK FIRÇA	25	ADET				
10	GENİŞ ÇAPLI KANAL FIRÇASI	15	ADET				
11	CERRAHİ ALET PAS SÖKÜCÜ	30	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/frames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI (LÜMENLİ ASPİRATÖRLER VE LAPAROSKOPIK MALZEMELER İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2.Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları ve metal saplı olmalıdır.
- 3.Kolay yıpranmamalı,uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
- 4.Lateks içermemelidir.
- 5.Fırçanın; kıl uzunluğu ,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6.Fırça başı çapı :0.62".- 600 ".değerleri arasında,fırça başı uzunluk :1".-3 " değerleri arasında olmalıdır.
- 7.Bir uçtan diğer ucuna uzunluk :12".-24" değerleri arasında olmalıdır.
- 8.istem yapılan her 20adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz asmak için askıyı ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.

TOTAL UZUNLUK	FIRÇA UZUNLUK	FIRÇA ÇAPI	ADET
12"	2,75"	118"	20adet
24"	2"	200	15 adet
16"	3"	393"	15 adet
18"	2"	591"	15 adet
18"	2"	197"	15 adet
10"	1"	062"	15 adet
75cm	2cm	1.8cm	15 adet

CERRAHİ ALET TEMİZLEME FIRÇALARI (LÜMENSİZ MALZEMELER İÇİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi ve endoskopik aletlerin etkin bir şekilde temizlenmesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2.Kullanımı kolaylaştırıcı tutma halkaları olmalıdır.
- 3.Kolay yıpranmamalı,uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
- 4.Lateks içermemelidir.
- 5.Fırçanın; kıl uzunluğu ,fırça başı çapı ve bir uçtan diğer ucuna uzunluğu cerrahi ve medikal aletlerin özelliğine göre dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6.istem yapılan 20adet fırça için yüklenici firma 1 adet akrilik veya paslanmaz rafı asmak için ücretsiz kullanıcıya temin etmelidir.

EL VE TIRNAK FIRÇASI	30ADET
MİKRO OFTALMİK FIRÇA	25 ADET
GENİŞ ÇAPLI KANAL FIRÇASI	15 ADET

3011

PAS VE KOROZYON GİDERİCİ

- Cerrahi aletlerin üzerindeki leke, pas ve ağır kirlerin giderilmesinde sağlamalıdır.
- Ürünün içeriğinde fosforik asit, korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler bulunmalıdır.
- Ürün konsantre olmalı sulandırılarak kullanılmalıdır.
- Ürün en az % 70 oranında fosforik asit, korozyon önleyiciler ve yardımcı maddeler bulunmalıdır.
- En az 2 adet Cerrahi Alet firması tarafından onaylı olmalıdır ve onay evrakları ihale dosyasında sunulmalıdır.
- Ürün %1 oranında sulandırıldığında manuel kullanımda 10 dakikada etkili olmalıdır.
- Ultrasonik yıkama makinelerinde kullanım için uygun olmalıdır. %1 konsantrasyonda 5 dakikada etkili olmalıdır
- Ürün bileşiminde ağır metal içermemeli ve çevreye zarar vermemelidir.
- Üretici firmaya ait CE belgesi ve DIN ISO EN 13485 kalite evraklarına sahip olmalıdır
- Ürünün teklifini veren firma tarafından kullanım demosunu ilgililere uygulamalı olarak gösterilmelidirler. Yapılan demo sonucunda kullanıcı uygunluğuna göre ürün tercih edilecektir.

• 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır. fil

fil
Bilgi ve Devlet Bakanlığı
Sıkran SAVAŞANKIR
Sterilizasyon Sorumlusu