



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

SAYIN.....

7.08.2025

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **11.08.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirme alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **11.08.2025** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

[Signature]
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	KOTER PLAĞLIÇİFT ÇIKIŞLI,BİPOLAR, TEK KULLANIMLIK, YETİŞKİN	1.000	ADET				
2	KOTER KALEMİ VE UCU	2.000	ADET				
3	SPİNAL İĞNE, ATRAYMATİK, KALEM UÇLU, KLAVUZLU, 27G, 90(+2) MM	1.000	ADET				
4	AMBU SETİ, TEK KULLANIMLIK, YETİŞKİN	100	ADET				
5	CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROBİLEN, SENTETİK, MONOFİLENT, EMİLEMEYEN, NO: 5/0, 15(+2)MM, 3/8 KESKİN, 75 CM	360	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İsn kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

SMT1099 KOTER PLAĞI, ÇİFT ÇIKIŞLI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlem sırasında koter kullanım esnasında oluşan akımın hastaya ve sağlık personeline zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün yenidoğan, pediatrik ve yetişkin boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün cilde kolay yapışan, esnek yapıda köptük malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürün ıslanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldığında rezidü bırakmamalıdır. 5. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 6. Ürünün bir ucunda koter kablosunun bağlanabileceği aparat olmalıdır. 7. Ürünün iletken alanı en az 120 cm ² olmalıdır.
Genel Hükümler:	8. Her 10 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda koter plağı kablosu verilmelidir veya kendinden kablolu ürünler için kablo talep edilmemelidir. 9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 10. Ürün paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. 11. Koter plakları alüminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poşetler şeklinde paketlenmiş olmalıdır. 12. Kabloların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

Ah ZORLU
Eczacı
ECZB119

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Gökhan YILMAZ
Diy. Tes. No: 4073

SMT1098 KOTER KALEMİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlemlerde kanamayı önlemek için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün kesici ve koagüle edici ucu 2-3cm teflon veya paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürüne değişik uzunluk ve yapıdaki (paslanmaz çelik veya teflondan oluşan iğne, topuz ve bıçak uçları) takılabilmelidir. 4. Ürünün en az 3 metre uzunluğunda kablosu olmalıdır. 5. Ürünün elektrod uzunluğu 20-25 cm olmalıdır. 6. Ürünün hem kesici (cut) hem de koagüle edici iki kontrol düğmesi olmalıdır. Kontrol düğmesi kesi ve koagülasyon geçişlerinde takılı kalmamalıdır. 7. Ürünün bağlantısı üç girişli standart fiş ile sağlanmalıdır. 8. Ürün ameliyathanelerdeki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 9. Ürün aktif uca kadar izolasyonlu olmalıdır. 10. Ürün ergonomik olmalıdır. 11. Ürün elle kontrol edilebilmelidir.
Genel Hükümler:	12. Ürün steril, tekli pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

AN ZORLU
Eczacı
ECZ81119

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Gökhan YILMAZ
Diy. T. S. No: 4073

SMT1566 SPİNAL İĞNE, ATRAVMATİK, KALEM UÇLU

SMT Temel İşlevi:	1. Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Spinal iğne kalem uçlu olmalıdır. 3. Spinal iğne çapı en az 27G, uzunluğu en az 90 mm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir. 6. Ponksiyon kontrolü için şeffaf hub bağlantısı olmalıdır. 7. Şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır. 8. Kanül ile birlikte aynı ambalaj içerisinde kılavuz bulunmalıdır. 9. Kanülde yan delik bulunmalı ayrıca yan deliğin tamamı intratekal bölgede kalacak konumda olmalıdır. 10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 11. İğnenin emniyetle ilerletilebilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı olmalıdır. 12. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli, kıvrılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır. 13. Spinal iğne mandreni iğne içerisine tam oturmalı, keskin tarafta boşluk olmamalıdır. 14. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	15. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ali ZORLU
Eczacı
ECZ8119

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Gökhan YILMAZ
Dip. No: 44073

SMT3887 AMBU SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Solunum fonksiyonunu bir şekilde tamamen kaybetmiş ya da yeterince nefes alamayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak amacı ile tasarlanmış medikal el cihazı şeklinde olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün manuel solunum balonu tipi, yaş gruplarına göre de yetişkin, pediatrik ve infant tipleri olmalı ve bu tiplerin tek kullanımlık PVC ve/veya çok kullanımlık silikondan mamul ürün çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	YETİŞKİN TİP: 3. Ambu balonu PVC veya silikon malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebilecek yapıda olmalıdır. 5. Silikon ambu balonuna sahip ürünler çift torbalı yapıda imal edilmiş olmalı ve/veya pop-off valfine sahip olmalıdır. 6. Ürün rahatsız edecek şekilde kokmayan medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. 7. Ambu balonu ile birlikte (PVC ve silikon): 1(bir) adet kancalı şişirilebilen şeffaf ambu maskesi, iki adet air-way ve oksijen bağlantı hortumu set içinde bulunmalıdır. 8. Tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. 9. Balon hacmi 1300 ile 1500ml, oksijen rezervuar hacmi ise 1200 ile 2500ml arasında olmalıdır. 10. PVC ambu üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan 'pop-off valf' bulunmalı, silikon olan türlerde bu valf görevini çift torba yapabilmeli ya da pop-off valfine sahip olmalıdır. 11. Basınç ayarı max 60(±10)cm H ₂ O olmalı, valf üzerinde max basınç ayarlama seviyesi yazılı olmalıdır. 12. Ambunun alt kısmında oksijen bağlantı girişi bulunmalıdır. 13. Maske bağlantı konnektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır. 14. Ambu maskesi sekresyonun görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır. 15. Ambu balonu, konnektörü ve valf içerisinde toz-partikül olmamalı yüzeyi temiz olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

Ali ZORLU
Eczacı
Eczacı No: 44073

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Gökhan YILMAZ
Diyadin No: 44073

SMT3887 AMBU SETİ

Genel Hükümler:	16. Ambu seti içerisinde Türkçe en az 1 adet kullanma kılavuzu olmalıdır. 17. Ambu setinin hem kolay taşınabilmesi hem de işlemten sonra temiz bir şekilde saklanabilmesi için özel ambalajı olmalıdır. 18. Silikon ambu tipi enaz 275F ve/veya 121C derecede otoklavda steril edilebilmelidir. 19. Tüm parçalar etilen oksit ve hasta ile temas sonrası kullanılan genel dezenfektan solüsyonlar ile steril edilebilmelidir. 20. Ürün kokusuz olmalı ,kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, Ftalat), ve hayvansal doku içermemelidir. Akredite bir kurumdan Biyo-uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
------------------------	--

Manavgat Devlet Hastanesi

Ali ZORLU

ECZECİ

ECZET119

Manavgat Devlet Hastanesi

Ecz.Gökhan YILMAZ

Dip.Tec.No:44073

SMT2788-CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT, EMİLEMEYEN

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün monofilament yapıda ve polipropilen'den imal edilmiş, emilemeyen suture olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre farklı boy, ebat ve çap seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopesi standartlarına uygun olmalıdır. 4. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olmalı, iğneler dokudan çok rahat geçmeli, eğilip bükülmemesi, kırılmaması için güçlü olmalıdır. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) %7 den fazla olmalıdır veya krom oranı %10 dan fazla olmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı direncini kaybetmemelidir. 5. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi suturen iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır. İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır, iğne iplik birleşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi

Ali ZORLU

Eczacı
ECZ81119

Manavgat Devlet Hastanesi

Ecz. Gökten YILMAZ

Dip.Tec.No:44072

SMT2788-CERRAHİ SÜTÜR, POLİPROPİLEN, SENTETİK, MONOFLAMENT,
EMİLEMEYEN

	6. Sütür pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır. 7. Düğüm güvenliği sağlamalı, üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır. 8. Ürün ambalajı nemden ve sudan etkilenmeyecek biçimde, bir yüzü şeffaf poşet diğer yüzü ise yırtılmayan kâğıttan ya da alüminyum folyo ambalajdan imal edilmiş olmalıdır. 9. Çift iğneli suturelarda paket içerisindeki iğneler ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde ayrı ayrı sabitlenmiş olmalıdır. 10. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. 11. Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli, bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Tek tek steril paketlerde, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi

Ali ZORLU

Eczacı
ECZ8119

Manavgat Devlet Hastanesi

Eczacı **Gökhan YILMAZ**
Tıp.Tes.No:44073