

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

765

KONU: 8 KALEM TIBBİ SARF (ORTOPEDİ) MALZEMESİ ALIMI

28/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **29/03/2022** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29/03/2022** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROKSİMAL TİBİA PLAK	2	ADET	TV1810			
2	KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	30	ADET	TV1190			
3	KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	15	ADET	TV1050			
4	EMİLEBİLİR PİN	2	ADET	TV5680			
5	MEMBRAN	1	ADET	SG1170			
6	KANÜLLÜ VİDA	5	ADET	TV2930			
7	KANÜLLÜ VİDA	5	ADET	TV2950			
8	PUL	5	ADET	TV5740			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

* **PROKSİMAL TİBİA MEDİAL KİLİTLİ TİTANYUM ANATOMİK PLAKLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- * Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli ve kilitsiz vidalar, ISO5832-3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünün izlenebilirlik lot numarası olmalıdır.
- * Tibianın proksimal medial anatomisine uyması için bükülmüş olmalı, anatomik olarak sağ ve sol çeşitleri bulunmalıdır. Kilitli anatomik plaklar düşük temas yüzeyli olarak imal edilmiş olmalıdır.
- * Proksimal vidalar, tibia platosunu daha iyi destekleyebilmek için tibia proksimaline paralel ve birbirlerine göre konverjan açılarda yollanabilmelidir.
- * Anatomik kilitli plakların sağ-sol seçenekleri 5,7,9,11,13,15,17,19 ve 21 delikleri arasındaki plak boy seçenekleri olmalıdır. Plakların baş kısmına 6 adet kilitli kilitsiz vida uygulanabilmelidir. Anatomik plakların gövde kısmındaki delikler kombine ve kilitli yapıda (aynı delikte kilitli sabit açılı ve serbest açılı kompresyon amaçlı vida uygulaması) delik olmalıdır.
- * Proksimal kısımda eklem yüzeyine paralel en az 3 adet K-Teli yuvası bulunmalıdır. Plaklar üzerinde de geçici tespit için kirschner teli delikleri olmalıdır.
- * Kilitli plağın minimal invazif ve perkütan uygulanabilme seçenekleri olmalıdır. Minimal invazif uygulamalarda, kendinden yiv açan vidalar ile karbon kılavuz sette bulunmalıdır.

* Proksimal Tibia Medial Kilitli Anatomik Plak	Sut Kodu : TV1810	2 ADET
* 4,5 mm Kilitli Kortikal Vida	Sut Kodu : TV1190	30 ADET
* 4,5 mm Kilitsiz Kortikal Vida	Sut Kodu : TV1050	10 ADET

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Bülent TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali MURHAN KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa GÜNŞÖY
Dip. Tes. No: 110000 - 0006657
Ortopedi ve Travmatoloji

* **PROKSİMAL TİBİA LATERAL KİLİTLİ TİTANYUM ANATOMİK PLAKLARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- * Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli ve kilitsiz vidalar, ISO5832-3 Ti6Al4V Eli standartlarındaki hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünün izlenebilirlik lot numarası olmalıdır.
- * Tibianın proksimal lateral anatomisine uyması için bükülmüş olmalı, anatomik olarak sağ ve sol çeşitleri bulunmalıdır. Kilitli anatomik plaklar düşük temas yüzeyli olarak imal edilmiş olmalıdır.
- * Proksimal vidalar, tibia platosunu daha iyi destekleyebilmek için tibia proksimaline paralel ve birbirlerine göre konverjan açılarda yollanabilmelidir.
- * Anatomik kilitli plakların sağ-sol seçenekleri 5,7,9,11,13,15,17,19 ve 21 delikleri arasındaki plak boy seçenekleri olmalıdır. Plakların baş kısmına 4 adet kilitli kilitsiz vida uygulanabilmelidir. Anatomik plakların gövde kısmındaki delikler kombine ve kilitli yapıda (aynı delikte kilitli sabit açılı ve serbest açılı kompresyon amaçlı vida uygulaması) delik olmalıdır.
- * Proksimal kısımda eklem yüzeyine paralel en az 3 adet K-Teli yuvası bulunmalıdır. Plaklar üzerinde de geçici tespit için kirschner teli delikleri olmalıdır.
- * Kilitli plağın minimal invazif ve perkütan uygulanabilme seçenekleri olmalıdır. Minimal invazif uygulamalarda, kendinden yiv açan vidalar ile karbon kılavuz sette bulunmalıdır.

* Proksimal Tibia Lateral Kilitli Anatomik Plak

Sut Kodu : TV1810

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Sunayhan TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 191717 - 122199

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Yardımcı Doçent Dr. GÜLŞEN
Dip. Tes. No: 110221 - 188659
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

BİOABSORBABLE PİN

- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Pinler başlıklı olmalı ve tornavida ile rahatlıkla gönderilebilmelidir
- * Pinlerin tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir
- * 2,0 mm ve 3,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve boy seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * **BİOABSORBABLE SCREW**
- * Ürün PLGA dan imal edilmiş olmalıdır.
- * Ürünlerin kanüllü ve kanülsüz seçenekleri olmalıdır
- * Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır
- * Ürün optimum sürede erimelidir
- * Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır
- * 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır
- * Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir
- * Vidaların kanüllü tasarımı uygulamayı kolaylaştırmalı ve minimal invaziv kullanılabilirdir

2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm ve 5,0 mm çaplarında seçenekleri olmalı ve her çap vidanın boy seçeneği olmalıdır.

SIRA NO	ÜRÜN ADI	SUT KODU	MİKTARI
1	BİOABSORBABLE PİN	TV5680	2 ADET

T.C. Sağlık Bakanlığı
Marmara Devlet Hastanesi
Op. Dr. Zeynep TOZDEMİR
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 161717 - 122109

MANİNGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Vakkı KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

MANİNGAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 110293 DR 86607
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

ULTRA PTCH HA+ KOLLAJEN MATRİX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * İçerisindeki HA tanecikleri olmalıdır.
- * Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
- * Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
- * Ürün osteokondaktif özellikte olmalıdır.
- * Ürün fibroblast growth faktörler (FGF)içermelidir.
- * Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
- * Ürün Osteoblastların bölünmesini stimüle edip,Pigmentasyonu azaltmalıdır.
- * Ürün Tip I kolajen olmalıdır, yara ve cerrahi müdahalede kullanılmalı ve emilmelidir.
- * Kolayca kesilip şekillendirilebilmelidir.
- * Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
- * Ürün non-toxic,non-alerjik,non-immunogenic, olmalıdır.
- * Ürün kemiksel biyolojik süstitüsyon malzemesi olmalıdır.
- * Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
- * Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.

MEMBRAN SUT KODU: SG1170

İ.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali İbrahim KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110293 - 121619

KANÜLLÜ VIDA

- * Vida setinde 5.0 mm kanüllü kilitli cortical vida 20-50 mm arası 2'er mm artarak,50-90 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
 - * Vida setinde 6.5 mm kanüllü kilitli cortical vida 60-110 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
 - * Vida setinde 7.3 mm kanüllü kilitli cortical vida 60-110 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
 - * Vida setinde 6.5 mm spongiös vida full ve yarım yivli 20-90 mm arası 5'er mm artarak en az 3 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.
- *El aleti setinde, 4.2 mm drill 1 adet, 4.2 mm stoplu drill 1 adet,boy ölçücü1 adet,3.2 mm drill 1 adet,4.5 mm drill 1 adet,4.5 mm tap 1 adet, T hondle vida gönderici 1 adet,5.0 mm tornavida ucu 1 adet, kemik klembi 4 adet,3.2/4.5 mm dcp double drill guide 2 adet,4.2 mm drill guide 3 adet,2.0 mm kişner guide 2 adet, T hondle 1 adet, plak bükücü 2 adet,yıldız başlı tornavida 1 adet, altıgen başlı tornavida 1 adet,4.0 N.m torklu tornavida 1 adet olacak şekilde sette bulunmalıdır.

ALT ÜST EKSTREMİTE TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VIDA 3.5 MM	5	TV2930
ALT ÜST EKSTREMİTE TİTANYUM KİLİTSİZ KANÜLLÜ VIDA 6.5 MM	5	TV2950
PUL	5	TV5740

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. M. Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 110293 / 1216657