

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 7 KALEM ORTOPEDİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

12/01/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **12/01/2022** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrütmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan almımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12/01/2022** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KİLİTLİ ANATOMİK TİTANYUM DİSTAL RADIÜS VOLAR PLAK	1	ADET	TV1450			
2	3,5 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	4	ADET	TV1170			
3	3,5 MM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	4	ADET	TV1030			
4	2,4-2,7 MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1150			
5	2,5-2,7 MM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	15	ADET	TV1010			
6	ORTHO FLEXIBLE FOAM	1	ADET	SG1170			
7	BİYO EMİLEBİLİR PİN	2	ADET	TV5680			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KİLİTLİ ANATOMİK TİT. DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK

- Kilitli Anatomik Volar Plaklar ve vidalar , ISO 5832-2 standartlarına uygun
- titanyum malzemedden olmalıdır.
- Locking Anatomik Volar plakların yüzeyleri anodiz yöntemi ile oksidasyona tabi
- tutularak kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmelidir. - Kilitli Volar plaklar 3-4-5-6-7-8 delik ölçülerinde olmalıdır. İstek doğrultusunda farklı delik ölçüsündeki plaklar tedarik edilmelidir.
- Kilitli Anatomik Volar Plaklar distal radius kemiğinin yapısına uygun olacak şekilde kafa
- kısmı kıvrılmış biçimde anatomiğe uygun, sağ ve sol yönlü olarak 2 tipte olmalıdır.
- Plaklar eklem yüzeyinin genişlik alanına uyum sağlaması için , kafa kısmı small-
- medium- large olmak üzere 3 farklı genişlikte olmalıdır.
- Plak distalinde kafa kısmında 2.4mm ve 2.7 mm kilitli kortikal vida gönderilebilmelidir.
- Plakların distalinde çift sıra vida gönderilebilmelidir.Small ölçüde 9 adet vida , mediumda
- 10 adet vida, large plakta distale 11 adet vida gönderilebilmelidir.
- Plakların shaft kısmında, dinamik kompresyon sağlayan slotlu delik ve kilitlenebilir
- vida delikleri olacak yapıda olmalıdır.
- Kilitli volar plaklarda radial styloide 2 adet açılı gönderilebilmelidir.
- Plağın shaft kısmının ucu kama şeklinde olmalı ve sabitleme pim deliği olmalıdır.
- Set içerisinde 2,4-2,7 mm kilitli - kilitsiz kortikal vidalar 10-40 mm arası ,3,5 mm kilitli-
- kilitsiz kortikal vidalar 12-60 mm arası olmalıdır.
- -Vidaların uygulanması için kullanılan tornavidaların anahtar ağız kısmı 6 köşe
- allen şeklinde olmalıdır.
- Vidalar self- tapping özellikte olmalı, kendi yivini açabilmelidir.
- Set içerisinde her çap vida için plağa kilitlenebilir sleeve gaydaları, uygun ölçüde driller,
- tornavida,torklu tornavida, derinlik ölçer,sabitleme pimleri ve 2 adet kemik klembi tam
- olmalıdır.
- Ürünlerin S.B. TITUBB kaydı ve SGK onayı olmalıdır.

Kilitli Anatomik Tit Distal Radius Volar Plak **Sut: TV1450**

3.5 mm Kilitli Kortikal Vida **Sut: TV1170**

3.5 mm Kilitsiz Kortikal Vida **Sut : TV1030**

2.4 mm – 2.7mm Kilitli Kortikal Vida **Sut: TV1150**

2.4 mm – 2.7 mm Kilitsiz Kortikal Vida **Sut: TV1010**

MANAVGÖZ M. N. F. HASTANESİ
Op. Dr. Ali Velihan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuş GÜRÖN GÜRÖY
Dip. Tes. No: 110200 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Şahinhan OKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

ORTHO FLEXIBLE FOAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün kemiksel biyolojik sübtitüsyon malzemesi olmalıdır.
- Ürün osteokonduktif özellikte olmalıdır.
- Ürün Antibiyotik emdirilebilir olmalıdır.
- Ürün insizyon alanlarında rahatça kullanılabilmelidir.
- Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.
- Uyumlaştırılmış saf atelokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücrelerine tamamen nüfuz edebilmeli ve alerjik olmamalıdır. Ürün membran olmalıdır.
- Post-op evrede doku eksikliğini gidererek kaliteli yara iyileşmesini sağlar
- İnsizyon hatlarında hızlı iyileşme etkisi sağlar
- Rejenerasyon, Granülasyon ve Epitalizasyon oluşumu sağlar
- Kolayca kesilip şekillendirilebilir.
- Ürün üstün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
- Ürün non-toxic, non-alerjik, non-immunogenic, olmalıdır.
- Vücutta kaldığı zaman imünno alerjik reaksiyona neden olmamalı.
- Ürün çift sterilizasyon paketli olmalıdır.
- 15. Ürün ölçüleri 75x100x4 mm +/-5 mm olmalıdır.
- Ürün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası yazılı olmalıdır.
- Ürün "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" tarafından onaylanmış olmalıdır.

SUT: SG1170

BİO EMİLEBİLİR PİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üretim maddesi PLLA-PDLLA (PLDLA) imal edilmiş olmalıdır.
- Düz ve tam eksen yiv seçeneği olmalıdır.
- Düz pinler için 1,5-2,0mm çap ve 50mm boy seçeneği olmalıdır.
- Yivli pinler için 2,0-2,7mm çap ve 2,0mm için 40mm , 2,7mm için 50mm boy seçeneği olmalıdır.
- Yivli pinlerin arkası kemiği tutmak ve yaklaştırmak için geniş başlı olmalıdır.
- Gama steril alüminyum paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.

SUT:TV5680

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ali Veli KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji
Üs. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Durmuş
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Üs. No: 110293 - DR 88657

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Başarhan TOKATMAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 181717 - 122169