



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAVİ : 98177073 / 934.01

KONU : 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

7857

19.09.2025

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmamız tarafından temini mümkün ise

24.09.2025

saat

09:00

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilmelidir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilmelidir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarrüt edilmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka 24.09.2025 tarihinde saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Elvir Batuhan ŞEN
İdari ve Mali İşler Müdür V.

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	DOKU TAKİP CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE	3	ADET				
2	SLAYT / LAM BOYAMA CİHAZI AKTİF KARBON FİLTRE	2	ADET				
GENEL TOPLAM							TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/Iframes/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
	BU ALANA KAŞE-İMZA YAPINIZ.

İletişim:

ADRES : Şehide Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17- Dahili (1346 - 1506)

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağı: www.manavgatdh.gov.tr

DOKU TAKİP KARBON FİLTRESİ

1. Leica ASP300S otomatikleştirilmiş vakumlu doku takip cihazına uygun olmalıdır.
2. Orijinal olmalıdır.
3. Cihazda bulunan kirli solusyonları bünyesinde bulunan etkin madde ile nötr hale getirecektir.
4. Orijinal paketinde olacaktır.
5. Orijinal seri numaralı olacaktır.
6. Cihaza uygun boyutlarda olacaktır.
7. Kullanım ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
8. Hava sirkülasyonu sağlaması için uygun hava bölümleri olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Canan DENİZEDALAN
Tıbbi Sorumlu Teknikeri

LAM BOYAMA CİHAZI KARBON FİLTRESİ

1. Leica AutoStanier XL otomatik lam boyama cihazına uygun olmalıdır.
2. Boyama işlemleri sırasında kullanılan ksilen, alkol, HCL, amonyak ve diğer kimyasal madde buharlarını filtre edecek özellikte olmalıdır.
3. Eşit partikül çapına sahip aktive edilmiş karbon içerikli olmalıdır.
4. Filtrasyonun etkisini arttırmak amacıyla %6-8 oranında potasyum permanganat içermeli, bu sayede özellikle ksilen buharını etkili bir şekilde nötralize ve dezenfeksiyon edebilmelidir. Bu özellik üretici firma tarafından belgelenmelidir.
5. Orijinal olmalıdır.
6. Orijinal paketinde olacaktır.
7. Orijinal seri numaralı olacaktır.
8. Kullanım ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Canan DENİZEDALAN
Patoloji Sorumlu Teknikeri