

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAĞI: : 98177073 / 934.01 - 793
KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

01.07.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **02.07.2019** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halin tekerür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **02.07.2019** tarihinde saat **11:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Mali Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SERVİKAL ÇİFT BALONLU OLGUNLAŞTIRMA KATETERİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SERVİKAL ÇİFT BALONLU OLGUNLAŞTIRMA KATETERİ ŞARTNAMESİ

1. Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır.
2. Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
3. 100% silicondan imal edilmiş olup French Size'i 18.0 uzunluğu 40 cm çift 80 ml'lik balondan oluşmalıdır.
4. Balonun daha rahat yerleştirilebilmesi için içine sitilet yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır.Ürün paketinin içerisinde ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitilede çıkmalıdır.
5. İlk balon internal os'u geçtikten sonra sitile çıkarılmalıdır.
6. Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan 20 ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'si ile balon şişirilmelidir.
7. Uterin içerisindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara oturtulması sağlanmalıdır.
8. Vajinal balon bu işlemten sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir.
9. Uterin dışında kalacak balonu genişletmek için V harfli Check-Flonun yeşil işaretli kısımdan 20 ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.
10. Her iki balon 80 ml'lik max sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20ml'lik arttırmılarla doldurulmalıdır.
11. Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdır. İşlem için kolay yerleştirilebilir ve çıkarılabilir olmalıdır.
12. Peel-Open pakitleme ile sterilize edilmiş olmalıdır.
13. Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
14. Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
15. Ürün ; uluslararası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.
16. Teklif edilen ürün , T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
17. Ürüne ait marka adı, onaylı ürün(barkod) numarası, üretici firma adı varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgileri ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.
18. Ürüne yönelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacağından ürün numuneleri ihale saatinden önce teslim edilmelidir.

Kleiner Damm
Abdullah