

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01
KONU: 3 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIM

01/04/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **06/04/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06/04/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PEDİATRİK HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI	1	ADET				
2	TABURE (SIRTLIKLI DOKTOR TABURELERİ)	1	ADET				
3	ISIYA DAYANIKLI ELBİSE (YANGIN ELBİSESİ)	3	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

1. Maksimum 250 kg. tartım kapasiteli olmalıdır.
2. Boy kitle endeksi (BMI) hesaplayabilmelidir.
3. Ölçülen kütle değerleriyle birlikte boy ölçümü de girildiğinde; zayıf, normal, ağır, obez olduğunu belirleyebilmelidir.
4. Teleskopik boy ölçüm çubuğu olmalıdır. Ölçüm çubuğu gövdeye 2 noktadan sabitlenebilmelidir.
5. Çocuk, kadın, erkek seçilebilmelidir.
6. Şarj edilebilir olmalı. Akü doluluk oranını göstermelidir. Akü ile uzun süre kullanılabilirmelidir.
7. Tekerlekli olmalı ve kolayca taşınabilmelidir.
8. Minimum 50 gr. Hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
9. Teklif verilen cihaz 2021 ve/veya 2022 yılı üretimi olmalıdır. Cihaz üzerinde marka, model, seri no ve üretim yılını gösterir ürün etiketi bulunmalıdır.
10. TİTUBB Belgesi: İsteklinin, Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğu ve teklif edilen cihazın TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir. Biyomedikal birimimize teslim edilecek olan **faturada UBB kodu** yazılı olacaktır.
11. Cihaz, firma tarafından temin edilen tüm aksesuarlarıyla birlikte çalışır durumda teslim edildiği tarihten (ve/veya fatura tarihinden hangisi en son tarih ise) itibaren işçilik ve fabrikasyon hatalarına karşı yedek parça dâhil en az iki yıl ücretsiz garantili olacaktır. Garanti süresine cihazın arızalı olduğu süreler dâhil edilmeyecektir. Bu garanti, üretici ve/veya temsilci firma tarafından taahhüt edilecektir. **Garanti belgesi**, ihaleden sonra teslimat sırasında verilecektir.
12. Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda yapılacaktır. Cihazın arızadan kaynaklı durma süresi downtime olarak kabul edilecektir. %95 altına düşülen her 1 (bir) iş günü için bire üç olarak garanti süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre toplamda üç ay ile sınırlı olacaktır.
13. Garanti süresi içerisinde firma cihazın arızalı olduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren 48 saat içinde arızaya müdahale etmek zorundadır. Firma arızalı cihazı en fazla 30 gün içinde çalışır duruma getirmelidir. 30 gün sonunda arızası giderilemeyen cihaz yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir. Cihaz garanti süresi içerisinde aynı arızadan dolayı 3 (üç) kez onarım görürse dördüncü arızada firma cihazın yenisini vermek zorundadır.
14. Garanti süresi içerisinde cihazın yerinde tamiri mümkün olmadığı durumlarda, cihazın firmaya gitmesi-hastaneye geri gelmesi için gerekli tüm ulaşım giderleri (kargo,nakliye vs.) firmaya aittir.
15. Firma cihazın kullanımıyla ilgili olarak hastane sağlık personeli ve teknik elemanlara yeterli sürede gerekli kullanım, bakım-onarım eğitimi verecektir.
16. **Kalibrasyon sertifikası** ve etiketi olmalıdır ve/veya kalite kontrol check-listi verilmelidir.

17. Teklifler ile birlikte **Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi**; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
18. Alım yapılan cihazın (talebi yapan servis ve muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.
19. Teklif veren firma bu şartnamenin tüm maddelerini okumuş-anlamış ve kabul etmiş sayılır.
20. Cihazın, UBB kodu yazılı fatura, Garanti belgesi, yedek parça fiyat listesi yazılı taahhütname, Kalibrasyon sertifikası, Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi evraklarının teslim yeri Manavgat Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo Birimidir.

Uz. Dr. Selvi ÖZEN
Çocuk Hast.Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Selvi ÖZEN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip Tes. No: 135 262

TABURE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Taburenin oturma bölümü poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2-Tabure yüksekliği, gazlı pistonu kumanda eden bir kol yardımıyla ayarlanabilmelidir.
- 3-Taburenin oturma bölümü ölçüleri 350 x70 cm olmalıdır.
- 4-Taburenin yüksekliği 500 mm-750 mm arasında ayarlanabilmelidir.
- 5-Taburenin ayak bölümü 50 mm çapında 5 adet tekerleğe sahip olmalıdır.
- 6-Taburenin taşıma kapasitesi yaklaşık 135 kg olmalıdır.
- 7-Tabure fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini garantisi olmalıdır.Yerinde denenip, şartlara uymayan iade edilebilir olmalı.
- 8- Taburenini sırt yaslama bölümü olmalı .
- 9-Taburenin ayak basma halkası olmalı.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uz.Dr.Emel ADIGÜZEL SÖNMEZ
Nöroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:112249



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

YANGIN SÖNDÜRME ELBİSESİ

Yüksek koruma sağlayan 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiseler olacak. Katman özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1. **Dış Katman:** Direkt olarak alev ve ısıya maruz kalan bu katman, yanmaya karşı direnç gösterirken, elbiseyi oluşturan iç katmanları da yırtılma, delinme, sıvı sıçramaları ve aşınmalara karşı koruyacak. Ayrıca dış katmanın su ve kimyasal iticilik özelliği iç katmanlara geçişe engel olacak.
2. **Isı Bariyeri:** Yapısında maksimum hava boşluğu olacak şekilde tasarlanmış olacak. Çok hafif bir yapıya sahip olacak bu katman, iç astara kapitone olarak dikilmiş olacak.
3. **İç Astar:** Elbisenin alev dayanıklılık özelliğini bozmadan konforlu bir kullanıma olanak veren ve ısı bariyerine kapitone olarak dikilen hafif ve konforlu bir kumaş olacak.

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BAŞARANOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu
[Signature]