



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

10/04/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **13/04/2023** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **13/04/2023** tarihinde saat **15:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname yarsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SOLÜSYON ŞAMANDIRASI	2	ADET				
2	EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4.00 MM 10 LEAD	15	ADET				
3	TIBBİ MONİTÖR SP02 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK (PLUSMED MARKA)	3	ADET				
4	TIBBİ MONİTÖR SP02 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YENİDOĞAN ÇOK KULLANIMLIK (ZONDAN MARKA)	2	ADET				
5	DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD (HEWLETT PACKARD MARKA)	1	ADET				
6	BİYOGÜVENLİK KABİNİ FAN MOTORU (ÇEKER OCAK İÇİN)	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik
şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SOLÜSYON ŞAMANDIRASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GETINGE marka 46-5 model ve STEELCO marka DS-500-DRS model yıkama dezenfeksiyon cihazlarına olmalıdır.
2. Üzerinde solüsyonu gören hareketli (yukarı aşağı hareket eden) top sensör olmalıdır.
3. Uç kısmında solüsyonu geri kaçırmaması için çekvalf olmalıdır.
4. Solüsyona karşı deforme olmayacak yapıda olmalıdır.
5. Sinyal kablo uçları olmalıdır.
6. Hortum çıkışı olup peristatik pompaya montajı yapılabilmelidir.
7. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
8. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
9. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
10. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
11. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
12. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

06.04.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

06.04.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

06.04.2023
İlkay UZ
Sterilizasyon Sor.

**EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4.00
MM 10 LEAD TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tüm ekg cihazlarına uyumlu olmalıdır.
2. Renk kodlu 10 lead olmalıdır.
3. Banana uçlu olmalıdır.
4. En az 6 ay garantili ,hiç kullanılmamış ürün , tek tek paketli ürün olmalıdır.
5. Malzemenin, **UBB barkod numarası (varsa) yazılı faturanın** teslim yeri biyomedikal depodur.
6. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olmalıdır.

**TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK
KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. PLUSMED marka PLUS-9000A model tıbbi monitör cihazına uyumlu olacaktır.
2. Talep edilen malzeme tek parça olarak verilecekse doğrudan monitör girişine uyumlu olmalıdır ve en az 200 cm olmalıdır.Diğer durumda ara kablosu da verilmelidir.
3. En az 6 ay garantili ,hiç kullanılmamış ürün , tek tek paketli ürün olmalıdır.
4. Malzemenin, **UBB barkod numarası (varsa) yazılı faturanın** teslim yeri biyomedikal depodur.
5. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olmalıdır.

**TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YENİDOĞAN ÇOK
KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. ZONDAN marka ZD120E model tıbbi monitör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Ara kablolu ve/veya direk monitöre bağlanabilir olmalıdır.
3. Parmak tipi olmalıdır.
4. Kablo uzunluğu toplamda 1 metreden az olmamalıdır.
5. En az 6 ay garantili ,hiç kullanılmamış ürün , tek tek paketli ürün olmalıdır.
6. Malzemenin, **UBB barkod numarası (varsa) yazılı faturanın** teslim yeri biyomedikal depodur.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olmalıdır.

DEFİBRİLLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU 3 LEAD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HEWLETT PACKARD marka M1723B model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. 3 lead olmalıdır.
3. Çıt çıt uçlu olmalıdır.
4. Kablo uzunluğu toplamda 1 metreden az olmamalıdır.
5. En az 6 ay garantili ,hiç kullanılmamış ürün , tek tek paketli ürün olmalıdır.
6. Malzemenin, **UBB barkod numarası (varsa) yazılı faturanın** teslim yeri biyomedikal depodur.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi
Ayşe ÖZDEMİR
T.K.Y.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BİYOGÜVENLİK KABİNİ FAN MOTORU (ÇEKER OCAK İÇİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MATİLAB marka, MCO-120 model çeker ocak kabinine uyumlu olmalıdır.
2. 220 volt, 95 watt yuvarlak tip fan motoru olacaktır.
3. Montajı hastanemiz tarafından yapılacaktır.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

06.04.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

06.04.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

06.04.2023
Uz. Dr. Mediha COŞAR
Mikrobiyoloji Uzmanı